



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr .271 – 6 -42/2016

Kraków, dnia 05.01.2016

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup i dostawę niesterylnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego”**

ZP 42/2016

W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz 2164 ze zm) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1. dot Grupa 27

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein $\leq 120 \mu\text{g}$?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2: dot. Grupa 28

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 co jest zgodne z wymaganiami normy EN 455.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3: dot Grupa 28

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowaniu 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4: dot. Grupa 7 poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 2 z pakietu i utworzenie osobnego pakietu co pozwoli nam do złożenia konkurencyjnej ceny w ofercie przetargowej. Jesteśmy jedynym dystrybutorem na rynek polski niemieckiego zamiennego czujnika przepływu kompatybilnego z aparatami typu Evita jakie posiada Zamawiający. Sensor ten jest w sprzedaży na rynku polskim od 5 lat. W celu sprawdzenia kompatybilności i jakości sensora możemy Państwu udostępnić próbkę.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli pozycję 2 z pakietu nr 7 i utworzy grupę 7a. Załącznik nr 1 zmieni wygląd i w zakresie grupy 7a otrzyma wygląd:



Gr. 7a – Z. Oddechowy										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa (netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł] (kol. 4x kol. 5x)	Wartość podatku VAT [zł] (kol 6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol. 7 + kol.8)	Producent, nr Katalogowy	Liczba Próbek
2	Czujnik przepływu umożliwiający szybki i dokładny pomiar , dzięki minimalnym wdechowym i wydechowym oporom przepływu oraz nowoczesnej technologii anemometrii ciepłej. Czujnik wielorazowego użytku, przeznaczony do dezynfekcji, współpracujący z respiratorem typu: EVITA, jaki posiada zamawiający.	szt	300		8%					2 szt
RAZEM										

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie :

Grupa 34 – Załącznik nr 1 do SIWZ a wraz z tym zmienia ulega ogłoszenie o zamówieniu w pkt. II część 34

BYŁO:

Grupa 34 – odczynniki do aparatu ABL FLEX									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa (netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł] (kol. 4x kol. 5x)	Wartość VAT [zł] (kol 6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol. 7 + kol.8)	Producent, nr Katalogowy
1	Pakiet odczynników y do analizatorów parametrów krytycznych	szt	52		8%				
2	Kaseta sensorow a na 900 ozn. + QC	szt	30		8%				
3	Kalibrator hemoglobiny – do analizatora	szt	2		8%				
4	Papier do drukarki	szt	20		23%				
5	Zestaw przeglądowy	szt	2		23%				
6	SafePIKO – aspirator	szt	72		8%				
RAZEM									

JEST:

Grupa 34 – odczynniki do aparatu ABL FLEX									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lp	Nazwa przedmiotu zamawianego	j.m	Ilość	Cena jednostkowa (netto) [zł]	Stawka VAT	Wartość netto [zł] (kol. 4x kol. 5x)	Wartość VAT [zł] (kol 6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol. 7 + kol.8)	Producent, nr Katalogowy
1	Pakiet odczynników y do analizatorów parametrów krytycznych	szt	37		8%				
2	Kaseta sensorow a na 600 ozn. + QC	szt.	12						
3	Kaseta sensorow a na 900 ozn. + QC	szt	12		8%				
4	Kalibrator hemoglobiny – do analizatora	szt	2		8%				
5	Care Pack (5-0202)		1		23%				
6	Papier do drukarki	szt	14		23%				
7	SafePIKO – aspirator	szt	140		8%				
RAZEM									

W związku z powyższym Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie jak poniżej:

pkt. III.4 SIWZ – dodaje : **Grupa 7a** – 2 szt. jako dokument

pkt. VII. 10 SIWZ – dodaje: **Grupa 7a** – 2 szt. jako dokument

pkt. VIII – zmienia w zakresie grupy 7. BYŁO ; Grupa 7 - 2 100,00 zł

JEST: Grupa 7 - 1 200,00 zł

Dodaje: Grupa 7a – 900,00 zł

W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 8.02.2017 roku. Godziny pozostają bez zmian.