



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr .271 – 158 -16/2017

Kraków, dnia 02.06.2017 r.

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup i dostawę opatrunków specjalistycznych”

ZP 16/2017

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz 2164 ze zm.) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1: dot. Pakiet 1 poz. 1

poz. nr 1 – czy w pozycji tej nie doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej rozmiaru opisanego opatrunku? Czy Zamawiający oczekuje hydroaktywnego opatrunku płucząco – absorpcyjnego w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm Pozostałe parametry zgodnie w SIWZ.

Odpowiedź:: Tak, Zamawiającemu chodzi o hydroaktywny opatrunek płucząco-absorpcyjny nasycony roztworem Ringera, zawierający antybakteryjną substancję PHMB, 72-godzinny, warstwa kontaktowa z paskami silikonu, zewnętrzna warstwa opatrunku nieprzemakalna. Rozmiar 7,5x7,5cm

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 08.06.2017 roku. Godziny pozostają bez zmian.

Zatwierdził Dyrektor Szpitala

dr n. med. Jerzy Friediger

