Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

Nr .271 – -13/2017 Kraków, dnia 29.06.2017

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sterylnego jednorazowego sprzętu medycznego"

ZP 13/2017

W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz 2164 ze zm) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. Pakiet 12

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m^2 ?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie grupy 12

Pytanie nr 2 dot. Pakiet 12
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?
Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie grupy 12

Pytanie nr 3 dot. Pakiet 12 poz. 1
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 6x11cm lub 8x15cm?
Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie grupy 12

Pytanie nr 4 dot. Pakiet 16
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m^2 ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5 dot. Pakiet 16
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt.

Pytanie nr 6 dot. Pakiet 16 poz. 1
Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm?
Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie grupy 16 poz. 1

Pytanie nr 7 dot. Pakiet 26
Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m2
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 dot. Pakiet 25
Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ? Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy - korekcja cystocele. Implant o anatomicznym kształcie wykonany z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego , czteroramienny, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi równomierne rozmieszczenie. Parametry techniczne - wymiary: 7,5 cm x 60 cm, gramatura: 39 g/m2, , wielkość porów 1,7 mm x 1,7mm, porowatość: 20um, wytrzymałość: 20N/cm.

W zestawie znajdują się 4 narzędzia jednorazowego użytku (2 anterior + 2 posterior).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9 dot. Pakiet 25: Siatka 6-ramienna do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 25 siatkę o grubości do 0,39 mm i gramaturze do 48 g/m² ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10 dot. Pakiet 26: Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w pakiecie nr 26 taśmę o grubości 0,34 mm, porowatości 55-60% i gramaturze 45 g/m² ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11 dot. Pakiet 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 3, pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu, co pozwoli na wzięcie udziału większej liczbie wykonawców i zaoferowanie wysokiej jakości produktu w korzystnej cenie ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12 dot. Pakiet 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3, pozycji 1 dopuści: przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujące zbiornik elastomerowy z silikonu, zapewniający przepływ leku przez 48 godzin przy nominalnej objętości 5 ml/h przy wypełnieniu pompy objętością 240 ml, w systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych, przez który podawana jest zawartość, posiada filtr 0.03 µm na przebiegu linii, który służy odpowietrzaniu i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, pompy wyposażone w układ bezigłowy w części wypełnienia pompy, co gwarantuje, że układ jest zamknięty i zapobiega przenikaniu leku do otoczenia, w momencie odłączenia strzykawki, system automatycznie się zamyka, bez konieczności zastosowania koreczka Luer Lock, co zapobiega rozproszeniu zarówno leku resztkowego, jak również jakichkolwiek oparów przez cały czas podawania leków, zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fal 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu, pakowany pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. Objętość minimalna 180 ml, nominalna 300 ml, maksymalna 360 ml, dokładność dostarczenia żądanej objętości w zakresie 10% nominalnego czasu wlewu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakiet 34

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 34 błekit trypanu o stężeniu 0,05 % w ampułkostrzykwce o pojemności 0,7 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14 dot. Pakiet 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 poz 1 perfluorodekalinę w ampułkostrzykawce o pojemności 0,7 ml, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15 dot. Pakiet 30 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 poz. 2 oraz poz 3 gazy okulistyczne w pojemniku 75 ml wielokrotnego użytku wraz z zestawem do podaży w składzie: strzykawka 60 ml, igła 30G, filtr 0,20 um, opaska dla pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający jednocześnie informuje ze zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 30 poz 2,3. Poprawiony zostaje załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 16

Czy w przypadku nowozawiązanej spółki z.o.o. (wpis do KRS w dniu 17 marca 2017 r.) posiadającej wyłączność na sprzedaż na polskim rynku wysokiej klasy wyrobów medycznych będących przedmiotem niniejszego postępowania, powołanej przez ich uznanego, renomowanego i posiadającego stosowny potencjał oraz doświadczenie producenta, obecnego na polskim rynku od roku 2002 przez dystrybutora, który bez zarzutu wykonywał dostawy, w tym w ramach przetargów publicznych, zamawiający odstąpi od wymogu składania sprawozdania finansowego za rok 2016 o którym mowa w punkcie V.b.2 SIWZ? Jeśli tak, to jakiego rodzaju dokumenty miałaby złożyć spółka na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

Odpowiedź: Wykonawca spełni warunek jeśli posiada dodatnią wartość kapitału obrotowego

Dokumentem potwierdzającym jest sprawozdanie finansowe za rok 2016 , w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ pkt. V.3 b)2

Pytanie nr 17 dot. Pakiet 15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 5, 6, 7 do oddzielnego pakietu. Pozwoli to naszej firmie, jako producentowi, na złożenie konkurencyjnych cenowo i jakościowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli pozycje 5, 6, 7 do oddzielnego pakietu i utworzy pakiet 15a

Pytanie nr 18 dot. Pakiet 15

Prosimy o dopuszczenie rurek tracheostomijnych wykonanych z medycznego PCV, termoplastycznego, dopasowującego się do dróg oddechowych pacjenta, znacznie bardziej miękkiego i komfortowego dla pacjentów niż twardy polietylen.

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 19 dot. Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści w powyższej pozycji opatrunek do nosa wykonany z PVA o wymiarach 45mm/15mm/20mm lub 35mm/12mm/12mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek do nosa wykonany z PVA o wymiarach 45mm/15mm/20mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 20 dot. Pakiet 13 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 13 Pozycji 4 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac, do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21 dot. Pakiet 13 poz. 7,8,9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 13 poz. 7, 8 i 9 (bezigłowe zastawki) i utworzenie oddzielnego pakietu na te pozycje.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22 dot. Pakiet 13 poz. 2,3 i 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 35 poz. 2, 3 i 4 (zestawy do kaniulacji) i utworzenie oddzielnego pakietu na te pozycje oraz o dopuszczenie w poz. 2 i 3 cewnika o średnicy kanałów 16/16G, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23 dot. Pakiet 30 poz. 2,3 i 4

Czy w Pakiecie nr 30 poz. 1 Zamawiający dopuści dekalinę w fiolce o pojemności 7ml, o gęstości: 1,94g/cm^3, wskaźniku refrakcji: 1,313 i lepkości: 4,656mPas?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą.
Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZPw przypadku złożenia wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Pytanie nr 25 dot. pakiet 31 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 31 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do opaskowania żylaków przełyku z nasadką tylko w rozmiarze 9.5-13mm i 11-14mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26 dot. pakiet 5 poz. 11,12

Prosimy o wydzielenie pozycji 11, 12 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz. 11 i 12 z pakietu 5 i utworzy pakiet 5a

Pytanie nr 27 dot. pakiet 13 poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28 dot. pakiet 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnej podaży płynów o zakresie regulacji od 5 do 250 z możliwością u stawienia przepływu „0" spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29 dot. pakiet 31

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1, 2, 3, 4, i 6 Pakietu 31, parametry oferowanych narzędzi zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 31.pakiet zostanie podzielny zgodnie z załącznikiem nr 1. Poprawiony zostaje załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30 dot. pakiet 42

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 5 i 6 Pakietu nr 42 i zaoferowanie:

- w pozycji 5 balonu z cewnikiem 7,5Fr, z prowadnicą dł. 260 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem,
- w pozycji 6 balonu z cewnikiem o średnicy 7,5Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie Pakietu 42

Pytanie nr 31 dot. pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26:

60 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m^2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32 dot. pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 25:

16 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2, porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, szerokość

ramion 1,1 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33 dot. pakiet 24 poz. 5-6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie poz. 5 i 6 z PAKIETU 24 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty cenowej w zakresie dostaw jałowych zestawów chirurgicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz. 5 i 6 z pakietu 24 i utworzy pakiet 24a.

Pytanie nr 34 dot. pakiet 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów w następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm

- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)

- 1 x igłotrzymacz 12 cm

- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana)

- 1 x serweta włókninowa 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10cm

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 x 60 cm

Opakowanie: Tacka typu twardy blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki, wyposażone w jedną dwudzielną etykietę przylepną, przy czym jedna część w postaci kodu kreskowego zawierająca wszystkie wymagane informacje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 35 dot. pakiet 24 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu chirurgicznego w następującym składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa na stolik narzędziowy 90 x 75 cm

- 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 2-częściowa z regulacją otworu 45 x 75 cm

- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego proste 12 cm

- 1 x miska plastikowa 60 ml

- 1 x metalowe kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm

- 1 x metalowe nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm

- 1 x metalowa pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm

- 1 x metalowe imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm

- 10 x kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm (17 nitek, 12 warstw)

- 3 x tupfer w rozmiarze śliwki (20 x 20 cm)

Opakowanie: Zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 36 dot. pakiet 43

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej, jałowej, stalowej igły z kulką 1,2 x 81mm, długość 8,1cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37 dot. pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 38 dot. pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 39 dot. pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 40 dot. pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 41 dot. pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, skuteczności nawilżania 32 mg H2O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżek 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 42 dot. pakiet 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 43 dot. pakiet 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do odsysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H2O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 44 dot. pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 2?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz. 2 z pakietu 4 i utworzy pakiet 4a

Pytanie nr 45 dot. pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 2?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz. 2 z pakietu 17 i utworzy pakiet 17a

Pytanie nr 46 dot. pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik typu Nelaton był pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47 dot. pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Pezzera o długości 40cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik typu Pezzera w opakowaniu pojedynczym papier - folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49 dot. pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o całkowitej wysokości zestawu 48cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50 dot. pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową skalowaną co 1ml do 40ml i co 5ml do 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 51 dot. pakiet 5 poz. 9-10

Czy Zamawiający dopuści kankę z atraumatycznym otworem końcowym bez otworów bocznych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52 dot. pakiet 5 poz.15-17

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1050mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53 dot. pakiet 5 poz.22

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 54 dot. pakiet 5 poz.24

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz 24 z pakietu 5 i utworzy Pakiet 5b

Pytanie nr 55 dot. pakiet 5 poz.25

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez kontroli ssania pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 56 dot. pakiet 5 poz.25

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez skalowania pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 57 dot. pakiet 5 poz.29

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 11ml, 16mm x 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 58 dot. pakiet 8 poz.5

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „komora kroplowa wolna od PCV”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59 dot. pakiet 8 poz.5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, wolny od ftalanów, z logiem producenta na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 60 dot. pakiet 8 poz.6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 61 dot. pakiet 8 poz.7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą, z logiem producenta na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 62 dot. pakiet 11 poz.5, 7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz. 5,7 z pakietu 11 i utworzy pakiet 11a

Pytanie nr 63 dot. pakiet 15 poz.1,3,4,11,12

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz 11 i 12 i utworzy pakiet 15b

Zamawiający nie wydzieli pozycji 1,3,4

Pytanie nr 64 dot. pakiet 15 poz.8

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz 8 z Pakietu 15 i utworzy pakiet 15c

Pytanie nr 65 dot. pakiet 15 poz.8

Czy Zamawiający dopuści dreny Redona pakowane w formie zwiniętej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 66 dot. pakiet 21 poz.6,7,8,9

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli poz 6,7,8,9 z Pakietu 21 i utworzy pakiet 21a

Pytanie nr 67 dot. pakiet 21 poz.8,9

Czy Zamawiający dopuści dren typu Kehr wykonany z silikonu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 68 dot. pakiet 40 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych pudrowanych o poziomie protein poniżej 94µg/g; ze specjalną warstwą antypoślizgową pełniąca funkcję mikrotekstury; o poziomie AQL = 1,0; o długości min. 275mm pakowane podwójnie: opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany papier; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69 dot. pakiet 40 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych bezlateksowych o długości min. 285mm; ze specjalną warstwą antypoślizgową pełniąca funkcję mikrotekstury; pakowane podwójnie: opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 70 dot. pakiet 40 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie badań Producenta nie starsze niż 2016 do innej serii niż dostarczone próbki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 71 dot. pakiet 40 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych ginekologicznych występujących w rozmiarach S (6,5), M (7,5), L (8,5); o długości min. 455mm; pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 72 dot. pakiet 31 poz. 1

Czy zamawiający dla poprawy konkurencyjności wydzieli poz.1 z pakietu nr 31 do osobnego pakietu i wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Szczypce biopsyjne gastroskopowe lub kolonoskopowe (wielorazowego użytku)(do wyboru przez zamawiającego), łyżeczki biopsyjne typu standardowe Owalne z Okienkiem lub z Igłą (do wyboru przez zamawiającego), długość narzędzia 155 cm lub 230 cm (do wyboru przez zamawiającego) minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 31. W Nowym Pakiecie 31 nie ma poz. 1.

Pytanie nr 73 dot. pakiet 31 poz. 6

Czy zamawiający dla poprawy konkurencyjności wydzieli poz.6 z pakietu nr 31 do osobnego pakietu i wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem?

Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamóienia w zakresie pakietu 31 zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ i dopuszcza klipsownice jak wyżej, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 74 dot. pakiet 42 poz. 1

Czy zamawiający dla poprawy konkurencyjności wydzieli poz.1 z pakietu nr 42 do osobnego pakietu i wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Proteza samorozprężalna przełykowa o dł. 60mm,90 mm,110mm,180mm, śr. 18 - 24mm średnica kołnierzy 24-32mm, asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, posiada lassa do repozycji na obu koncach, do zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna); posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie Pakietu 42

Pytanie nr 75 dot. pakiet 42 poz. 2

Czy zamawiający dla poprawy konkurencyjności wydzieli poz. 2 z pakietu nr 42 do osobnego pakietu i wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. 80 mm,110mm,140mm,170,, śr. 20 mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości, do zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F?

Proteza samorozprężalna o dł. 90 mm,120mm,160mm śr. 22 mm, przełykowa z zastawką antyrefluksową, pokryta silikonem, posiada lassa do repozycji na obu końcach, złote markery do lepszej widoczności fluoroskopowej, kołnierze o dł. 20 mm, średnicy 28 mm, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F?

Obydwie protezy z poz.2 do wyboru przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie Pakietu 42

Pytanie nr 76 dot. pakiet 42 poz. 5

Czy zamawiający dla poprawy konkurencyjności wydzieli poz.5 z pakietu nr 42 do osobnego pakietu i wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 , 8,5-9,5-10,5, 11-12-13 , 13,5-14,5-15,5 , 16-17-18 , 18-19-20mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55-65mm; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie Pakietu 42

Pytanie nr 77 dot. pakiet 42 poz. 6

Czy zamawiający dla poprawy konkurencyjności wydzieli poz.6 z pakietu nr 42 do osobnego pakietu i wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe ze Zintegrowanym Prowadnikiem Stabilizującym; do poszerzania przełyku; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm; 8,5-9,5-10,5 , 11-12-13 , 13,5-14,5-15,5 , 16-17-18 , 18-19-20 mm proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 80-90mm; długość prowadnika 1900mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO, kompatybilne z jednorazowym narzędziem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie Pakietu 42

Pytanie nr 78 dot. pakiet 3,31 i 42

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostaw awaryjnych dla pakietów 1, 31 i 42 wynosił do 72h roboczych? Wymienione w tych pakietach wyroby nie są wyrobami „na ratunek życia".

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 79 dot. pakiet 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczkuje zaoferowania cewników Dufour wykonanych z 100% silikon powleczonych zewnętrznie warstwą hydrożelową ułatwiającą aplikację cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ tzn . Nie oczekuje cewników Dufour wykonanych z 100% silikon ale dopuszcza

Pytanie nr 80 dot. pakiet 5 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wysokości max 29 cm, wysokość zestawu nie ma uzasadnienia klinicznego, reszta zgodna z opisem zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 81 dot. pakiet 5 poz.13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania, cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 82 dot. pakiet 5 poz.13

Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co umożliwia precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki do karmienia skalowane co 1 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 83 dot. pakiet 5 poz.26

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają być wyposażone w przezroczysty konektor (łącznik) siły ssania, umożliwiający natychmiastową obserwację wydzieliny? Pełna kontrola nad siła ssania znacznie redukuje stopień hipoksji i ryzyko uszkodzenia tkanek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 84 dot. pakiet 5 poz.26

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje cewników z kontrolą odsysania typu Vacutip. Nadmieniamy, iż tego rodzaju kontrola ssania eliminuje całkowicie zjawisko podkradania powietrza z płuc pacjenta w trakcie wprowadzania cewnika a jednocześnie gwarantuje max. wydajność odsysania w momencie kiedy jest to konieczne, tj. w trakcie wycofywania cewnika.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 85 dot. pakiet 5 poz.26

Prosimy Zamawiącego o wyjaśnienie czy cewniki i kontola ssania muszą tworzyć ze sobą kąt ostry?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 86 dot. pakiet 5 poz.27

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy ma na myśli cewniki z dwoma otworami naprzeciwległymi i otworem końcowym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 87 dot. pakiet 5 poz.27

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 88 dot. pakiet 5 poz.27

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają posiadać miękką, tzw. zmrożoną powierzchnię nie przyklejającą się do rurki w czasie odsysania,

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 89 dot. pakiet 5 poz.27

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje cewników z barwnym i numerycznym oznaczeniem rozmiaru na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowanym rozmiarem na opakowaniu jednostkowym, opakowanie typu papier/folia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 90 dot. pakiet 6 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H20/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 2,3 cm H2O przy przepływie 60 l/min (1,0 cm H2O przy przepływie 30 l/min), objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 91 dot. pakiet 6 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr mechaniczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej i p/wirusowej 100% w środowisku wilgotnym i w płynach, przestrzeń martwa: 90 ml, opory przepływu 1 cm H20 przy 60 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe harmonijkowe, waga 39 g, filtr ze złączem prostym, bez portu kapno, prostokątny, złącza 22M/22F

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 92 dot. pakiet 6 poz.2

Czy w celu optymalnej ochrony pacjenta, personelu medycznego, sprzętu i środowiska skuteczność usuwania prionów proteinowych w środowisku wilgotnym i w płynach ma wynosić 100% ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 93 dot. pakiet 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min , objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 94 dot. pakiet 6 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,9 cm H2O przy przepływie 60 l/min, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 95 dot. pakiet 6 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml , medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 96 dot. pakiet 6 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 22 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 97 dot. pakiet 6 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 98 dot. pakiet 7 poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarach 30G (0,3x8mm). Igły długości 8mm pozwalają na podaż insuliny we wszystkich przypadkach a jednocześnie zmniejszają ryzyko podaży insuliny domięśniowo lub dożylnie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 99 dot. pakiet 7 poz.18

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kompatybilność igieł z penami wszystkich producentów ma być potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 100 dot. pakiet 13 poz.1

Prosimy o dopuszczenie aparatu z drenem o długości 215 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 101 dot. pakiet 13 poz.2

Prosimy o dopuszczenie aparatu z drenem o długości 150 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 102 dot. pakiet 13 poz.3

Prosimy o dopuszczenie przyrządu o zakresie regulacji zaczynającego się od „off" – które jest równoważne „0" do 250 ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 103 dot. pakiet 13 poz.4

Prosimy o dopuszczeniu aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr 0,2 um o lepszej skuteczności filtracji niż filtr opisany w SIWZ z koreczkiem domykanym ręcznie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 104 dot. pakiet 13 poz.5

Prosimy o dopuszczenie: Kaniula obwodowa dożylna bezpieczna, z samodomykającym się koreczkiem portu bocznego -zamknięcie górnego portu nie wymaga dociskania i traumatyzacji naczynia, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask o gładkich krawędziach, zabezpieczający personel przed zakłuciem, zadrapaniem, oraz przed zachlapaniem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, wyposażony w zespół kapilar zapobiegający wypływowi krwi ze światła igły. Posiadająca wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym oraz minimum 5 pasków radiocieniujących. Na opakowaniu jednostkowym informacja o przepływie. Rozmiary, długości i przepływy:- 22G, dł. 25mm, 42 ml/min; 20G, dł. 32mm, 67 ml/min; 18G, dł. 32mm i 45mm, 103 ml/min; 17G, dł. 45mm, 133 ml/min; 16G, dł. 45 mm, 236 ml/min;- 14G, dł. 45mm, 270 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105 dot. pakiet 13 poz.6

Prosimy uprzejmie o dopuszczenie koreczków do kaniul sterylnych, do zamykania światła kaniuli, gdzie trzpień koreczka zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, bowiem w przypadku jakkolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej jego strony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ SIWZ

Pytanie nr 106 dot. pakiet 13 poz.8

Prosi my o dopuszczenie bezigłowej zastawki z drenem o dł. 13 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zmawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakiet 13 poz. 8

Pytanie nr 107 dot. pakiet 13 poz.9

Prosi my o dopuszczenie bezigłowej zastawki z drenami o dł. 23 cm, pozostałe wymagania zgodne SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastawki z drenami o dł. 23 cm. Zmawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakiet 13 poz. 9

Pytanie nr 108 dot. pakiet 13 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie: zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 445ml/min, z przedłużaczem 15cm, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 1,14ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 109 dot. pakiet 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów pediatrycznych ,czas utrzymania do 12 miesięcy cewniki skalowane co 1 cm z linią pozycjonującą ułatwiającą zakładanie . Rozmiary: 3.0Fr,4 Fr,4.8 Fr; długość 12,15 ,18 ,20 ,22cm

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki posiadały linię pozycjonującą i skalowanie co 1 cm co znacznie ułatwia zakładanie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 110 dot. pakiet 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów pediatrycznych ,czas utrzymania do 12 miesięcy cewniki skalowane co 1 cm z linią pozycjonującą ułatwiającą zakładanie posiadające zastawkę anty-zwrotną zapobiegającą refluksowi do nerki . Rozmiary: 3F , 4F, 4.8 Fr; długość 12,15 ,18 ,20 ,22cm

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki dla rozmiaru posiadały zastawkę anty-zwrotną zapobiegającą refluksowi ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 111 dot. pakiet 17 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania wewnętrznego moczowodów 4.8Fr,6.0Fr,7.0Fr,8.0Fr długość 24,26,28 cm otwarty-zamknięty lub otwarty -otwarty. Skład zestawu : cewnik PIGTAIL* skalowany co 5 cm podwójnie zagięty otwarty-zamknięty lub otwarty-otwarty ,średnica pętli pęcherzowej 2cm,prowadnik 0.035" dł. 150 cm , popychacz co najmniej 40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 112 dot. pakiet 17 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do przechowywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnątrzustrojowej wykony z nitinolu koszyk 12,5 mm, CH 2,5F

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zwartych w SIWZ.

Pytanie nr 113 dot. pakiet 40 poz.1- 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną /dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 114 dot. pakiet 40 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. AQL ≤ 1.0. Poziom protein < 30 µg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane, wewnętrzne papierowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 115 dot. pakiet 40 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL ≤ 1.0 w opakowaniu zewnętrznym hermetycznym foliowym, podciśnieniowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 116 dot. pakiet 40 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 117 dot. pakiet 40 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości min. 290 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 118 dot. pakiet 40 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających niski poziom protein < 50 µg/g rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 119 dot. pakiet 40 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 120 dot zapisów pkt. IV.1) SIWZ – dotyczy Pakietu nr 36

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od dostaw awaryjnych w terminie 18 godzin dla wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 36.

Noże do witrektomii stosowane są w planowanych zabiegach okulistycznych i nie ma uzasadnienia dla takich dostaw w terminie do 18 godzin. Ponadto termin ten jest bardzo trudny do realizacji przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu dostaw awaryjnych w terminie 18 godzin dla wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 36.

Pytanie nr 121 dot zapisów w formularzu Oferta

W załączeniu przedstawiamy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Dokument ten stanowi integralną część oferty i jego niezłożenie stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Czy Zamawiający ma na myśli „zcenowy" w formie Excel dla poszczególnych Pakietów (stanowiący jeden z załączników do SIWZ, zamieszczony na stronie internetowej) czy może załącznik przygotowany przez Wykonawcę na podstawie tabeli szczegółowo opisanej przez Zamawiającego w samej SIWZ?

Zapis jest nieprecyzyjny. Proszę o wyjaśnienie ze względu na fakt, że załącznik cenowy w formie Excel zamieszczony na stronie Zamawiającego zawiera inny opis kolumn niż opis przedmiotu zamówienia w SIWZ na stronie 16 (rozdz. XIV. 6. SIWZ).

Niezłożenie dokumentu we właściwej formie stanowi podstawę do odrzucenia oferty, dlatego proszę jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli tabele asortymentowo – cenowe **– załącznik nr 1.** Zamawiający jednocześnie poprawia opis przedmiotu zamówienia w SIWZ na stronie 16 (rozdz. XIV. 6. SIWZ).

Pytanie nr 122 dot. zapisów w formularzu Oferta, pkt. 2 (terminy dostaw):

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisów, ze względu na to, że dla większości Pakietów (tych dla których kryterium oceny stanowi cena 100%) Zamawiający określił już termin realizacji dostaw na nie dłuższy niż 3 dni robocze (rozdz. IV 1. b) SIWZ oraz projekt umowy). Natomiast w pkt. 2. Formularza Oferta Zamawiający wymaga określenia terminu dostaw, podlegającego ocenie.

Bardzo proszę o doprecyzowanie w jaki sposób pkt. 2 formularza Oferty powinien zostać wypełniony przez Wykonawcę składającego ofertę w Pakiecie, którego kryterium stanowi cena 100%?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z pkt. XVI SIWZ nie ocenia w kryteriach oceny ofert terminu dostawy i poprawia pkt. 2 Formularza oferty, który otrzymuje brzmienie:

2. Oświadczamy ze termin dostawy jest nie dłuższy niż **3 dni robocze** od daty złożenia zamówienia faksem lub e-mail, potwierdzonym pisemnie, dostawy awaryjne do 18 godzin

Pytanie nr 123 dot dot. zapisów pkt. 5 formularza Oferta oraz § 7 ust. 1 projektu umowy:

Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 45 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie skraca terminu płatności i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 124 dot. zapisów § 6 ust. 2 projektu Umowy – Pakiet nr 36:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostaw do godz. 14.00.

Realizacja zamówień do godz. 11.00 jest ze względów logistycznych bardzo trudna do realizacji przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostaw do godz. 13:00

Pytanie nr 125 dot. zapisów projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określona w ust. 1 ilości materiałów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów w ilości 20% określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu".

Uzasadnienie: Zamawiający nie powinien pozostawiać dostawców w niepewności co do zakresu, jaki uda im się zrealizować w ramach umowy, aż na poziomie 70%. Takie warunki zamówienia promują dostawców skłonnych do ryzyka bądź zaniedbujących staranną kalkulację opłacalności zamówienia, którzy mogą mieć potem problem z jego zrealizowaniem. Zagwarantowanie realizacji zamówienia na poziomie przynajmniej 80% pozwoli solidnym dostawcom na racjonalne oszacowanie ceny ofertowej i przedstawienie uzasadnionych ekonomicznie ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości materiałów medycznych niż określone w załączniku nr 1 do specyfikacji, w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zobowiązuje się zakupić min 70 % asortymentu.

Pytanie nr 126 dot. zapisów projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 6 ust. 3 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Zawarte w przedmiotowym ustępie wymaganie zamawiającego jest sprzeczne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która zabrania ustalania w umowie terminu doręczenia faktury

Odpowiedź: Zamawiający skoryguje zapis § 6 ust. 3 wzoru umowy, który otrzyma brzmienie:

Zamawiający wymaga, aby wraz z każdą dostawą towaru Wykonawca przekazywał dokument Wz a oryginał faktury ma zostać przesłany drogą pocztową.

Pytanie nr 127dot. zapisów projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub materiały wolne od wad – w terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia mu, na jego koszt, wadliwych materiałów przez Zamawiającego."

Uzasadnienie: Dostawca nie może ustosunkować się do zgłoszonej mu reklamacji co do jakości towaru zanim nie będzie mógł samodzielnie ocenić, czy towar faktycznie dotknięty jest wadą. Termin na wymianę towaru bądź odmowę uznania reklamacji winien zatem rozpoczynać swój bieg dopiero z chwilą udostępnienia reklamowanego towaru dostawcy.

Odpowiedź:Zamawiający skoryguje zapis § 8 ust. 4 wzoru umowy, który otrzyma brzmienie:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego lub materiały wolne od wad – w terminie do 5 dni roboczych od dostarczenia mu, na jego koszt, wadliwych materiałów przez Zamawiającego."

Pytanie nr 128dot. zapisów projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 wzoru umowy w brzmieniu:

„2) w wysokości 0,3% wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust. 2 i 3, lecz nie więcej niż 10% tej wartości,

3) w wysokości 0,3% wartości reklamowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy, lecz nie więcej niż 10% tej wartości,"

Uzasadnienie:

- Mianem „opóźnienia" prawo określa każdy przypadek nieterminowego spełnienia świadczenia bez względu na przyczyny. Opóźnienie może zatem nastąpić również z winy zamawiającego albo z powodu siły wyższej. Przypadki nieterminowego spełnienia świadczenia, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, określa się natomiast w prawie mianem „zwłoki". Zasadnym jest, aby wykonawca nie był karany za okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności;

- Brak górnego limitu naliczania kary umownej może spowodować, że urośnie ona do rozmiarów rażąco nieproporcjonalnych w stosunku do poniesionej przez zamawiającego szkody, a w takim wypadku nie będzie już spełniać roli odszkodowawczej, ale służyć będzie wzbogaceniu się zamawiającego kosztem wykonawcy. Celem uniknięcia takiej możliwości zasadne jest wprowadzenie limitu naliczania kary umownej na poziomie 10%, skoro takiej wysokości karę zobowiązany będzie zapłacić wykonawca w sytuacji niewykonania umowy w ogóle. W razie uzasadnionej potrzeby zamawiający i tak będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 129dot. zapisów projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o zmianę § 10 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie słów:

„na podstawie jednostronnego oświadczenia Dostawcy".

Uzasadnienie: Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest dwustronną czynnością prawną i do jej zmiany konieczne są zgodne oświadczenia woli obu stron umowy - zamawiającego i dostawcy. Ani przepisy prawa zamówień publicznych, ani przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają instrumentów prawnych, które wbrew woli jednej ze stron pozwalałaby na dokonanie zmian umowy - nawet w przypadkach, gdy określona zmiana umowy przewidziana została w jej treści. Zmiana taka, zgodnie z ogólnymi regułami prawa cywilnego, wymaga zgodnej woli obu stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 130 dot. zapisów projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o usuniecie § 11 ust. 1 lit. a wzoru umowy.

Uzasadnienie: Jeśli zgodnie z prawem oraz zapisami umowy dostawca dysponuje określonym terminem na usunięcie zgłoszonych mu niezgodności towaru z umową (wad), to jednocześnie sam fakt wykrycia takich niezgodności, niezależnie ilukrotny, nie może być podstawą do odstąpienia od umowy przez zamawiającego. Byłoby to zbyt surową konsekwencją biorąc pod uwagę, że zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i stosowne postanowienia umowy umożliwiają dostawcy każdorazowo dokonanie wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad – zgodny z umową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 131 dot. zapisów projektu Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 11 ust. 1 lit. b wzoru umowy w brzmieniu:

„dwukrotnej zwłoki w realizacji przez Dostawcę zamówienia albo w dostarczeniu w ramach reklamacji materiałów wolnych od wad, przekraczającej 30 dni kalendarzowych."

Uzasadnienie: Przepisy umowy przewidują odrębną karę za odstąpienie od umowy oraz odrębną karę za zwłokę w realizacji dostawy lub wymianie towaru na wolny od wad. Jeśli za odstąpienie od umowy dostawca obowiązany jest zapłacić karę w wysokości 10% wartości całej umowy (ewentualnie pomniejszonej stosownie do wartości wykonanej już części), zaś za zwłokę w dostawie karę w wysokości 0,3% wartości niedostarczonego towaru, to zastrzeżenie możliwości odstąpienia od umowy przy zwłoce sięgającej zaledwie 6 dni roboczych jest dalece niesprawiedliwym i nieproporcjonalnym rozwiązaniem. Oznaczałoby to bowiem konieczność zapłaty kary w wysokości 10% wartości umowy z powodu, za który umowa odrębnie przewiduje karę w wysokości niespełna 3% wartości opóźnionej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 132 dot. SIWZ VII.8.

Czy Zamawiający dopuści załączenie katalogów dystrybutora zawierających pełną informację o parametrach oferowanego wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 133 dot. Pakiet 16 poz. 1-2

Pakiet 16 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ultra lekkie siatki o wadze 35g/m2, grubości 0,35mm i wielkości porów 1,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie Pakietu 16 poz. 1 i w zakresie poz. 2 dopuszcza ultra lekkie siatki o wadze 35g/m2, grubości 0,35mm i wielkości porów 1,3mm, pod warunkiem spełneinia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 134 dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie *„Faktura dostarczona przez Wykonawcę ma zawierać"* zostało zastąpione wyrażeniem *„Zaleca się aby faktura dostarczona przez Wykonawcę zawierała"*?
Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, daty i seria ważności dostarczonego przedmiotu umowy nie muszą być zamieszczane na fakturze. W praktyce zamieszczanie takich informacji na fakturze jest bardzo rzadko spotykane. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie ww. informacji na fakturze może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, co niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynie na wysokość ceny oferowanej w przetargu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 135 dot. Pakiet 16 poz. 1-2

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 pkt 2) oraz § 9 ust. 2 pkt 3) wzoru umowy słowo *„opóźnienia"* zostało zastąpione słowem *„zwłoki"*?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, *„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy."*
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 136 dot. Pakiet 16

Czy Zamawiający w pakiecie 16 dopuści ultra lekka, niewchłanialna, monofilamentową siatke polipropylenową, biokompatybilną, elastyczną, dopasowująca się do struktur anatomicznych o gramaturze 30 g/m2, grubość soatki 0,32 mm, grubość nitki 80µm, porowatość: 90 %, wielkość porów 1,5 x 1,5 mm ? Siatka sterylna, transparentna.

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie Pakietu 16 poz. 1 i w zakresie poz. 2 nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 137 dot. Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 1 dopuści siatke przepuklinową, w rozmiarze 7 x 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający anuluje postępowanie w zakresie Pakietu 16 poz. 1

Pytanie nr 138 dot. Pakiet 16 poz.2

Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz. 2 dopuści siatkę przepuklinową,w rozmiarze 10,1-15,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 139 dot. Pakiet 13 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 poz. 4 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac, do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolek lub butelki zabezpieczony sterylna osłonka końcówka Luer Lock osłoniętej komorą otwierana i zamykana jednorecznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie większej ilości oferentów a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20

Pytanie nr 140 dot. Pakiet nr 30 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści gaz okulistyczny ze strzykawką posiadającą podziałkę mililitrową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający jednocześnie informuje ze zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 30 poz 2.3. Poprawiony zostaje załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 141 dot. Pakiet nr 30 poz. 2,3

Czy Zamawiający wymaga gazu w pojemniku 30ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający jednocześnie informuje ze zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 30 poz 2.3. Poprawiony zostaje załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 142 dot. Projekt Umowy

Dot. § 6 ust. 2 – Prosimy o modyfikację tych ust. w następujący sposób:

„2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać zamówione partie materiałów do Magazynu Gospodarczego w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w godzinach od 8.00 do ~~11.00.~~ 13.00."

Prosimy o wydłużenie godziny dostaw do godz. 13.00, ponieważ z powodów logistycznych (wydanie towaru z magazynu, podjęcie przesyłki przez kuriera) może nie być możliwe dostarczenie asortymentu do godz. 11.00.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 124 Zamawiający wydłuża termin dostaw do godz. 13:00

Pytanie nr 143 dot. Projekt Umowy

Dot. § 6 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tych ust. w następujący sposób:

Faktura dostarczona przez Wykonawcę ma zawierać: Nr umowy przetargowej , ~~data i seria ważności~~

~~materiałów oraz~~ termin płatności. Faktura ma być w formie oryginału i kopii."

Prosimy o dopuszczenie możliwości wystawiania i dostarczania faktur bez daty ważności i serii, ponieważ system księgowy, jaki jest stosowany przez naszą spółkę nie daje możliwości, aby takie informacje umieszczać na fakturach. Informacje o dacie ważności i serii są na każdym opakowaniu oferowanego asortymentu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 144 dot. Projekt Umowy

dot. § 9 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie karumownych.

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia przez

którąkolwiek ze stron od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w

przypadku częściowej realizacji umowy kara zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy

do dnia odstąpienia przez Dostawcę,

2) w wysokości ~~0,3%~~ **0,1%** wartości zamawianej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w jej dostarczeniu, w terminie ustalonym w § 5 ust. 2 i 3,

3) w wysokości ~~0,3%~~ **0,1%** wartości reklamowanej partii materiałów (bez uwzględnienia podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy,

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar

umownych. Kara umowna należna na podstawie umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie

14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Może być również potrącona z należnego Dostawcy wynagrodzenia.

4. Naliczenie bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w umowie, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości dostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przekraczającego 30 dni ponad termin płatności określony w umowie, Wykonawca – oprócz należnych odsetek ustawowych za opóźnienie – ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zrealizowanych dostaw za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

9. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz nie doda ustępów o treści jak wyżej.

Pytanie nr 145 dot. Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy głosowej o następujących parametrach:

Proteza głosowa wykonana z silikonu medycznego, posiadająca pierścień widoczny w RTG. Wszczepialna pierwotnie podczas laryngektomii lub wtórnie w dowolnym czasie po laryngektomii.

Protezy głosowe sterylne dostępne w rozmiarach: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm Protezy głosowe niesterylne dostępne w rozmiarach: 4 mm, 6 mm, 16 mm Protezy głosowe z powiększonym kołnierzem od strony przełyku i tchawicy, niesterylne, dostępne w rozmiarach: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm Możliwość zamówienia jednorazowych narzędzi do wykonywania implantacji pierwotnej lub wtórnej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 146 dot. Pakiet 7 poz. 4

Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycji 4 dopuści Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 147 dot. Pakiet 7 poz. 5

Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycji 5 dopuści Zamknięty system bezigłowy z przedłużką 10 cm, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 148 dot. Pakiet 7 poz. 15

Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycji 15 dopuści Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, z wyczuwalnym i optycznym inykatorem położenia, z trójramiennym pokrętłem umożliwiającym skokową zmianę położenia co 45 stopni, max objętość wypełnienia 0,22ml, niezależnie obracająca się, w pełni przeźroczysta nakrętka Luer-Lock umożliwiająca pełną wizualizację toru przepływu płynu
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 149 dot. Pakiet 7 poz. 16

Czy zamawiający w pakiecie 7 pozycji 16 dopuści Kranik odcinający - trójdrożny do terapii dożylnej wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik posiadający wyczuwalny i optyczny (ramiona kranika wskazujące pozycję otwarty/zamknięty) identyfikator, trójramienne pokrętło, jałowy, jednorazowego użytku. Zabezpieczony fabrycznie zamontowanymi korkami
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 150 dot. Pakiet 7 poz. 4,5,15,16

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu 7 pozycji 4,5 15, 16 i utworzenie nowego pakietu pozwalającego na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej
Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu 7 pozycje 4,5,15,16 i tworzy Pakiet 7a

Pytanie nr 151 dot. Pakiet 7 poz. 13 poz. 5

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 5 dopuści Kaniula bezpieczna z portem bocznym wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem, cewnik z wtopionymi na obwodzie 2 szerokimi paskami lepiej widocznymi w RTG niż 4 cienkie, port boczny wyposażony w teflonową zastawke do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. Rozmiar:

22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min,
20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min,
18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min,
17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min,
16G/45mm (1,4-1,7) 180ml/min,
14G/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 152 dot. Pakiet 7 poz. 13 poz.6

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 6 dopuści Koreczki do kaniul z trzpieniem nad krawędzią, nie wpływającym na ryzyko przypadkowej kontaminacji. Obecny zapis SIWZ wskazuję na konkretną firmę uniemożliwiając złożenie ofert innym firmom.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza od warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 153 dot. Pakiet 13 poz.7

czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 7 dopuści Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 154 dot. Pakiet 13 poz.7

czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 8 dopuści Zamknięty system bezigłowy z przedłużką 10 cm, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 155 dot. Pakiet 13 poz.9

czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 9 dopuści Zamknięty system bezigłowy z podwójną przedłużką 8 cm każda, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 156 dot. Pakiet 13 poz.4,5,6,7,8,9

zwracamy się do zamawiającego o wydzielenie z pakietu 13 pozycji 4, 5, 6 ,7, 8 ,9 i utworzenie nowego pakietu pozwalającego na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 157 dot. Pakiet 30 poz. 13 poz.2

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 30 pkt 2: Gaz SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Zawartość strzykawki stanowi 40ml mieszaniny 20% gazu SF6 i 80% powietrza.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający jednocześnie zmienia opis przedmiotu zamówienia. Poprawiony zostaje załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 158 dot. Pakiet 30 poz. 13 poz.3

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 30 pkt 3: Gaz C3F8 Octafluoropropane wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Zawartość strzykawki stanowi 40ml mieszaniny 12% gazu C3F8 i 88% powietrza.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający jednocześnie zmienia opis przedmiotu zamówienia. Poprawiony zostaje załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie jak poniżej :

1) Anuluje postępowanie w zakresie pakietu 12, 42, 16 poz. 1, 31 poz. 1,3,4,5 i wszystkie zapisy dotyczące tych grup w SIWZ.
2) pkt. VIII – zmienia kwotę wadium zgodnie z z tabelą poniżej:

L.p	Nr Grupy	Kwota Wadium	L.p	Nr Grupy	Kwota Wadium
1	Pakiet 1	300,00 zł	28	Pakiet 20	1470,00 zł
2	Pakiet 2	580,00 zł	29	Pakiet 21	1 500,00 zł
3	Pakiet 3	280,00 zł	30	Pakiet 21a	1 039,00 zł
4	Pakiet 4	206,00 zł	31	Pakiet 22	580,00 zł
5	Pakiet 4a	234,00 zł	32	Pakiet 23	1 450,00 zł
6	Pakiet 5	1 958,00 zł	33	Pakiet 24	1 750,00 zł
7	Pakiet 5a	158,00 zł	34	Pakiet 24a	1 170,00
8	Pakiet 5b	84,00zł	35	Pakiet 25	550,00 zł
9	Pakiet 6	1 900,00 zł	36	Pakiet 26	900,00 zł
10	Pakiet 7	3 960,00zł	37	Pakiet 27	160,00 zł
11	Pakiet 7a	1 140,00	38	Pakiet 28	1 600,00 zł
12	Pakiet 8	3 400,00 zł	39	Pakiet 29	560,00 zł
13	Pakiet 9	2 000,00 zł	40	Pakiet 30	460,00 zł
14	Pakiet 10	1 000,00 zł	41	Pakiet 31	450,00 zł
15	Pakiet 11	850,00 zł	42	Pakiet 31a	750,00 zł
16	Pakiet 11a	149,00 zł	43	Pakiet 31b	750,00 zł
17	Pakiet 13	22 750,00zł	44	Pakiet 31c	168,00 zł
18	Pakiet 14	5 850,00 zł	45	Pakiet 32	170,00 zł
19	Pakiet 15	1 834,85 zł	46	Pakiet 33	850,00 zł
20	Pakiet 15a	2 200,00 zł	47	Pakiet 34	180,00 zł
21	Pakiet 15b	70,00 zł	48	Pakiet 35	13 460,00 zł

22	Pakiet 15c	187,00 zł	49	Pakiet 36	20,00 zł
23	Pakiet 16	160,00zł	50	Pakiet 37	1 000,00 zł
24	Pakiet 17	664,00 zł	51	Pakiet 38	70,00 zł
25	Pakiet 17a	228,00 zł	52	Pakiet 39	190,00 zł
26	Pakiet 18	1 150,00 zł	53	Pakiet 40	3 200,00 zł
27	Pakiet 19	220,00 zł	54	Pakiet 41	1 300,00 zł
			55	Pakiet 43	100,00 zł

3) **pkt. V. 3b)1 –** zmienia kwotę minimalnego rocznego obrotu w ramach spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z tabelą:

L.p	Nr Grupy	Kwota	L.p	Nr Grupy	Kwota
1	Pakiet 1	20 000,00 zł	28	Pakiet 20	98 400,00 zł
2	Pakiet 2	38 700,00 zł	29	Pakiet 21	102 000,00 zł
3	Pakiet 3	19 000,00 zł	30	Pakiet 21a	69 000,00 zł
4	Pakiet 4	13 000,00 zł	31	Pakiet 22	39 000,00 zł
5	Pakiet 4a	15 500,00 zł	32	Pakiet 23	97 300,00 zł
6	Pakiet 5	130 000,00 zł	33	Pakiet 24	106 000,00 zł
7	Pakiet 5a	10 000,00 zł	34	Pakiet 24a	78 000,00 zł
8	Pakiet 5b	5 500,00 zł	35	Pakiet 25	37 000,00 zł
9	Pakiet 6	130 000,00 zł	36	Pakiet 26	60 000,00 zł
10	Pakiet 7	264 000,00 zł	37	Pakiet 27	11 000,00 zł
11	Pakiet 7a	76 000,00 zł	38	Pakiet 28	100 000,00 zł
12	Pakiet 9	135 000,00 zł	39	Pakiet 29	37 800,00 zł
13	Pakiet 10	70 000,00 zł	40	Pakiet 30	31 000,00 zł
14	Pakiet 11	55 000,00 zł	41	Pakiet 31	32000,00 zł
15	Pakiet 11a	9 900,00	42	Pakiet 31a	54 000,00 zł
16	Pakiet 12	2 500,00 zł	43	Pakiet 31b	54 000,00 zł

17	Pakiet 13	1 517 000,00 zł	44	Pakiet 31c	11 000,00 zł
18	Pakiet 14	390 000,00 zł	45	Pakiet 32	11 000,00 zł
19	Pakiet 15	265 000,00zł	46	Pakiet 33	56 000,00 zł
20	Pakiet 15a	100 000,00 zł	47	Pakiet 34	12 000,00 zł
21	Pakiet 15b	4 600,00 zł	48	Pakiet 35	890 000,00 zł
22	Pakiet 15c	12 000,00zł	49	Pakiet 36	16 000,00 zł
23	Pakiet 16	10 900,00 zł	50	Pakiet 37	69 000,00 zł
24	Pakiet 17	59 480,00 zł	51	Pakiet 38	4 900,00 zł
25	Pakiet 17a	15 000,00 zł	52	Pakiet 39	13 000,00 zł
26	Pakiet 18	79 200,00 zł	53	Pakiet 40	200 000,00 zł
27	Pakiet 19	14 500,00 zł	54	Pakiet 41	90 000,00 zł
			55	Pakiet 43	7 000,00 zł

4) pkt XVI.SIWZ – poprawia i przyjmuje za obowiązujący zapis jak poniżej

Grupa 13

Oferta oceniana jest w oparciu o kryterium:

- Cena – 60 %
- Jakość - 40 %

5) pkt. VI 1 SIWZ. -

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

A. Oświadczenia Składane wraz z Ofertą

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (formularz JEDZ)

B. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 , w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

2. Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności - za ten okres

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 17.07.2017 roku. Godziny pozostają bez zmian.