



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego^A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr .271 – 175 -13/2017

Kraków, dnia 07.07.2017

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup i dostawę sterylnej jednorazowej sprzętu medycznego”

ZP 13/2017

W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz 2164 ze zm) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dot. Pakiet 13 poz. 8

Czy Zamawiający poprzez określenie” Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu z drenikiem ok 10mm...” miał na myśli bezigłową zastawkę dostępu żylnego z drenem o długości 10cm? Według naszej najlepszej wiedzy nie istnieje zastawka bezigłowa dostępu żylnego z drenem o długości 100. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 29.06.2017 Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 13 poz. 8. Nowy opis został zawarty w „załącznik nr 1 aktualny od 29.06.2017”

Pytanie nr 2 dot. Pakiet 17 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach: CH 3, CH 4, CH 4,7, dł. 8 – 22 cm. Zestawy są obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Pakiet 17 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nitinolowego urządzenia do przechowywania i usuwania kamieni z dróg moczowych w rozmiarze CH 2,4F (średnica koszyka 12,5 mm), dł. 90 lub 120 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakiet 41

Czy zamawiający w pakiecie 41 w celu uniknięcia problemu ze zmianą techniki wymiany protez głosowych, co spowoduje podniesienie kosztów procedury, wymaga by zaproponowane protezy głosowe posiadały średnicę minimum 22 Fr ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zatwierdził Dyrektor Szpitala
dr n. med Jerzy Friediger



