



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego ^A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr .271 – 193 -18/2017

Kraków, dnia 13.07.2017

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

*Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego oraz szkolenie
pracowników w ramach projektu „ Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie””*

ZP 18/2017

*I W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015, poz 2164 ze zm) udziela poniżej odpowiedzi:*

Pytanie nr 1 dot. Grupa 11

*Czy zamawiający dopuści do przetargu wózki wielofunkcyjne bez możliwości mycia urządzeniami
wysokociśnieniowymi, bez podstawy wózka z otworem ułatwiającym suszenie i odpływ wody?*

*Wózki które chcemy zaoferować są bardzo łatwe w czyszczeniu, są odporne na środki dezynfekujące i
nie wymagają mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 dot. Grupa 11

*Czy zamawiający dopuści wózek z pięcioma szufladami na prowadnicach tożyskowych tym dwie małe
szuflady, 1 duża szuflada, 2 średnie szuflady zamykane na zamek centralny?*

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych
w SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. Grupa 11

Czy zamawiający dopuści wózek z uchwytem do prowadzenia umieszczonym z boku wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych
w SIWZ.



Pytanie nr 4 dot. Grupa 11

Czy zamawiający dopuści dwa odcinki szyny instrumentalnej wykonanej z aluminium?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. Grupa 11

Czy zamawiający dopuści trzy uchwyty na butelki montowane z boku wózka ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. Grupa 11

Czy zamawiający dopuści wózek w kolorze biało-szarym ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7 dot. Grupa 4

Pytanie 1. Firma Viridian Polska, jako wieloletni dostawca najwyższej jakości kardiomonitorów, zwraca się z zapytaniem o dopuszczenie do postępowania, na zasadzie równoważności, kardiomonitorów marki **Philips Goldway** (model G30, 10,4”), charakteryzującego się pomiarem SPO2 w technologii Philips-FAST z możliwością obsługi czujników innych renomowanych producentów (Nellcor, Massimo). Monitor będzie charakteryzował się poniższymi parametrami z zachowaniem opcji pomiarowych oraz ilości akcesoriów wymaganych przez Zamawiającego:

Wymagania techniczne	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Budowa kompaktowa wraz ze zintegrowanymi pomiarami min. EKG / PR / RESP / NIBP / SPO2 / Temp.	TAK	
Ekran TFT LCD o przekątnej min. 10,4’, rozdzielczość 800x600 dpi, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną. Zawiera wbudowany uchwyt do transportu wraz ze zintegrowanym zaczepem do zawieszenia na poręczu łóżka. Waga do 4,5 kg.	TAK	
Obsługa za pomocą pokręteł oraz przycisków funkcyjnych. Menu w języku polskim. Ekran dotykowy.	TAK	
Wyświetlanie – co najmniej 8 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. Dostępne tryby pracy min.: - tryb dużych znaków - tryb 7-ekg - tryb z trendami dynamicznymi	TAK	

- tryb oxyCRG - tryb podglądu danych z innych łóżek (dla monitorów w tej samej sieci bez użycia centrali monitorującej) - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby.		
Bezpieczeństwo – urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej, min. IPX1. Temperatura pracy min. 5-40°C. Urządzenie spełnia min. następujące normy: IEC 60601-1-2:2004, IEC 61000-3-3.	TAK	
Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 21 dni z min. rozdzielczością 18 sekund. Prezentacja danych w skali czasu od min. 2-120 godzin.	TAK	
Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu. Min. 7 poziomów głośności z zabezpieczeniem ograniczającym wyciszenie alarmów do zera. Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych.	TAK	
Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. Własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy do 2,5 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Akumulator bez efektu pamięci: litowo-jonowy o pojemności min. 4800 mAh. Akumulator wymienialny bez użycia narzędzi.	TAK	
Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia danych pacjentów zapisanych na USB celem ich odczytu na innym kardiomonitorze.	TAK	
Oprogramowanie do obliczania dawek leków, obliczenia hemodynamiczne, obliczenia utlenowania oraz obliczenia wentylacyjne.	TAK	
Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, USB, gniazdo przywołania pielęgniarki oraz gniazdo synchronizacji syg. EKG.	TAK	
Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7.	TAK	
EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu. Wyświetlanie PVC. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.	TAK	
Pamięć min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzeń arytmii.		
Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG).	TAK	
Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika.	TAK	

Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyień od normy. Prezentacja wyników w postaci wykresu kołowego bądź słupkowego.	TAK	
RESPIRACJA. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-120 odd./min. Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. Możliwość wyboru jednego z min. 4 odprowadzeń do kalkulacji oddechu.	TAK	
SPO2. Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2.	TAK	
Pomiar tętna w zakresie min. 30-300./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor bądź FAST.	TAK	
Możliwość stosowania oryginalnych czujników wiodących producentów min. Nellcor oraz Massimo, przy zastosowaniu dedykowanych, opcjonalnych kabli połączeniowych.	TAK	
NIBP. Oscylometryczna metoda pomiaru. Tryb auto w zakresie min. 1-480 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-254 mmHg. Pamięć min. 1600 wyników pomiarowych NIBP.	TAK	
Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci słupkowej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych.	TAK	
TEMPERATURA. Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru 0-50°C.	TAK	
DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA		
IBP. Inwazyjny pomiar ciśnienia w 2 kanałach – możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -50 do +400 mmHg. Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów. Min. 4 prędkości kreślenia krzywej. W komplecie wielorazowy kabel główny do wybranych przetworników.	TAK, konfiguracja opcjonalna	
KAPNOMETRIA. Technologia pomiaru Microstream. Zakres pomiarowy 0-99 mmHg. Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Zakres pomiaru respiracji min. 0-150 odd./min.	TAK, konfiguracja opcjonalna	
3-kanałowa drukarka termiczna. Tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz drukowanie w ustawionym czasie. Szerokość papieru min. 50mm. Min. 3 prędkości wydruku. W komplecie 4 rolki papieru termicznego.	TAK, konfiguracja opcjonalna	
Podstawa jezdna na 5 kołach z koszem na akcesoria oraz z rączką. Mechanizm szybkiego zwalniania bez użycia narzędzi.	TAK, opcja	
Uchwyt ścienny z możliwością obracania w min. 3 płaszczyznach z mechanizmem szybkiego zwalniania bez użycia narzędzi.	TAK, opcja	

Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych 27-35cm - przewód NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - 1 bateria.	TAK	
Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Certyfikat poświadczający zgodność z dyrektywą 2011/65/EU.	TAK	
Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja).	TAK, podać	
Gwarancja - min. 24 miesiące na kardiomonitor. Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat.	TAK, podać	
Instrukcja pisemna w jęz. polskim.	TAK	

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 dot. Grupa 4

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał

Pytanie nr 9 dot. Grupa 4

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Prezentacja wyników w postaci cyfrowej oraz w postaci trendów graficznych.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał

Pytanie nr 10 dot. Grupa 4

Czy Zamawiający będzie wymagał monitorowania dynamicznego ciśnienia krwi z prezentacją wyników w postaci słupkowej oraz cyfrowej.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał

Pytanie nr 11 dot. Grupa 4

Czy Zamawiający będzie wymagał aby moduł pomiaru saturacji obsługiwał czujniki renomowanych producentów – Philips Fast, Nellcor Oximax oraz Massimo? Dzięki takiej funkcjonalności użytkownik nie jest ograniczony do jednego dostawcy/producenta akcesoriów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał

Pytanie nr 12 dot. Grupa 4

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresem pomiarowym odcinka ST od -2,0 do +2,0 mV? Nawet u pacjentów z objawami ostrego zespołu wieńcowego wartości uniesienia odcinka ST wynoszące ok. 0.2 mV w odprowadzeniach przedsercowych i ok. 0.1 mV w odprowadzeniach kończynowych świadczą o wystąpieniu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, stąd zakres pomiarowy od -2,0 do +2,0 mmV jest zupełnie wystarczający do monitorowania pacjentów we wszystkich stanach klinicznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dot. Grupa 4

Ad. 24 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z dokładnością pomiaru częstości tętna +/- 3 bpm wraz z pomiarem z pulsoksymetrią oraz +/-1 bpm wraz z pomiarem z EKG?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14 dot. Grupa 4

Ad. 41. Wymagana maksymalna wartość ustawiania czasu bezdechu 60 s (1 oddech na minutę!) oznacza, że kardiomonitor będzie zbyt późno sygnalizował stan alarmowy wymagający interwencji lekarza, natomiast wartość minimalna (1 sekunda) jest równoważna 60 oddechom na minutę. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści kardiomonitory z alarmem bezdechu regulowanym w zakresie 10-40 sekund?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15 dot. Grupa 4

Ad. 62 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory przystosowane do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci bezprzewodowej, bez możliwości pracy w sieci poprzez złącze RS232, z jednoczesnym zapewnieniem że jeśli w danym pomieszczeniu nie ma odpowiedniego okablowania to zostanie ono wykonane w ramach ceny oferty? Obecnie nie są już budowane sieci oparte o złącze RS232, standardowym, powszechnie dostępnym rozwiązaniem jest sieć Ethernet.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. Grupa 4

Ad. 65. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwością rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia w zakresie pomiarowym od -50 do +360 mmHg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17 dot. Grupa 34-

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków kompatybilnych z glukometrem, które charakteryzują się: rodzajem próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; zakres hematokrytu 35-60%; płyn kontrolny o 2 różnych zakresach (dostarczany

bezpłatnie), ważny po otwarciu 6 miesięcy; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 (przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TÜV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTB 2016; glukometr z dożywotnią gwarancją;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 18 dot. Grupa 34-

Czy Zamawiający wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD, nie interferujące z tlenem cząsteczkowym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 19 dot. Grupa 34-

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN ISO 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, że po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowe będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postępowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie, tzn. od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to kryteria rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów? Oraz czy wymagacie Państwo dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający na potwierdzenie wymaga złożenia oświadczenia wykonawcy, że glukometr, spełnia normę EN ISO 15197:2015

Pytanie nr 20 dot. Grupa 34-

Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 21 dot. Grupa 34-

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 30 w pozycji 1 aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 22 dot. Grupa 34-

Czy Zamawiający wymaga glukometru, który wyświetla wyniki w mg/dl oraz w mmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 23 dot. Grupa 34-

Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 24 dot. Grupa 34-

Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej normie ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ i spełnienia normy ISO vide . Odpowiedź do pytania nr 19

Pytanie nr 25 dot. Grupa 34-

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski i glukometry, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A czy tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko elektryczne** z przechyłem TR w zakresie 0-16°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko elektryczne** z przechyłem anty-TR w zakresie 0-15°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 28 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko elektryczne** ze szczytem z deską zamocowaną na stałe? Leże wypełnione płytami z polipropylenu nadaje się do reanimacji, bez konieczności podkładania dodatkowego usztywnienia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 29 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **wielofunkcyjne łóżko elektryczne** z metalowymi uchwytami materaca, podobnie, jak w grupie 6 i 7?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 30 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** wykonaną z profili stalowych, ocynkowanych, pokrytych lakierem epoksydowo-poliestrowym, podobnie jak ramki szuflad oraz boki korpusu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 31 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, której blaty wykonane są z odpornego na wilgoć, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV tworzywa ABS z wyprofilowanymi, podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi rozlewaniu się płynów i spadaniu przedmiotów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 32 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, w której czoła szuflad wykonane są, podobnie jak ramki szuflad i boki korpusu, z ocynkowanej stali pokrytej lakierem epoksydowo-poliestrowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 33 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, w której blaty posiadają wyprofilowane krawędzie stanowiące jednorodną, łatwą w czyszczeniu część blatu zamiast relingów? Szafka wyposażona jest w reling z boku szafki, do zawieszenia np. ręcznika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 34 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, składającą się z szuflady i zamykanej drzwiczkami szafki o właściwościach obustronnych, gwarantującej łatwy dostęp do rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** z regulacją blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 800 1100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 36 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową** dwustronną, z możliwością postawienia jej dowolnie z prawej lub lewej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności, bez konieczności przekładania blatu bocznego? Jest to rozwiązanie wygodniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści **łóżko elektryczne** ze szczytem z deską zamocowaną na stałe? Leże wypełnione płytami z polipropylenu nadaje się do reanimacji, bez konieczności podkładania dodatkowego usztywnienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 38 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści **łóżko elektryczne** wyposażone w metalowe, lakierowane proszkowo, opuszczane barierki boczne (5 łózek), zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości, spełniające normę EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 39 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści **łóżko elektryczne** niewyposażone w elastyczne listwy odbojowe, ale w krążki odbojowe w 4 narożach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 40 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, której blat wykonany jest z odpornego na wilgoć, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV tworzywa ABS z wyprofilowanymi, podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi rozlewaniu się płynów i spadaniu przedmiotów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 41 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, w której czoła szuflad wykonane są, podobnie jak ramki szuflad i boki korpusu, z ocynkowanej stali pokrytej lakierem epoksydowo-poliestrowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 42 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, w której blat posiada wyprofilowane krawędzie stanowiące jednorodną, łatwą w czyszczeniu część blatu zamiast relingów? Szafka wyposażona jest w reling z boku szafki, do zawieszenia np. ręcznika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 43 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, składającą się z szuflady i zamykanej drzwiczkami szafki o właściwościach obustronnych, gwarantującej łatwy dostęp do rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 44 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne dwusegmentowe** wyposażone w metalowe, lakierowane proszkowo, opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości, spełniające normę EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 45 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne dwusegmentowe** niewyposażone w elastyczne listwy odbojowe, ale w krążki odbojowe w 4 narożach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 46 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści **łóżko szpitalne dwusegmentowe**, którego leże wypełnione jest płytą HPL w segmencie oparcia pleców dla zapewnienia przezierności oraz płytami z polipropylenu w pozostałych segmentach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 47 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, której blat wykonany jest z odpornego na wilgoć, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV tworzywa ABS z wyprofilowanymi, podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi rozlewaniu się płynów i spadaniu przedmiotów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 48 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, w której czoła szuflad wykonane są, podobnie jak ramki szuflad i boki korpusu, z ocynkowanej stali pokrytej lakierem epoksydowo-poliestrowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 49 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, w której blat posiada wyprofilowane krawędzie stanowiące jednorodną, łatwą do czyszczenia część blatu zamiast relingów? Szafka wyposażona jest w reling z boku szafki, do zawieszenia np. ręcznika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 50 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści **szafkę przyłóżkową**, składającą się z szuflady i zamykanej drzwiczkami szafki o właściwościach obustronnych, gwarantującej łatwy dostęp do rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51 dot. Grupa 15

Szkolenie, instalacja i montaż wykonany przez osoby do tego przeszkolone daje 100% pewności, że sprzęt spełnia wszystkie parametry jakościowe i gwarancyjne. Personel wie jak obsługiwać i dbać o przedmiot zamówienia. Czy w związku z powyższym, zamawiający wymaga takiego szkolenia, instalacji co jednocześnie nie wpłynie w żaden sposób na ofertę cenową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 52 dot. Grupa 15

Wmontowane kółka transportowe pozwalają na bezwysiłkowe i proste przesuwanie wagi przy np. sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić. Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga miała takie kółka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 53 dot. Grupa 15

Mała masa własna wagi ułatwia przenoszenie i jest bezpieczniejsza dla użytkownika. Czy zamawiający wymaga aby masa wagi wynosiła 6,9 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 54 dot. Grupa 15

Wyświetlacz z funkcją wyboru ustawienia przód lub tył ułatwia personelowi ważenie pacjentów. Czy zamawiający wymaga aby produkt miał możliwość ustawienia wyświetlacza wg wymagań personelu szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 55 dot. Grupa 15

Podczas ważenia przypadkowo pacjenci łapią się za kolumnę wzrostomierza dla asekuracji. Niestety kolumna mocowana na 1 śrubie łatwo może ulec skrzywieniu. Wagę trzeba oddać do naprawy, co generuje dodatkowe koszty. Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga aby waga posiadała solidne mocowanie na 2 śrubach i tym samym zabezpieczała kolumnę wagi przed zniszczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 56 dot. Grupa 1

Czy nie nastąpiła omyłka w podaniu liczby szt. asortymentu – pkt II SIWZ jest Grupa 1 – Piła do cięcia gipsu – 1 szt. w formularzu ofertowym Piła do cięcia gipsu – 2 szt. oraz w zestawieniu warunków i parametrów wymaganych jest Grupa 1 – Piła do cięcia gipsu – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1 szt. w zakresie grupy 1 – Piła do cięcia gipsu

Pytanie nr 57 dot. Grupa 14

Czy Zamawiający wymaga ssak o następujących parametrach ?

1.	Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10%
2.	Podciśnienie max. ≥ 90 kPa
3.	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): 30 l/min
4.	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia

	ze skalą w kPa i mmHg
5.	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.
6.	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.
7.	Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.
8.	Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED
9.	Cicha praca (poniżej 37 dB).
10.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25 litra.
11.	Jeden zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu do wkładów jednorazowych ze specjalną blokadą utrzymująca zamocowany zbiornik w uchwycie i umożliwiającą usunięcie wkładu jedną ręką; port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, przez co umożliwiającą zmianę wkładu bez odłączania drenu.
12.	Wkład jednorazowy na wydzielin o pojemności 2,5L ze zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne – 40 szt.
13.	Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 70 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria
14.	Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek
15.	Filtry antybakteryjne - min. 5 szt.
16.	Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m
17.	Metalowy uchwyt na dren
18.	Waga urządzenia z wózkiem do 16 kg
19.	Urządzenie medyczne klasy IIa
20.	Zabezpieczenie prądowe klasa I typ CF
21.	Gwarancja 60 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 58 dot. Grupa 32

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach 650x660x1700?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 59 dot. Grupa 32

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o pojemności 200 litrów co nieznacznie odbiega od wymagań?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 60 dot. Grupa 32

Czy zamawiający dopuści do oceny drzwi uchylne z oknem, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawienia na nich wózków wsadowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 61 dot. Grupa 32

Czy Zamawiający dopuści do oceny wyświetlacz LCD z przyciskami membranowymi, co jest mniej awaryjnym i tańszym rozwiązaniem niż wyświetlacz dotykowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 62 dot. Grupa 32

Czy Zamawiający dopuści do oceny wybór pięciu programów przy użyciu czterech przycisków?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 63 dot. Grupa 32

Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o rejestrację temperatury w komorze, ponieważ nie jest to wyraźnie określone w zestawieniu parametrów.

Odpowiedź: Tak, chodzi o rejestrację temperatury w komorze

Pytanie nr 64 dot. Grupa 32

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli "wskaźnik skuteczności mycia i obserwacja pojawienia się piany"

Odpowiedź: Sterownik kontroluje parametry mycia i dezynfekcji wsadu. Na wyświetlaczy widoczna temperatura oraz ciśnienie mycia przez cały czas trwania procesu. Urządzenie wyposażone w czujnik obecności piany

Pytanie nr 65 dot. Grupa 32

Prosimy o wyjaśnienie czy pompa środka zwilżającego ma być jedną z dwóch wymaganych pomp, czy ma być kolejną trzecią pompą?

Odpowiedź: Pompa środka zwilżającego ma być kolejną trzecią pompą.

Pytanie nr 66 dot. Grupa 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w haczyki poziome, na które można zawiesić kabel? Dzięki temu kable nie plączą się.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 67 dot. Grupa 5 poz. 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania w łóżku gniazda wyrównania potencjału?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 68 dot. Grupa 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie regulacja segmentu podudzia odbywa się wraz z regulacją segmentu uda i zachowują pozycję wygodną dla pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 69 dot. Grupa 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-710 mm? Oferowane parametry nieznacznie różni się od wymaganych i może być uznany za równoważny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 70 dot. Grupa 5 poz. 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez łóżko pozycji kardiologicznej oraz pozycji egzaminacyjnej realizowanej przy pomocy jednego przycisku na panelu pielęgniarskim? Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo przez naszą firmę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 71 dot. Grupa 5 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione odejmowanymi bez użycia narzędzi panelami z tworzywa ABS? Oferowane rozwiązanie jest odporne na środki dezynfekujące, promienie UV oraz uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza po warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 72 dot. Grupa 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko zaopatrzone w szczyty wykonane z tworzywa ABS w kształcie zaokrąglonego prostokąta zamkniętego, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienie UV. Szczyty są wyjmowane bez użycia narzędzi wyposażone w wyprofilowany uchwyt ułatwiający transport stanowiący 70% długości szczytu. Wezłowania tworzywowe są wzmacniane dodatkową płytą stalową, która zapobiega wyłamywaniu się szczytów, jak to ma miejsce w przypadku wezłowań montowanych na tulejach, co zapewnia wieloletnią trwałość.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza po warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 73 dot. Grupa 5 poz. 16, 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wezłowania posiadające odboje płaskie, które chronią łóżko przed uszkodzeniami zarówno z frontu jak i od boków, przy czym nie zwiększają jego szerokości. Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania krążki odbojowe oraz elastyczne listwy nie są konieczne.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza po warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr 74 dot. Grupa 5 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w materac dopasowany do poszczególnych segmentów leża, dzięki czemu nie przemieszcza się, pomimo braku uchwytów trzymających materac

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr75 dot. Grupa 5 – szafki przyłóżkowe poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szkielet szafki, boki korpusu oraz podstawa wykonaną ze stali malowanej proszkowo, a drzwiczki oraz blat do karmienia pacjenta z tworzywa ABS? Dopuszczenie umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo przez naszą firmę.

Odpowiedź: *Tak, zamawiający dopuszcza po warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie nr76 dot. Grupa 5 – szafki przyłóżkowe poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę oraz kontener zamykany drzwiczkami na magnes wyposażony w półkę dzielącą wolną przestrzeń na dwie posiadającą miejsce na butlę?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie nr77 dot. Grupa 5 – szafki przyłóżkowe poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę o podanych wymiarach:

- wysokość: 760 mm
- szerokość: 440 mm
- głębokość: 460 mm

Odpowiedź: *Tak, zamawiający dopuszcza po warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie nr78 dot. Grupa 7 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek z leżem wypełnionym panelami wykonanymi z perforowanej stali z otworami wentylacyjnymi?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie nr79 dot. Grupa 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko zaopatrzone w szczyty wykonane z tworzywa ABS w kształcie zaokrąglonego prostokąta zamkniętego, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promienie UV. Szczyty są wyjmowane bez użycia narzędzi wyposażone w wyprofilowany uchwyt ułatwiający transport stanowiący 70% długości szczytu. Wezgielowa tworzywowa są wzmacniane dodatkową płytą stalową, która zapobiega wyłamywaniu się szczytów, jak to ma miejsce w przypadku wezgieli montowanych na tulejach, co zapewnia wieloletnią trwałość.

Odpowiedź: *Tak, zamawiający dopuszcza po warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie nr80 dot. Grupa 7 poz. 9,10

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wezgielowa posiadające odboje płaskie, które chronią łóżko przed uszkodzeniami zarówno z frontu jak i od boków, przy czym nie zwiększają jego szerokości. Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania krążki odbojowe oraz elastyczne listwy nie są konieczne.

Odpowiedź: *Tak, zamawiający dopuszcza po warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie nr81 dot. Grupa 7 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w materac dopasowany do poszczególnych segmentów leża, dzięki czemu nie przemieszcza się, pomimo braku uchwytów trzymających materac.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr82 dot. Grupa 32 pkt. 1

Dotyczy punktu 1 tabeli zestawienia warunków i parametrów wymaganych – grupa 32 Wnosimy o dopuszczenie myjni o szerokości 650mm, spełniającej pozostałe wymagania, co do wymiarów zewnętrznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie nr83 dot. Grupa 32 pkt. 9

Wnosimy o dopuszczenie myjni narzędziowej sterowanej mikroprocesorowo wyposażonej po obu stronach w panel dotykowy z ekranem graficzno- tekstowym o przekątnej 3,5 cala

Uzasadnienie: Oferowane przez nas rozwiązanie jest, co najmniej równoważne do opisanego w SIWZ. Panel dotykowy z wyświetlaczem pozwala na pełną kontrolę urządzenia i informuje użytkownika o bieżącym stanie urządzenia oraz wykonywanej aktualnie czynności. Przekazywane informacje poprzez wyświetlacz LCD pozwalają użytkownikowi na bieżącą ocenę stanu myjni, planowanie dalszej pracy oraz pełny nadzór nad procesem mycia i dezynfekcji. Ponadto idealnie gładka powierzchnia panelu pozwala na pełną dezynfekcję jego powierzchni, co jest istotne z uwagi na zalecenia sanitarno – epidemiologiczne.

Odpowiedź: Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr84 dot. Grupa 32 pkt. 11

Zapis w punkcie 11 jest nieściśły. Zgodnie z opisem Zamawiający wymaga, aby sterownik umożliwiał obserwację i rejestrację wykresu temperatury i ciśnienia w każdej z pomp obiegowych. Należy zaznaczyć, iż dla prawidłowego procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z normą EN 15883-1 oraz EN 15883-2 nie jest istotny pomiar ciśnienia i temperatury w pompie obiegowej lecz pomiar temperatury w komorze myjaco-dezynfekcyjnej myjni.

Ponadto nie została jasno określona ilość pomp obiegowych/cyrkulujących w jakie winna być wyposażona myjnia. Zachodzi sprzeczność, gdyż w punkcie 11 tabeli parametrów technicznych wymagają Państwo kontroli ciśnienia i temperatury pomp obiegowych natomiast w punkcie 24 tabeli parametrów technicznych wymagają Państwo pompy cyrkulacyjnej o wydajności min. 700 l/min., co sugeruje obecność tylko jednej pompy cyrkulacyjnej/ obiegowej.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę brzmienia punktu 11 na poniższy

„ Sterownik kontroluje skuteczność mycia i dezynfekcji wsadu oraz monitoruje ciśnienie pompy cyrkulacyjnej. Na wyświetlaczu widoczna temperatura w komorze myjni przez czas trwania całego programu”

Odpowiedź: Sterownik ma kontrolować parametry mycia i dezynfekcji wsadu. Na wyświetlaczu widoczna temperatura oraz ciśnienie mycia przez cały czas trwania procesu. Urządzenie ma być wyposażone w czujnik obecności piany.

Pytanie nr85 dot. Grupa 32 pkt. 40

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki oczywistej wymagając stojaka na 14 par obuwia zamiast stojaka na 14 sztuk obuwia?

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze minimalną pojemność komory myjącej wnosimy o dopuszczenie stojaka na 10 par obuwia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 86 dot. Grupa 4 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor z pasywnym chłodzeniem wyposażony w awaryjne zabezpieczenie ze względów bezpieczeństwa i przeznaczenia do celów medycznych w postaci wbudowanego wentylatora?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 87 dot. Grupa 4 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor z funkcją szybkości przesuwu w zakresie 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 88 dot. Grupa 4 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor bez wzmocnienia x0,125?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 89 dot. Grupa 4 pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor z analizą odcinka ST w zakresie: +/- 2,0 mV?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 90 dot. Grupa 4 pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor bez funkcji stopniowego zawieszania alarmów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 91 dot. Grupa 4 pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści pomiaru pulsu w zakresie 25-254 ud/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 92 dot. Grupa 4 pkt. 36

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor spełniający wymogi SIWZ bez opcji szybkości przesuwu w zakresie 50 mm/s ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 93 dot. Grupa 4 pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor z funkcją wzmocnienia respiracji: x0.25, 1, 2, 4?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 94 dot. Grupa 4 pkt. 41

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 10-60 sekund?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 95 dot. Grupa 4 pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor spełniający zapisy SIWZ bez kalkulatora „nerkowego”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 96 dot. Grupa 4 pkt. 62

Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) pozbawionego łączą RS232, które nie jest już obecnie stosowane w najnowszych monitorach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 97 dot. Grupa 4 pkt. 65

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy -50 do +350 mmHg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 98 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 2 dopuści mikroskop bez systemu zabezpieczeń kół statywu przed najechniem i uszkodzeniem kabli na podłodze sali operacyjnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 99 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści mikroskop z bezpośrednim oświetleniem umieszczonym w głowicy mikroskopu bez stosowania światłowodów? Takie rozwiązanie pozwala na użycie źródeł światła mniejszej mocy, bezpieczniejszych dla operowanego pacjenta oraz pozwala na wyeliminowanie stosowania światłowodów, które znacząco podnoszą koszty użytkowania urządzenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 100 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści mikroskop który ma dwa źródła światła LED i Halogenowe dzięki czemu nie trzeba stosować filtra imitującego światło halogenowe.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 101 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści mikroskop z układem XY z regulacją szybkości i centrowaniem w zakresie 50 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 102 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści mikroskop z alternatywnym systemem automatycznej zmiany powiększenia (tzw. System StepCycle), dowolnie programowalny w sterowniku nożnym, dla implementacji soczewki IOL do kartridża i powrotu do pozycji wyjściowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 103 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści mikroskop z alternatywnym układem wzmocnienia refleksu z dna oka poprzez zastosowanie bezpośredniego oświetlenia głównego oraz koaksjalnego oświetlenia halogenowego OttoFlex, bez regulacji kąta padania, która przy oferowanym rozwiązaniu jest zbędna? Dzięki optymalnemu dobraniu dwóch źródeł światła uzyskuje się najlepszy z możliwych czerwony refleks z dna oka w każdych warunkach bez konieczności regulacji kąta padania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 104 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści mikroskop bez takiej funkcjonalności?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 105 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 20 dopuści nasadkę okularową operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie od 10° – 50° UltraLow III wraz z okularami szerokokątnymi dla operatora o powiększeniu 10x z regulacją dioptrii w zakresie od -5D do +5D wraz z elektrycznym inwerterem obrazu? Oferowana nasadka jest optymalnym rozwiązaniem ergonomicznym i funkcjonalnym w przypadku używania mikroskopu zarówno w odcinku przednim jak i tylnym oka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 106 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 21 dopuści mikroskop asystencki bez 5 stopniowej zmiany powiększenia i bez pokrętła płynnego wyostrażania obrazu z uchylną nasadką okularową w zakresie od 5° – 25° oraz dodatkowo regulacją 0-180° na adapterze stereo asysty wraz z okularami o powiększeniu 10 x z regulacją dioptrii w zakresie od -5D do +5D pozwalającym na zmianę mikroskopu asystenckiego stronami bez potrzeby jego demontażu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 107 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez filtra światła niebieskiego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 108 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 24 dopuści mikroskop bez takiej funkcjonalności?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 109 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 25 dopuści mikroskop z kamerą medyczną full HD z przetwornikiem 1/2,8 cala montowaną na adapterze?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 110 dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający w punkcie 29 dopuści plastikowe nakładki na pokręta sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości 3 kompletów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 111 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno-serwisowych. Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 112 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka:

Długość całkowita: 2350mm z możliwością przedłużania do 2470mm oraz skrócenia do 2240mm Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1030mm (wymiar leża 880x2020 z możliwością skrócenia do 1910 i wydłużenia do 2140)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 113 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści w celu wyrównania potencjałów łóżko wyposażone w zacisk stabilizatora zgodny z normą EN 60601-1:2001 i 2006, łóżko przebadane pod względem bezpieczeństwa elektrycznego wg międzynarodowej normy IEC 60601-2-52: 2009?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 114 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści poniższe elektryczne regulacje:

- segment oparcia pleców 0-62°

- segment uda 0-20°

regulacja segmentu podudzia – mechaniczna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mechaniczną regulację segmentu podudzia pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ i nie dopuszcza regulacji segmentu oparcia pleców 0-60 ° i segmentu uda 0-20°

Pytanie 115 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie: 320 do 760 mm?. Jest to parametr znacznie bezpieczniejsze dla pacjenta i personelu medycznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 116 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący, panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych poprzez możliwość blokady poszczególnych funkcji na panelu i pilocie. Panel sterujący wyposażony w funkcję segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji CPR, krzesła kardiologicznego oraz za pomocą dwóch przycisków funkcji antyszokowej i egzaminacyjnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 117 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści szczyty tworzywowe z wytrzymałego polipropylenu o gr. minimum 200 mm, łatwo wyjmowane luz z blokada zabezpieczającą przed przypadkowym wyjęciem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje SIWZ

Pytanie 118 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne (5 łózek), zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości. Barierki spełniające norme bezpieczeństwa: EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje SIWZ

Pytanie 119 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści materac dopasowany do rozmiarów leża bez konieczności wyposażenia w uchwyty do trzymania materaca?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje SIWZ

Pytanie 120 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści szczyty tworzywowe z akcentem kolorystycznym do wyboru 3 kolory?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje SIWZ

Pytanie 121 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 15 cm. Materac przeciwoślizgowy, wykonany z jednej warstwy nietoksycznej pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości min. 40 kg/m³, materac podzielony na trzy strefy poziomo cietej painki dla jeszcze lepszej redystrybucji sił nacisku w najbardziej newralgicznych strefach, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy, przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy, odporny na środki dezynfekcyjne, z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z ukrytym zamkiem błyskawicznym obszyty z 4 stron, odporny na wysokotemperaturową dezynfekcję (95°C)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 122 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści korpus szafki wykonany z profili aluminiowych, blat szafki, boki szafki oraz fronty szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL, konstrukcja szuflad z wytrzymałego tworzywa?

Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą 2 szuflady oraz otwartą od frontu przestrzeń między nimi. W dolnej (większej szufladzie) uchwyt na butelki, górna (mniejsza) szuflada zamykana na kluczyk. Szafka na 4 kółkach z tym 2 kółka z możliwością blokady.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 123 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści poniższe wymiary zewnętrzne szafki

- wysokość 74 cm

- szerokość 48,5 cm

- głębokość 47,5 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje SIWZ

Pytanie 124 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorów: blat górny oraz blat dużej szuflady w kolorze do wyboru ciemno niebieski, jasno niebieski, lila (pozostałe fronty jasno szare) lub cała szafka w kolorze do wyboru biały dąb, jesion, ciemny orzech lub jasny szary (osłona narożnika w kolorze jasno szarym z czterech stron szafki)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje SIWZ

Pytanie 125 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści weryfikację złożonej reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 48 godzin od jej wystania przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 126 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści czas przystąpienia do naprawy max. 72 h od chwili przyjęcia zgłoszenia (w dni robocze)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 127 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw o 7 dni roboczych bez konieczności ściągnięcia z zagranicy niezbędnej do naprawy części i do 10 dni w przypadku konieczności ściągnięcia z zagranicy niezbędnej do naprawy części.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 128 dot. Grupa 6

Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ gdyż w tabeli parametrów technicznych nie widnieje zapis co do niżej wymienionych wymogów.

VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

A.1. certyfikaty wydane przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot /podmioty potwierdzającą zgodność z normą BS 5852 poziom CRIB 5. - dot. Grupa 19 pkt. 15

A.2. Certyfikaty wydane przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty potwierdzającą właściwości tapicerki ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E. Coli – dot. Grupa 19 pkt. 15

Odpowiedź:

A.1. certyfikaty wydane przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot /podmioty potwierdzającą zgodność z normą BS 5852 poziom CRIB 5. - dot. Grupa 19 pkt. 15

A.2. Certyfikaty wydane przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty potwierdzającą właściwości tapicerki ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E. Coli – dot. Grupa 19 pkt. 15

to dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego i znajdują się w punkcie VI SIWZ. Nie widnieją one jako parametry techniczne w tabelach parametrów technicznych

Pytanie 129 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko w pełni zgodne z międzynarodową normą dotyczącą bezpieczeństwa – EN 60601-2-52 wraz z ognioodpornym pokrowcem materaca wg normy BS 7175, bez certyfikatów zgodności z normą BS 5852 poziom CRIB 5 i potwierdzającym właściwości tapicerki ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 130 dot. Grupa 23

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu renomowanego producenta:

1. wadze 75 kg

2. Wyposażony w pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B i Color Doppler 2729 obrazów.

3. Z następującymi funkcjami przetwarzania na obrazach zatrzymanych (zamrożonych) i z archiwum:

- Tryb 2D

– Powiększanie/przesuwanie

– Skala szarości

– Mapa kolorowania

– Pomiary/raporty/notatki/piktogramy

- Doppler kolorowy

– Powiększanie/przesuwanie

– Mapa kolorów

– Odwracanie kolorów

– Pomiary/raporty/notatki/piktogramy

- Spektralny tryb dopplerowski

– Skala szarości

– Mapa kolorująca trybu Doppler

– Korekta kątów

– Pomiary/raporty/notatki/piktogramy

4. Bez opcji anatomiczny M-mode z pętli cineloop z archiwum.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 131 dot. rozdział VII, punkt 7

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, w ramach których pakietów wymaga złożenia certyfikatu potwierdzającego klasę ochrony przed spadającą wodą. Jednocześnie sugerujemy, że wymóg ten dla Grup: 3, 17, 19, 30 jest bezzasadny i prosimy Zamawiającego o uwzględnienie tego w odpowiedzi.

Odpowiedź: Wymóg dotyczy tylko Grupa 29

Pytanie 132 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru koloru tapicerki ze wzornika producenta posiadającego cztery kolory tapicerki odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 133 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o regulacji oparcia pleców realizowanej w zakresie -40° do +85°? Parametr oferowany nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 134 dot. Projekt umowy

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu na nieścisłość w §2, pkt 2 względem zapisów SIWZ rozdział XIV, pkt 5 – prosimy o dopasowanie zapisów dot. kalkulacji ceny oferty poprzez wykreślenie z zapisów umowy treści, z której wynika, iż cena (wynagrodzenie) ma obejmować również koszty przeglądów pogwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §2, pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje: koszty transportu, koszty rozładunku towaru, koszty opakowania, koszty gwarancji, koszty przeglądów gwarancyjnych i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet, koszty części zamiennych w okresie gwarancji, koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia towaru, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Dostawca w związku z realizacją niniejszej Umowy.

Pytanie 135 dot. Projekt umowy

Czy w ramach Grup: 3, 17, 19, 30 Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawionego w §7, akapit 1 i 2, tj. wymogu utrzymania pełnej i kompletnej dokumentacji dot. projektu, badań, składu, produkcji, przechowywania, transportu i dostawy materiałów zużywalnych i surowców oraz części wykorzystywanych przy produkcji towarów oraz wykonania usług („Informacji o produkcie”), a szczególnie od

obowiązku udostępnienia „Informacji o produkcie” osobom trzecim? Pragniemy zaznaczyć, że wszelka dokumentacja przekazywana jest Zamawiającemu podczas dostawy, a ponad to polityka firmy nie wyraża zgody na udostępnianie ww. informacji osobom trzecim.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w zakresie grupy 3,17,19,i 30 odstąpi od wymogu przedstawionego w §7, akapit 1 i 2,

Pytanie 136 dot. Projekt umowy

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży wartość procentową kar umownych określonych w §10, pkt 1, ppkt a) do 0,2% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 137 dot. Projekt umowy

W §10, pkt 1, ppkt b) Zamawiający nie określił wysokości kar umownych za brak przeprowadzenia szkolenia personelu. Zwracamy się z prośbą o ustalenie wysokości kar 0,2% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający ustala wysokość kary o której mowa w §10, pkt 1, ppkt b) w wysokości 0,2% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Pytanie 138 dot. Projekt umowy

W §10, pkt 1, ppkt c) Zamawiający nie określił wysokości kar umownych za brak dostarczenia w dniu podpisania protokołu odbioru jakiegokolwiek z dokumentów wskazanych w §1 ust. 3 umowy. Zwracamy się z prośbą o ustalenie wysokości kar 0,2% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający ustala wysokość kary o której mowa w §10, pkt 1, ppkt c) w wysokości kar 0,2% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Pytanie 139 dot. Projekt umowy

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży wartość procentową kar umownych określonych w §10, pkt 1, ppkt d) do 0,2% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 140 dot. Projekt umowy

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży wartość procentową kar umownych określonych w §10, pkt 1, ppkt e) do 0,2% ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 141 dot. zał. nr 2 do SIWZ – Grupa 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie optyki o średnicy 4,05 mm, spełniającą wszystkie pozostałe opisane parametry?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 142 dot. zał. nr 2 do SIWZ – Grupa 31

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płaszcza cystoskopowego o śr. 21 Fr z obturatorem ze specjalnie ukształtowaną końcówką oraz matową powierzchnią zmniejszającą tarcie? Płaszcz o rozmiarze 17Fr nie pozwala na użycie narzędzi 7Fr jak szczypce biopsyjne czy kleszcze chwytające.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 143 dot. zał. nr 2 do SIWZ – Grupa 31

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje gwarancję 8-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 144 dot. zał. nr 2 do SIWZ – Grupa 31

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu niezbędnego do usunięcia usterek i wykonania napraw do 7 dni roboczych w przypadku drobnych awarii oraz do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, jednocześnie zapewniając sprzęt zastępczy na czas naprawy.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 145 dot. zał. nr 2 do SIWZ – Grupa 31

Zwracamy się z prośbą o zwiększenie czasu reakcji serwisu do max. 72 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 146 dot. zał. nr 2 do SIWZ – Grupa 31

Czy Zamawiający dopuści w grupie nr 31 elementy wózka do aparatury medycznej będące wyrobami niemiedycznymi ze stawką VAT 23%

W przypadku zgody na powyższe prosimy o wskazanie w jaki sposób przedstawić w grupie 31 w tabeli „wartość przedmiotu zamówienia” oraz w formularzu oferta produkty z różnymi stawkami VAT tak aby zamawiający uznał to za prawidłowe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 147 – dot. projektu umowy §10 ust. 1a

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„za opóźnienie w dostawie, w tym instalacji i uruchomieniu Urządzeń stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 0,5% ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 148 - dot. projektu umowy §10 ust. 1g

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„w wysokości 20% ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 149 - dot. projektu umowy §10 ust. 1b i 1c

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

b) za brak przeprowadzenia szkolenia personelu, o którym mowa w ____ umowy – w wysokości 0,2% ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

c) za brak dostarczenia w dniu podpisania protokołu odbioru jakiegokolwiek z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 umowy – w wysokości 0,2% ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 137,138

Pytanie 150 - dot. projektu umowy §10 ust. 1f

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 1f z §10 lub wstawienie kary w wysokości 0,2% ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 151 dot. zał. nr 2 do SIWZ dot. grupy 31

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatury fabrycznie nowej z datą produkcji nie wcześniej niż 2016r.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 152 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez ekranu dotykowego, ale z dużymi czytelnymi wyświetlaczami FHR i Toco?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 153 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanej ręczki do przenoszenia aparatu? Zgodnie z wymaganiami, aparaty mają zostać zamontowane na ścianie (4 sztuki) i mają posiadać możliwość zamontowania na wózku jezdnym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 154 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z zasilaniem od 100 do 230V (w Polsce obowiązuje napięcie w sieci na poziomie 230 V)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 155 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości pracy na zasilaniu akumulatorowym, a co za tym idzie bez wskaźników naładowania akumulatora?

W standardach jakie obowiązują w szpitalach, funkcję zabezpieczenia zasilania, przejmują urządzenia UPS do podtrzymywania napięcia w czasie awarii.

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 156 dot. Grupa 2

czy Zamawiający dopuści aparat bez ustawiania czasu badania? Wymagany parametr jest niewskazany w czasie patologicznego zapisu, nie pozwalając na dalszą możliwość obserwowania badania po wyznaczonym czasie.

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 157 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie pomiarowym 50-210 bpm?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 158 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat o głośności alarmów do 5 poziomów regulacji?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 159 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez regulacji 7 poziomów głośności tętna płodu, zastępując je płynną regulacją głośności?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 160 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wskaźnika jakości sygnału? Funkcję wskaźnika jakości sygnału przejmuje głośnik tętna płodu.

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 161 dot. Grupa 2

Wymagany poziom emisji fal ultradźwiękowych jest na bardzo wysokim i niebezpiecznym dla płodu poziomie 20mW/cm². Czy Zamawiający skoryguje omawiany parametr i będzie wymagał, aby oferowany aparat charakteryzował się niskim poziomem emisji fal ultradźwiękowych (max 5,0 mW/cm²)

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 162 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu ujednoliconych gniazd oraz automatycznie identyfikowalnego czujnika FHR1, FHR2, TOCO i FM.

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 163 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zerowania funkcji TOCO na wartość min. 5, 10, 15, 20, 25?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 164 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wprowadzania danych pacjentki poprzez ekranową klawiaturę w układzie Qwertt?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 165 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez dostępności min. 2 różnych ekranów monitorowania płodu, w tym ekran dużych znaków?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 166 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości aktualizacji oprogramowania poprzez wejście USB?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 167 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez widocznego na ekranie wybranego czasu badania i upływającego czasu wybranego okresu badania po stracie monitorowania?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 168 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o monitorowanie ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy FHR?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 169 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane aparaty KTG, współpracowały z systemami nadzoru okołoporodowego, m.in. Monako, FetalCare?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 170 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający wymaga, aby 3 sztuki oferowanych aparatów KTG, zostały dostarczone z wózkami jezdnyymi?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 171 dot. Grupa 2

Proszę o określenie ilości sztuk aparatów KTG (7 sztuk)

- do monitorowania ciąży pojedynczej
- do monitorowania ciąży bliźniaczej

Odpowiedź: - do monitorowania ciąży pojedynczej – 5 szt.
- do monitorowania ciąży bliźniaczej – 2 szt

Pytanie 172 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat posiadał częstotliwość fali ultradźwiękowej głowic Cardio $\leq$ Mhz?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 173 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat posiadał możliwość podłączenia atymulatora akustycznego płodu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 174 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat posiadał dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przedim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych, zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 175 dot. Grupa 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany aparat posiadał dwa gniazda RS-232 (do jednoczesnego podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych lub telemetrii)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 176 dot. Grupa 23 - Pkt. III.9.a.5 SIWZ.

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza Unii Europejskiej i dokonania ich odprawy celnej, co może wydłużyć czas importu nawet do 5 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, ukończenie naprawy w czasie 7 dni roboczych może okazać się utrudnione. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 10 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 177 dot. Grupa 23 . Pkt. III.9.a.7 SIWZ.

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym dzia-

ła bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Wykonawca zapewni Zamawiającemu wymianę elementu/ części/ modułu urządzenia na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt Pkt. III.9.a.7 SIWZ. jak niżej:

„Wykonawca zapewni Zamawiającemu wymianę elementu/ części/ modułu urządzenia na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Pytanie 178 dot.. zał. Nr 3. Pkt.3 oraz par. 9 ust. 4 wzoru Umowy: - Grupa 23

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia odpowiednich zapisów na następujący: „Wymiana modułu urządzenia na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego modułu, w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt Pkt. III.9.a.7 SIWZ. jak niżej:

„Wykonawca zapewni Zamawiającemu wymianę elementu/ części/ modułu urządzenia na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Pytanie 179 dot. zał. Dot. zał. Nr 3. Pkt.4. - Grupa 23

Czy w związku z koniecznym niekiedy importem części zamiennych spoza terenu Unii Europejskiej, Zamawiający zgodzi się na zmianę treści punktu do następującej: „Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 10 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 180 dot. zał. Dot. zał. Nr 3. Pkt.5 - Grupa 23

Czy Zamawiający dopuści czas weryfikacji złożonej reklamacji przez telefon, email lub fax do 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego? Prosimy również o potwierdzenie, że punkt obowiązuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Takie parametry Zamawiający dopuszcza w punkcie III.9.a.6 SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i potwierdza, że punkt obowiązuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie 181 dot. zał. Dot. zał. Nr 3. Pkt.6. - Grupa 23

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przyłączenia oferowanego aparatu do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet? Umożliwi to Wykonawcy zdalną diagnostykę i ewentualną naprawę urządzenia poprzez łącze internetowe, z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji szyfrowanej, pod warunkiem spełnienia wymogu przepustowości łącza na poziomie min. 512 Kbit/s., i dotrzymanie wymaganego przez Zamawiającego czasu przystąpienia do naprawy (w dni robocze). Jeśli Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, czy zgodzi się na czas przystąpienia do naprawy do max. 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia (w dni robocze)? Takie parametry Zamawiający dopuszcza w punkcie III.9.a.4 SIWZ.

Odpowiedź: Nie w chwili obecnej ze względów technicznych nie przewiduje

Pytanie 182 dot. zał. Dot. zał. Nr 3. Pkt.7 - Grupa 23

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza Unii Europejskiej i dokonania ich odprawy celnej, co może wydłużyć czas importu nawet do 5 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, ukończenie naprawy w czasie 7 dni roboczych może okazać się utrudnione. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 10 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 183 dot. Dot. Pkt. III.9.b. SIWZ, oraz par. 1 pkt. 8 wzoru Umowy - Grupa 23

Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów tak, aby uzyskały brzmienie: „Urządzenia winny być pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do urządzenia i jego serwisowanie pracownikom technicznym Odbiorcy lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) w zakresie wykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 184 dot. Dot. par. 9 ust. 8 wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia punktu do treści: „Jeżeli czas naprawy przekroczy 10 dni roboczych Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Odbiorcy sprzętu zamiennego, o nie gorszych parametrach niż urządzenie, które wymaga naprawy. Dostawa sprzętu zamiennego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy wadliwego urządzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 185 dot. Dot. par. 10 ust. 1a wzoru Umowy

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 186 dot. Grupa 1, pkt. 5,7

Czy Zamawiający dopuści piłę do gipsu o wadze do 1,5 kg z nierozłącznym kablem o długości 5 m

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 187 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej długości leża bez segmentu podudzia wynoszącej 1375 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 188 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej długości leża z segmentem podudzia wynoszącej 1790 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 189 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej szerokości leża 685 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 190 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości leża 615 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 191 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z minimalną wysokością siedziska w pozycji wypoziomowanej wynoszącej 600 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 192 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z maksymalną wysokością siedziska 1000 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 193 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z kątem uniesienia oparcia pleców w zakresie od 0° do 80°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 194 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z kątem pochylenia siedziska w zakresie od 0° do 30°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 195 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z możliwością ustawienia tylko pozycji Trendelenburga w zakresie 7°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 196 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z bez pozycji anty- Trendelenburga?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 197 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z konstrukcją ze stali węglowej lakierowanej proszkowo bez użycia lakieru z nanotechnologią srebra?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 198 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z osłoniętą obudową tworzywową bez zastosowania nanotechnologii srebra?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 199 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny ze stopkami bez możliwości poziomowania?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 200 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny bez możliwości zamontowania podpórki ręki?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 201 dot. Grupa 3

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w tapicerkę posiadającą właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwdrożdżynowe, poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 202 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a podwoziem wynoszącą 120 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 203 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 204 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżko oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 205 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców 0- 74° bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 206 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 350- 810 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 207 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane przewodowym pilotem bez podświetlanych klawiszy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 208 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym siatką odejmowaną bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 209 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi ABS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 210 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z HPL-u?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 211 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 212 dot. Grupa 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szczyty wypełnione płytą HPL jednak bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 213 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, chroniące pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości łóżka, spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 214 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo chroniące pacjenta na całej długości leża bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 215 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające elastycznych listew odbojowych na barierkach, gdyż najbardziej wysuniętymi pkt. Chroniącymi łóżko przed otarciami są krążki odbojowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 216 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające w 4 narożnikach leża krążki odbojowe jednoosiowe?

Odpowiedź: : Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie 217 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 218 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z bezpiecznym obciążeniem do 230 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 219 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny jednostronny o zwiększonej sprężystości (wykonany z pianki o jednakowej gęstości na całej powierzchni) posiadający konstrukcję w postaci wycięć w kształcie gofra jednolitą na całej powierzchni powodującą równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, gęstości pianki T30 kg/m³, wysokość 12 cm, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia na powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobrą wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 220 dot. Grupa 5 - Szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem posiadającym relingi wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 221 dot. Grupa 5 - Szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szerokością przy rozłożonym blacie wynoszącą 1160 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 222 dot. Grupa 5 - Szafka przyłóżkowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 750 mm – 1100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 223 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 224 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 225 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 350- 810 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 226 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane przewodowym pilotem bez podświetlanych klawiszy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 227 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym siatką odejmowaną bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 228 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi ABS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 229 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z HPL-u?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 230 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 231 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szczyty wypełnione płytą HPL jednak bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 232 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z poręczami stalowymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 233 dot. Grupa 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez elastycznych listew odbojowych umieszczonych na barierkach? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek, najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 234 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z bezpiecznym obciążeniem do 230 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 235 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny jednostronny o zwiększonej sprężystości (wykonany z pianki o jednakowej gęstości na całej powierzchni) posiadający konstrukcję w postaci wycięć w kształcie gofra jednolitą na całej powierzchni powodującą równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, gęstości pianki T30 kg/m³, wysokość 12 cm, pokryty

pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia na powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobrą wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 236 dot. Grupa 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 237 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżko oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 238 dot. Grupa 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi ABS?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 239 dot. Grupa 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z HPL-u?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.*

Pytanie 240 dot. Grupa 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 241 dot. Grupa 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szczyty wypełnione płytą HPL jednak bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 242 dot. Grupa 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z poręczami stalowymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 243 dot. Grupa 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez elastycznych listew odbojowych umieszczonych na barierkach? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek, najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 244 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z bezpiecznym obciążeniem do 230 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 245 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny jednostronny o zwiększonej sprężystości (wykonany z pianki o jednakowej gęstości na całej powierzchni) posiadający konstrukcję w postaci wycięć w kształcie gofra jednolitą na całej powierzchni powodującą równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca na powstanie odleżyn, gęstości pianki T30 kg/m³, wysokość 12 cm, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości barierowe, jest odporny na przesiąkanie krwi, przenikanie cząstek wirusowych i bakterii, wycięcia na powierzchni materaca w połączeniu z paroprzepuszczalną membraną pokrowca zapewniają dobrą wentylację między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, zmniejszają poziom wilgoci, przez co ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 246 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki składające się z dwóch szuflad, pod szufladą półka z dostępem od frontu szafki, nie zamykana?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 247 dot. Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka dziecięce o całkowitej wysokości 1370 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 248 dot. Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka dziecięce o wymiarze leża 1280 x 600 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 249 dot. Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki składające się z dwóch szuflad, pod szufladą półka z dostępem od frontu szafki, nie zamykana?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 250 dot. Grupa 9

Czy zamawiający omyłkowo wpisał w pkt.14 materac dostosowany do pacjentów o wadze do min. 2000 kg?

Odpowiedź: Tak Zamawiający pomylił się. Chodzi o wagę do min. 200 kg

Pytanie 251 dot. Grupa 9

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem przystosowanym dla pacjentów o wadze do 200 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 252 dot. Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki składające się z dwóch szuflad, pod szufladą półka z dostępem od frontu szafki, nie zamykana?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 253 dot. Grupa 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych szafki wózka wynoszącą 830 mm x 510 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 254 dot. Grupa 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z blatem górnym oraz z dolą półka wyprofilowaną ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 255 dot. Grupa 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z 4 szufladami na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 256 dot. Grupa 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytem do prowadzenia wózka umieszczony z boku wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 257 dot. Grupa 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z szynami do zawieszenia wyposażenia dodatkowego, szynę o przekroju 35x10 i długości 350 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 258 dot. Grupa 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z tworzywowym koszem kolanowym na odpady, pokrywa otwierana ku górze?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 259 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej nie posiadające ograniczników zabezpieczających korpusy przed wypadnięciem?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 260 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający długość stołu 2000 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 261 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół o całkowitej szerokości blatu 520 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 262 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją wysokości w zakresie od 530- 1010 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 263 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją oparcia pleców w zakresie -30° do +80°?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 264 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją podgłówek -90° do +60°?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 265 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłów bocznych w obie strony w zakresie 25°?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 266 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłu Trendelenburga do 30°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 267 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 268 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością sterowania wszystkimi funkcjami elektrohydraulicznymi stołu z dodatkowego panelu sterowania umieszczonego na kolumnie, za wyjątkiem regulacji funkcji flex, reflex oraz poziomowania blatu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 269 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania posiadającym zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją funkcji poprzez konieczność wciśnięcia jednego przycisku aktywacyjnego panelu dodatkowego a następnie wybranie regulacji żądanej funkcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 270 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 271 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, zapewniającą dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 272 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją segmentu podgłówna realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 273 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy/operacyjny wyposażony w materace bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 274 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o obciążeniu 300 kg?

Odpowiedź *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 275 dot. Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę z regulacją zagłówka za pomocą rastomatu w zakresie od -25° do + 40°?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 276 dot. Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę o całkowitej wysokości 570 mm?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 277 dot. Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę z możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 13 kolorów?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 278 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o całkowitej szerokości z poręczami oraz bez poręczy wynoszącej 790 mm?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 279 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o całkowitej długości 2090 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 280 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości w zakresie od 570- 910 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 281 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie od 0° do 65°?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 282 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją przechyłu Trendelenburga w zakresie 20°?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 283 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z profili stalowych lakierowanych bez użycia lakieru z nanotechnologią srebra?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 284 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek obudowany wypraskami z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 285 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z możliwością wykonywania zdjęć RTG lecz bez możliwości monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 286 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z tunelem na kasetę RTG pod całym leżem?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 287 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z dopuszczalnym obciążeniem do 200 kg?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 288 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 289 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z materacem z obszyciem z materiału nieprzemakalnego bez dodatków bakterio i grzybobójczych ograniczających rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli, tym samym bez certyfikatów w tym zakresie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 290 dot. Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z materacem bez właściwości niepalnych zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 291 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej nie posiadające ograniczników zabezpieczających korpusy przed wypadnięciem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 292 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół posiadający długość stołu 2000 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 293 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół o całkowitej szerokości blatu 520 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 294 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją wysokości w zakresie od 530- 1010 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 295 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją oparcia pleców w zakresie -30° do +80°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 296 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją podglówka -90° do +60°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 297 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłów bocznych w obie strony w zakresie 25°?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 298 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłu Trendelenburga do 30°?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 299 dot. Grupa 30

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłu anty-Trendelenburga do 30°?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 300 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 360 mm realizowaną poprzez układ elektrohydrauliczny stołu? Oferowany stół posiada kolumnę o szerokości 360 mm tak, więc oferowany zakres jest wystarczający do zapewniania pełnej przezierności blatu.

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 301 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej poprzez mechanizm korbowy?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 302 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego mechanicznie?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 303 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 304 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z możliwością sterowania wszystkimi funkcji elektrohydraulicznymi stołu z dodatkowego panelu sterowania umieszczonego na kolumnie, za wyjątkiem regulacji funkcji flex, reflex oraz poziomowania blatu?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 305 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z panelem sterowania posiadającym zabezpieczenie przed przypadkowa aktywacją funkcji poprzez konieczność wciśnięcia jednego przycisku aktywacyjnego panel dodatkowy a następnie wybranie regulacji żądanej funkcji?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 306 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu metali. Obecnie czołowi producenci stołów operacyjnych bardzo często wykonują elementy konstrukcyjne z odlewów aluminiowych z uwagi na zalety takiego rozwiązania tzn.: przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia. Faktyczną barierą dla producentów stołów operacyjnych przed powszechnym stosowaniem odlewów metali lekkich w konstrukcji blatów jest duży koszt wdrożenia technologii (konieczność wykonania drogich form), akceptowalny jedynie dla modeli średniej i wyższej klasy produkowanych w większej skali.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 307 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny ergonomiczną podstawą w kształcie prostokąta, zapewniającą dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 308 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny przejezdny z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 309 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z mechaniczną regulacją segmentu podgłówna realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 310 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny regulacją podnóżków ręczna za pomocą sprężyn gazowych z blokadą?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 311dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3 z możliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 312 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 313 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o obciążeniu 300 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 314 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne posiadało konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą wewnętrzną znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 315 dot. Grupa 5

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało tworzywową osłonę postawy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 316 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne posiadało konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą wewnętrzną znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 317 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne posiadało możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga oraz anty- Trendelenburga?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 318 dot. Grupa 6

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało tworzywową osłonę postawy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 319 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne posiadało konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą wewnętrzną znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 320 dot. Grupa 7

Czy Zamawiający wymaga aby łóżko szpitalne posiadało konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą wewnętrzną znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 321 dot. Grupa 11

Czy Zamawiający wymaga aby wózek posiadał jedną małą szufladę o wysokości 63 mm, 1 dużą szufladę o wysokości 216 mm oraz 3 szuflady średnie o wysokości 138 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 322 dot. Grupa 11

Czy Zamawiający wymaga aby wózek posiadał możliwość swobodnej wymiany przez użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy, doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 323 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający wymaga aby stołu posiadał centralną blokadę sterowaną elektrohydraulicznie z pilota i panelu na kolumnie, co jest rozwiązaniem znacznie lepszym i nowocześniejszym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 324 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający wymaga aby stół operacyjny był przejezdny z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 325 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający wymaga aby stołu posiadał centralną blokadę sterowaną elektrohydraulicznie z pilota i panelu na kolumnie, co jest rozwiązaniem znacznie lepszym i nowocześniejszym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 326 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający wymaga aby stół operacyjny był przejezdny z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 327 dot. Grupa 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG o wadze 85 kg oraz z 41472 kanałami przetwarzania? Nie - wielka różnica w wadze oraz ilości kanałów nie stanowi dużej różnicy w codziennej diagnostyce a otrzymujecie Państwo aparat w wielu punktach przewyższający wymagany

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 328 dot. Grupa 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z wbudowanym zasilaczem umożliwiającym restart systemu w czasie 12 sekund? Różnica tylko 2 sekund nie będzie zauważalna w pracy na oferowanym aparacie.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 329 dot. Grupa 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez opcji obrazowania przepływów eliminującej artefakty kierunkowe Dopplera?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 330 dot. Grupa 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z pamięcią CINE dla Dopplera PW 427 sekund? Zazwyczaj i tak zapisuje się średnio około 100-200 sekund.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 331 dot. Grupa 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z kątem widzenia głowicy sektorowej 90 stopni? W badaniach kardiologicznych zazwyczaj stosuje się kąt 90 stopni lub mniejszy, zbyt duży kąt zmniejsza Frame Rate.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 332 dot. Grupa 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez możliwości regulowania na zatrzymanym obrazie w Kolorowym Dopplerze inwersji, zmiany mapy i włączenia i wyłączenia map turbulentnych.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 333 dot. Grupa 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z opcją zamrożenia systemu i możliwością wznowienia pracy w ciągu 7 sekund, lecz bez możliwości odłączenia zasilania na 30 minut?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 334 dot. Grupa 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z wielkością bramki Dopplerowskiej PWD 0,5-30 mm? Różnica o 0,3 mm jest niezauważalna w przepływach, natomiast otrzymujecie Państwo bramkę większą o 10 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 335 dot. Grupa 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG bez technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 336 dot. Grupa 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z głowicą sektorową „phased array” wieloczęstotliwościową wykonanej w technologii Single Crystal z ogniskowaniem w każdym pikselu, oraz liczbą elementów 80?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 337 dot. Grupa 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z głowicą liniową matrycową o częstotliwości pracy przetwornika 6,6-16 MHz, oraz szerokością czoła głowicy 38,1 mm? Szerokość czoła większa o 3,1 mm jest niezauważalna przy badaniach natomiast zyskujecie Państwo wysokiej rozdzielczości głowicę matrycową.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 338 dot. Grupa 34

Czy Zamawiający w grupie nr 34 dopuści do udziału w postępowaniu paski, których zakres temperatury przechowywania wynosi 4-30°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 339 dot. Grupa 34

Czy Zamawiający w grupie nr 34 dopuści do udziału w postępowaniu paski testowe i płyny których stabilność po otwarciu wynosi 3 miesiące?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 340 dot. Grupa 34

Czy Zamawiający w grupie nr 34 dopuści do udziału w postępowaniu paski z zakresem hematokrytu 20 %- 60 %?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 341 dot. Grupa 34

Czy Zamawiający w grupie nr 34 dopuści do udziału w postępowaniu glukometry z szerokim zakresem pomiaru 20-600 mg/dl? Zakres ten jest wystarczający do określenia hipoglikemii (poniżej 55mg/dl) i hiperglikemii. Według Zaleceń PTD 2015: „Polskie Towarzystwo

Diabetologiczne zaleca, aby stężenie glukozy u osób chorych na cukrzycę typu 1 na czczo i przed posiłkami mieściło się w granicach 70-110 mg/dl, a dwie godziny po posiłku w samokontroli poniżej 140 mg/dl.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 342 dot. Grupa 33

Prosimy o zmianę stawki VAT na 23%. Katalizator tlenu etylenu nie jest urządzeniem medycznym.

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 343 dot. działu III Opis przedmiotu zamówienia, punkt 9, podpunkt a)7: - Grupa 33

Prosimy o zmianę w/w punktu na: Wykonawca wymieni wadliwy podzespół urządzenia na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania. Prośbę uzasadniamy wymogami instalacyjno-montażowymi katalizatora do spalania tlenu etylenu, jest to urządzenie, którego montaż wymaga specjalistycznych prac instalacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt Pkt. III.9.a.7 SIWZ. jak niżej:

„Wykonawca zapewni Zamawiającemu wymianę elementu/ części/ modułu urządzenia na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Pytanie 344 dot. Grupa 13 Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści pompy z mechanizmem zabezpieczającym przed swobodnym, niekontrolowanym wypływem składającym się z dwóch elementów-jeden w pompie jeden w drenie. Opakowania drenów kodowane kolorami w zależności od stosowanej terapii?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 345 dot. Grupa 13 Pkt. 4,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych zasilanych za pomocą zintegrowanego zasilacza lub stacji dokującej, zasilanie: 115 lub 230 VAC, 50/60 Hz, 10 VA nominalnie, z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego przez 10 h przy przepływie 25 ml/h od pełnego naładowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 346 dot. Grupa 13 Pkt. 8,9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych bez możliwości tłoczenia w moduły, wyposażonych w zintegrowany uchwyt do przenoszenia oraz mocowania pomp do rur pionowych i szyn poziomych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 347 dot. Grupa 13 Pkt. 8,10,12,13,18,19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości kompaktowych pomp infuzyjnych o niewielkich rozmiarach 13,7 x 14 x 10,5 z podświetlanym ekranem i przyciskami funkcyjnymi. Stanami alarmowymi: powietrze w linii, otwarte drzwiczki, usterka wewnętrzna, rozładowany akumulator, niski poziom naładowania akumulatora, okluzja w części górnej, okluzja w części dolnej. Z trybami pracy: Standard, Micro, objętość w czasie, prędkość do objętości? Pompy wyposażone w liczne, wbudowane funkcje z zakresu bezpieczeństwa pozwalające zmniejszyć ryzyko u pacjentów niepożądanych zdarzeń. Pompy mogą służyć do wykonywania wlewów związanych z żywieniem pozajelitowym, płynów infuzyjnych, leków, krwi i preparatów krwio pochodnych dopuszczonymi drogami klinicznymi: dożylnie, dotętniczo, podskórnice, zewnątrzoponowo lub przez irygację przestrzeni płynowych u dorosłych i dzieci.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 348 dot. Grupa 13 Pkt. 20,27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z prędkością podawania bolusa w zakresie 1-999ml/h, objętości bolusa 0-99 ml z maksymalną objętością bolusa po zwolnieniu okluzji < 0,6 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 349 dot. Grupa 13 Pkt. 23,25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z ciągłym pomiarem ciśnienia w linii i regulowanymi przez użytkownika alarmami ciśnienia okluzji w 3 trybach: niskie 250 mm/Hg, normalne 350 mm/Hg, średnie 500 mm/Hg oraz z intuicyjną obsługą za pomocą przycisków z symbolami graficznymi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 350 dot. Grupa 13 Pkt. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych bez możliwości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania o tryby PCA i PCEA co w przypadku pomp objętościowych jest niezwykle rzadko używane, a niepotrzebnie ogranicza konkurencję?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 351 dot. Grupa 13 Pkt. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych o czułości technicznej - wykrywania pojedynczych pęcherzyków powietrza $\leq 0,05$ ml i 7 poziomami głośności alarmów, regulowanymi przez użytkownika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 352 dot. Grupa 13 Pkt. 6,7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych o masie 2.5kg z zintegrowanym akumulatorem wewnętrznym o trwałości 6.5h przy przepływie 25.0ml/h, przy jednoczesnym szybkim trybie ładowania 2.5h do 95% ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 353 dot. Grupa 13 Pkt. 10

Czy Zamawiający uzna za wystarczające podświetlanie ekranu i przycisków z możliwością automatycznej regulacji w trybie dzień/noc?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 354 dot. Grupa 13 Pkt. 19

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z systemem redukcji błędów dawkowania z możliwością podziału na 30 profili w każdym profilu 100 leków i ciągłym wyświetlaniem parametrów infuzji, bez konieczności przełączenia. Zaproponowane rozwiązanie jest intuicyjne co przekłada się na gwarancję najwyższego stopień bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu, a możliwe dzięki zastosowaniu dużego wyświetlacza z dużą rozdzielczością?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 355 dot. Grupa 25 – Jednostka główna - Pkt. 5,6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, wyposażony w wysokiej klasy monitor na przegubowym ramie - niu o przekątnej 17 cali z pełnym obrazem diagnostycznym co w rzeczywistości daje więcej niż monitor 20 cali innych producentów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 356 dot. Grupa 25 - Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)– pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, wyposażony w – Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) i bramkę dopplerowską od 0,5 do 20 mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 357 dot. Grupa 25 - Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)– pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, wyposażony w – Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z możliwością korekcji kąta bramki 0 - +/- 80 stopni (także po zamrożeniu)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 358 dot. Grupa 25 - Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych dorosłych. Głowica wykonana w technologii matrycowej lub innej zapewniającej jednocześnie ogniskowanie zarówno w płaszczyźnie obrazowania jak i w płaszczyźnie grubości warstwy skanowane.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, wyposażony w głowicę kardiologiczną Phased Array wykonaną w technologii Single Crystal Transducer Technology?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 359 dot. Grupa 25 - Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych – pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, wyposażony w głowicę liniową elektroniczną wieloczęstotliwościową do badań naczyniowych o maksymalnej szerokości czoła głowicy 38 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 360 dot. Grupa 4 pkt.3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością łatwego wybierania zastosowanego przewodu EKG, takie rozwiązanie umożliwi wykorzystania kabla 5 odprowadzeniowego do pomiaru 3 elektrod, przy tym kardiomonitor zapamięta wybór odpowiedniej ilości odprowadzeń dla kolejnych uruchomień kardiomonitora?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 361 dot. Grupa 4 pkt.10

Czy Zamawiający dopuści analizę odcinka w zakresie +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie, takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w większości kardiomonitorów na rynku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 362 dot. Grupa 4 pkt.14,22,28,42

Czy Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta dopuści w wymienionych punktach możliwość ustawiania granic alarmowych (górnych i dolnych) w zakresie 2 poziomów ważności: wysoki priorytet oraz średni priorytet, natomiast niski priorytet jest zarezerwowany dla mniej istotnych parametrów mierzonych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 363 dot. Grupa 4 pkt.15

Czy Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, dopuści kardiomonitor, który posiada możliwość zawieszenia czasowego

alarmów w 3 stopniach: 1min, 2min., 3min., oraz wyłączenia na stałe – zarówno w przypadku zawieszenia czasowego jak i na stałe kardiomonitor uruchamia sygnalizację diodową na obudowie monitora?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 364 dot. Grupa 4 pkt.27

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, którego zakres pulsu w SpO2 wynosi 25-300bpm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 365 dot. Grupa 4 pkt.41

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, którego alarm bezdechu jest z możliwością ustawienia w granicy 10-40sekund, wartość domyślna to 20sekund, takie rozwiązanie jest bezpieczne dla pacjenta oraz powszechnie stosowane przez czołowych producentów kardiomonitorów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 366 dot. Grupa 4 pkt.57

Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na rozbudowę o pomiar IBP oraz CO2 wykonany jednorazowo przez serwis poprzez dołożenie odpowiedniego gniazda pozwalającego na montaż akcesorium? Czas wykonania takiej rozbudowy to około 30 minut i wykonywany jest bez dodatkowych kosztów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 367 dot. Grupa 4 pkt.62

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci Ethernet przez złącze RJ-45, bez złącza RS 232? Złącze RJ-45 jest powszechnie stosowanym złączem na naszym rynku i nie wymaga kupowania dodatkowych elementów do konwersji RS-232 – RJ-45.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 368 dot. Grupa 4 pkt.65

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar inwazyjnego ciśnienia, którego zakres pomiarowy będzie wynosił -50 ~ +300 mmHg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 369 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu stołu od 720 mm do 1070 mm mierzoną bez materaca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 370 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców od -40° do 80°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 371 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją podglówka od -90° do 45° ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 372 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych w obie strony $\pm 25^{\circ}$?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 373 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga równą $\pm 30^{\circ}$?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 374 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej od -90° do $+20^{\circ}$?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 375 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z elektromechanicznym przesuwem wzdłużnym blatu o wartości 300 mm

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 376 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w układ sterowania wyposażonym w funkcję „stand by” włączającą się po opływie 4 minut?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 377 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy pozwalający na regulację blatu w zakresie:

- zmiany wysokości blatu
- przechyłów wzdłużnych
- przechyłów bocznych
- podnoszenie/opuszczanie płyty pleców
- pozycje flex i reflex
- przesuw wzdłużny
- poziomowanie jednym przyciskiem?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 378 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy z piktogramami realizowanej funkcji, informacją o stanie naładowania/rozładowania akumulatorów, podłączenia stołu do zasilania, podłączonego do panelu na kolumnie z możliwością obsługi z każdej strony stołu?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 379 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny w którym regulacja segmentu oparcia pleców jest realizowana elektrohydraulicznie i sterowana z pilota oraz panelu na kolumnie a jedynie segmenty nóg są wspomagane sprężynami gazowymi?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 380 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z podstawą prostokątną z wycięciami zapewniającą bardzo dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 381 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny o ładowności 230 kg i z możliwością pracy z obciążeniem 185 kg w każdej pozycji?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 382 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu stołu od 720 mm do 1070 mm mierzoną bez materaca?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 383 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu stołu od 600 mm do 650 mm mierzoną bez materaca?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 384 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją podglówka od -90° do +45°?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 385 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych w obie strony +/- 25°?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 386 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga równą $\pm 30^\circ$?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 387 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej od -90° do $+20^\circ$?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 388 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z elektromechanicznym przesuwem wzdłużnym blatu o wartości 300 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 389 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z mechanicznym wypiętrzeniem klatki piersiowej/lędźwiowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 390 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w pilot przewodowy pozwalający na regulację blatu w zakresie:

- zmiany wysokości blatu
- przechyłów wzdłużnych
- przechyłów bocznych
- podnoszenie/opuszczanie płyty pleców
- pozycje flex i reflex
- przesuw wzdłużny
- poziomowanie jednym przyciskiem?

z piktogramami realizowanej funkcji, informacją o stanie naładowania/rozładowania akumulatorów, podłączenia stołu do zasilania, podłączonego do panelu na kolumnie z możliwością obsługi z każdej strony stołu, z klawiszem pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczonym, odróżniającym się od innych klawiszy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 391 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z podstawą prostokątną z wycięciami zapewniającą bardzo dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 392 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny w którym regulacja podnóżków wspomagana jest sprężynami gazowymi z blokadą a podgłówek regulowany jest na zasadzie systemu zapadkowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 393 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny o ładowności 230 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 394 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i jednocześnie nadmienia że zamawiający wymaga Oświadczenia Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj.:

a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),

b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),

c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pytanie 395 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 396 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie czasu weryfikacji złożonej reklamacji (rozbieżność między SIWZ a warunkami gwarancji i serwisu) oraz o wydłużenie jej do 48 godzin.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 397 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 398 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy – Grupa 30

Wnosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenie o nie gorszych parametrach po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) na następujący:

„W przypadku trzykrotnej naprawy danego elementu/podzespołu Wykonawca wymieni ten element/podzespół na nowy”.

Wymóg wymiany sprzętu na nowy jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół aparatu, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt Pkt. III.9.a.7 SIWZ. jak niżej:

„Wykonawca zapewni Zamawiającemu wymianę elementu/ części/ modułu urządzenia na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Pytanie 399 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy – Grupa 30

Wnosimy o zmianę zapisu: „wymiana aparatu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu (części) w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) na następujący:

„W przypadku trzykrotnej naprawy danego elementu/podzespołu Wykonawca wymieni ten element/podzespół na nowy”.

Wymóg wymiany sprzętu na nowy jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół aparatu, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt Pkt. III.9.a.7 SIWZ. jak niżej:

„Wykonawca zapewni Zamawiającemu wymianę elementu/ części/ modułu urządzenia na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Pytanie 400 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy – Grupa 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dostarczenia dokumentacji serwisowej i oprogramowania serwisowego?

Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji pracownik serwisu może przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje o konserwacji.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie pkt Pkt. III.9.a.7 SIWZ. jak niżej:

„Wykonawca zapewni Zamawiającemu wymianę elementu/ części/ modułu urządzenia na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Pytanie 401 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1g do 10% ceny brutto?

Powyższe kary umowne są dość wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 402 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy o ujednotwienie terminu płatności (Formularz oferty i wzór umowy).

Odpowiedź: Termin płatności wynosi 30 dni

Pytanie 403 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §10 ust. 1a do 0,5% wartości brutto opóźnionego urzędzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 404 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary z §10 liczone były od wartości sprzętu/ dokumentów, których opóźnienie dotyczy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 405 dot. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 ust. 5 wzoru umowy na następujący „Strony ustalają, że jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w ust. 6 i nie dostarczy sprzętu zastępczego, Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy i przepisów ogólnych.”?

Forma tzw. wykonania zastępczego, którą Zamawiający przyjął jako sankcję w tym zapisie umowy wydaje się pośrednio naruszać przepisu ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez prowadzenie do wydawania środków publicznych przy pominięciu uregulowań w niej zawartych i obowiązków jakie nakłada na Zamawiającego w tym zakresie ustawodawca. Z tego też powodu powyższy zapis musi zostać przeformułowany, tym bardziej, że oprócz tej sankcji Zamawiającemu przysługuje kara umowna (płacona wprost zamawiającemu). Pozostawienie tego punktu bez zmian stanowiłoby pozostawienie możliwości Zamawiającemu nałożenia na Wykonawcę de facto podwójnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy.

Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 406 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z listwami bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem ?
Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 407 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości 2100 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 408 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od - 45° do 45° ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 409 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem regulacji kątowej podnóżków: - 90° do 20° ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 410 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym wynoszącym 300 mm ?
Oferowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 411 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z sześciostopniowym przesuwem wzdłużnym ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 412 dot. Grupa 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem bez przycisku świadomej aktywacji ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 413 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z listwami bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem ?
Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 414 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który nie jest wyposażony w system antykolizyjny ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 415 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o długości 2100 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 416 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców w zakresie od - 35° do 75°

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 417 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją podglówka w zakresie od - 45° do 45° ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 418 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym blatu wynoszącym 300 mm ? Oferowany parametr tylko nieznacznie odbiega od wymaganego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 419 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym realizowanym mechanicznie ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 420 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z przesuwem wzdłużnym realizowanym napędem elektrohydraulicznym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 421 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem bez wyświetlacza LCD?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 422 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem w którym ikony funkcji nie są podświetlone?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 423 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem posiadającym diodową sygnalizację naładowania baterii stołu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 424 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem który podczas realizacji poszczególnych funkcji nie pokazuje aktualnej wartości regulowanego paramentu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 425 dot. Grupa 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem w którym po włączeniu wybór przycisku funkcjonalnego rozpoczyna działanie funkcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 426 dot. Grupa 13 lp.3

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z mechanizmem zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie, posiadający uniwersalne kolorystyczne kodowania zacisków szczelinowych niezależne od stosowanej terapii?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 427 dot. Grupa 13 lp.4

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową zasilaną z sieci napięciem zasilania 230 V, 50 Hz realizowaną przez zasilacz wewnętrzny wbudowany w pompę oraz z możliwością zasilania ze stacji dokującej?

Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane i ogranicza koszty zamawiającego co do konieczności zakupu dodatkowych zasilaczy.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 428 dot. Grupa 13 lp.5

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z dokładnością przepływu $\pm 5\%$?

Z posiadanej przez naszą firmę informacji nie ma obecnie na rynku pompy objętościowej o takiej dokładności.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 429 dot. Grupa 13 lp.6

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 8 godzin przy przepływie 125 ml/h?

Wymagany czas pracy pompy przez użytkownika nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego z uwagi na fakt że nigdy nie dochodzi do sytuacji w której urządzenia używane do terapii pacjenta pozostawały bez stałego zasilania więcej niż 5 godzin.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 430 dot. Grupa 13 lp.7

Czy Zamawiający dopuści pompę o masie 2 kg

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 431 dot. Grupa 13 lp.8

Czy Zamawiający dopuści pompę z zintegrowanym na stałe wmontowanym uchwytem do przenoszenia ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 432 dot. Grupa 13 lp.9

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z wbudowanym uchwytem do przenoszenia maksymalnie do 3 pomp ?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 433 dot. Grupa 13 lp.10

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z podświetlanym ekranem z dwustopniową regulacją oświetlenia?

Proponowane rozwiązanie polega na regulacji natężenia oświetlenia w tzw. trybie dziennym lub nocny. Tryb jest wybierany manualnie przez użytkownika lub programowany w określonych godzinach.

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 434 dot. Grupa 13 lp.14

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z zakresem prędkości infuzji od 0,1 do 1 500 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,9ml/h programowana co 0,1ml/godzinę?

Proponowany zakres prędkości jest wyższy niż zamawiany.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 435 dot. Grupa 13 lp.17

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z prędkością infuzji w zakresie od 0,1 - 99,9ml/h programowaną co 0,1ml/godz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 436 dot. Grupa 13 lp.18

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową z biblioteką leków zawierającą 120 leków z możliwością podzielenia na 4 grupy?

W praktyce biblioteki leków posiadają maksymalnie 40 leków ze względu na fakt sprawnego wyszukiwania odpowiedniego leku. Wymaganie biblioteki leków na 800 leków dla 15 grup może prowadzić do niezamierzonych pomyłek i nie znajduje zastosowania praktycznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 437 dot. Grupa 13 lp.28

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową bez możliwości opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA?

Taki parametr w sposób znaczący ogranicza konkurencyjność prowadzonego postępowania, ponieważ powyższy parametr jest w stanie spełnić wyłącznie jeden producent.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 438 dot. Grupa 13 lp.30

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę infuzyjną objętościową bez opcjonalnej możliwości bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą?

Proponowane rozwiązanie to możliwość komunikacji z komputerem za pomocą przewodu. Wymaganie aby pompy posiadały możliwość komunikacji bezprzewodowej może powodować wzrost szumu informacyjnego na oddziale gdzie będzie użytkowanych np. 50 pomp i co za tym idzie te urządzenia mogą zakłócać pracę innych urządzeń tak jak np. telefony komórkowe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 439 Wzór umowy

Par. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację ostatniego punktu tego ustępu:

„wymiany podzespołu/elementu urządzenia na nowy po 3 naprawach tego samego podzespołu/elementu urządzenia w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem

uszkodzeń z winy użytkownika)” ?

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną

kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z wyjątkiem gdzie w odpowiedziach wyraził zgodę na zmianę par.9 tj. odpowiedź na pytanie nr: 177, 178, 343, 398, 399, 400, 569

Pytanie 440 Wzór umowy

Par. 10 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 441 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści system wysiłkowy z bieżnią o wadze 181,4kg? Zwracamy uwagę że masa bieżni nie ma żadnego znaczenia klinicznego i także technicznego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 442 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści system z jednym przyciskiem bezpieczeństwa, montowanym w miejscu wskazanym przez użytkownika oraz możliwością zatrzymania bieżni w systemie sterującym? Zwracamy uwagę, że w systemach wysiłkowych, akceptowanych przez FDA oraz towarzystwa kardiologiczne, standardem oraz wymaganiem jest jeden przycisk bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 443 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści system z jednym przyciskiem bezpieczeństwa, montowanym w miejscu wskazanym przez użytkownika oraz możliwością zatrzymania bieżni w systemie sterującym? Zwracamy uwagę, że w systemach wysiłkowych, akceptowanych przez FDA oraz towarzystwa kardiologiczne, standardem oraz wymaganiem jest jeden przycisk bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 444 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści bieżnię ze sterowaniem tylko poprzez interfejs RS-232? Prosimy o dopuszczenie bezpiecznego sterowania poprzez interfejs RS-232, który jest bezpieczniejszy i mniej zawodny i gwarantuje ciągłość komunikacji niezależnie od opóźnień magistrali przęsłowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 445 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści system, w którym wyświetlanie zapisu jest realizowane w formacie 2x6, 1x6, przy zachowaniu w każdym tych przypadków pełnego skanowania oraz wyświetlania w czasie rzeczywistym odprowadzenia, w którym nastąpiła największa zmiana ST (worst case)? Zwracamy uwagę, że wyświetlanie 2x6 na jednym ekranie jest tożsame z 1x12, w każdym tych przypadków, operator widzi 12 kanałów EKG.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 446 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści wydruk raportów i EKG na standardowej drukarce laserowej formatu A4 zamiast na wąskim, nie diagnostycznym papierze o szerokości 58mm? Zawracamy uwagę, że ocena zapisu z badania wysiłkowego na papierze o szerokości 58 mm jest stanowczo utrudniona, niewygodna i diagnostycznie nie stosowana w praktyce klinicznej i w systemach wysiłkowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 447 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści system bez wyłączania niektórych kanałów, które zawierają artefakty. Zawracamy uwagę, że jeśli system generuje tak dużą ilość artefaktów że wymaga wyłączenia, oznacza to że nie powinien być stosowany w pracy klinicznej i technicznie nie jest przystosowany do pracy z pacjentem w ruchu (zwykły aparat ekg jako moduł do pobierania danych).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 448 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści system, w którym pomiary ręczne w tym QT wykonywane są po zakończeniu badania? Zwracamy uwagę, że pomiarów tego typu nie wykonuje się podczas badania, na ciągłym zapisie ekg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 449 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy w związku z tym, że zamawiający nie określił metody wyliczania ryzyka prosimy o dopuszczenie wyliczania ryzyka udaru mózgu oraz choroby wieńcowej wedle A.H.A. Zamawiający nie wymaga analizy alternansu załamka T, więc wymóg nagłego zgonu sercowego nie może być wyliczony w żaden kliniczny sposób.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 450 Grupa 27–Zestaw do prób wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści system bez wykresu map ST, który nie jest używany w codziennej pracy klinicznej oraz wskazuje na jednego producenta na rynku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 451 Grupa 27–Zestaw do prob wysiłkowych - bieżnia – 1 kpl. – Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Czy Zamawiający dopuści system z protokołami RAMP, ale bez zmiany na taki protokół podczas trwania badania? Zawracamy uwagę, że nie wykonuje się tego podczas badań wysiłkowych, zważywszy na fakt problematycznej oceny badania i odniesienia do standardowych procedur badania wysiłkowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 452 Grupa 10 – stolik zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 półki ze stali lakierowanej proszkowo? Stelaż wózka stalowo-aluminiowy malowany proszkowaną na kolor biały lub popielaty z profilami nośnymi po wewnętrznej stronie wózka umożliwiający dowolną regulację wysokości dolnej półki (z możliwością rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe np. szufladę, półkę, kosz) wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 453 Grupa 10 – stolik zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 półki ze stali kwasoodpornej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 454 Grupa 11 – wózek wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych szafki wózka 600x500 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Proponowany wymiar zapewnia zarówno dużą ładowność jak i łatwe manewrowanie wózkiem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 455 Grupa 11 – wózek wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek z podstawą z tworzywa ABS bez odbojów? Rezygnacja z odbojów nie spowoduje, że wózek nie będzie chroniony, ponieważ tę funkcję pełni podstawa wózka z tworzywa ABS.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 456 Grupa 11 – wózek wielofunkcyjny

Prosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego otworu ułatwiającego suszenie i odpływ wody. Zapis ten ma zastosowanie w przypadku wózków z tworzywa natomiast nie ma możliwości mycia wysokociśnieniowymi urządzeniami myjącymi wózek ze stali lakierowanej proszkowo. Wraz z dostawą producent dostarczy instrukcję z wykazem środków dezynfekujących (mycie wodą nie jest wymagane). Odstąpienie od tego zapisu będzie tożsame z pkt.4 opisu parametrów wymaganych czyli dopuszczeniem wózków ze stali lakierowanej proszkowo, które nie powinny być myte urządzeniami wysokociśnieniowymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 457 Grupa 11 – wózek wielofunkcyjny

Prosimy o wyjaśnienie czy szafka ma być wyposażona w cztery czy pięć szuflad? Dodatkowo prosimy o weryfikację ich wielkości.

Odpowiedź: Szafka ma być wyposażona pięć szuflad. Zamawiający nie precyzuje szczegółowo wymiarów szuflad.

Pytanie 458 Grupa 11 – wózek wielofunkcyjny

Czy Zamawiający jako dolny blat z tworzywa określa podstawę z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 459 Grupa 11 – wózek wielofunkcyjny

Prosimy o dopuszczenie uchwytu na butelki (3 szt.) zamocowanego nad blatem w formie funkcjonalnej nadstawki. Zastosowanie proponowanego rozwiązania zwiększy powierzchnię użytkową blatu umożliwiając jego szersze zastosowanie i łatwiejszą dezynfekcję. Prosimy również o podanie parametrów butelek tj. wysokości, obwodu lub średnicy butelek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 460 Grupa 11 – wózek wielofunkcyjny

Czy Zamawiający zamiast uchwytu na minimum 3 butelki dopuści koszyk ze stali kwasoodpornej o wymiarach 360x150x160mm zamocowany na funkcjonalnej nadstawce? Poniżej zdjęcie poglądowe takiego rozwiązania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 461 Grupa 18 – kozetki lekarskie

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją zagłówka za pomocą mechanizmu samohamującego w zakresie $\pm 45^\circ$

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 462 Dotyczy Grupy nr 2 – Aparat KTG

Czy Zamawiający dopuści aparat bez regulacji pochyleń ekranu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 463 Dotyczy Grupy nr 2 – Aparat KTG

Czy Zamawiający dopuści aparat z czasem badania NST do 90 minut - czas ten jest wystarczający aby przeprowadzić dokładny pomiar. Można też wyłączyć NST, co pozwoli na zapis badania nawet do 72 godzin.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 464 Dotyczy Grupy nr 2 – Aparat KTG

Czy Zamawiający dopuści aparat o zasięgu pomiarów 50 - 240 bpm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 465 Dotyczy Grupy nr 2 – Aparat KTG

Czy Zamawiający dopuści aparat o dokładności FHR ± 1 dla 120 – 160 bpm, poza przedziałem: ± 2 bpm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 466 Dotyczy Grupy nr 2 – Aparat KTG

Punkt 19: prosimy o doprecyzowanie o jakie funkcje monitorowania chodzi?

Odpowiedź: Chodzi o funkcje monitorowania tętna płodu

Pytanie 467 Dotyczy Grupy nr 2 – Aparat KTG

Punkt 24: prosimy o doprecyzowanie o jaki poziom wodoodporności chodzi?

Odpowiedź: Chodzi o poziom wodoodporności minimum IP65

Pytanie 468 Dotyczy Grupy nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kozetki lekarskiej o całkowitej długości 1880 mm oraz dopuszczalnym obciążeniu 150 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 469 Dotyczy Grupa nr 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie glukometrów, w których kodowanie serii pasków odbywa się poprzez włożenie chipa do glukometru, bez konieczności ręcznego wprowadzania numeru serii.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 470 Dotyczy Grupy nr 34

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu współpracy glukometrów z komputerem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 471 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Procesor wideo 1 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyjść analogowych RGB, Y/C opisanego w punkcie 3? W oferowanym module procesora wideo transmisja obrazu odbywa się w sposób cyfrowy zapewniając najlepszą jakość obrazu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 472 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Procesor wideo 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 4 dopuści moduł procesor wideo z wyjściami cyfrowymi 3G-SDI oraz DVI-D, wymagając obrazu w jakości 1080p (Full HD)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 473 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Procesor wideo 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 5 i 6 dopuści moduł procesor wideo współpracujący z głowicami kamer Full HD 1xCMOS oraz wideocystoskopami i wideoureterorenoskopami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 474 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Procesor wideo 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 7 dopuści archiwizację obrazu w postaci zdjęć i sekwencji wideo za pomocą przycisku na głowicy kamery lub wideoendoskopu, na pamięci przenośnej USB? Możliwość opisu folderu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB ustawień sterownika obrazu właściwych dla 20 użytkowników.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 475 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Procesor wideo 1 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na panelu centralnym opisanego w punkcie 8? W oferowanym zestawie programowalne przyciski funkcyjne znajdują się na głowicy kamery lub wideoendoskopu, co jest równoważne do wymaganych na panelu centralnym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 476 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Ksenonowe źródło światła 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktów 1-6 dopuści wysokowydajne źródło światła typu LED, z automatyczną regulacją jasności światła, wyposażone w diodę LED o gwarantowanej żywotności 30 000 godzin co odpowiada wymianie około 60 żarówek typu xenon? Oferowane źródło światła typu LED wyposażone jest w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 477 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Monitor medyczny LCD 1 szt.

Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści monitor medyczny o przekątnej ekranu wynoszącej 27”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 478 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Monitor medyczny LCD 1 szt.

Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści monitor medyczny wyposażony w wejścia: 2xDVI-D, 1x3G-SDI, 1xRGBS, 1xS-Video, 1xComposit oraz wyjścia: 1xDVI-D, 1x3G-SDI ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 479 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Monitor medyczny LCD 1 szt.

Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści monitor medyczny wyposażony w wejścia: DVI-D: 24 pin / HD-SDI: BNC, YPbPr: BNC*3 / RGBS: BNC*4, CVBS: BNC / S-VIDEO: DIN4, VGA: D-Sub 15 pin / Światłowód: FC (opcja), oraz z wyjściami sygnału: DVI-D: 24 pin / HD-SDI: BNC, YPbPr: BNC*3 / RGBS: BNC*4, CVBS: BNC / S-VIDEO: DIN4

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 480 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Wózek do aparatury medycznej 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktów 1-6 dopuści wózek aparaturowy wyposażony w 6 gniazdek do podłączenia urządzeń, 3 półek, szuflady, wysięgnika na monitor medyczny z regulacją, wysięgnika na płyny z regulacją wysokości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 481 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Głowica kamery Uro HD 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 2 dopuści przyciski sterujące na głowicy kamery?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 482 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Głowica kamery Uro HD 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 5 dopuści głowicę kamery o łącznej wadze 142g?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 483 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Światłowód 2 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktów 1-3 dopuści światłowody o średnicy 3,5mm i długości 3m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 484 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Zestawy do cystoskopii zabiegowej 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 1 dopuści optykę o kącie patrzenia 30°, długości roboczej 30 cm i średnicy zew. 4mm, z oznaczeniem kolorystycznym, autoklawowalną, z pojemnikiem do transportu i sterylizacji w komplecie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 485 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Zestawy do cystoskopii zabiegowej 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktów 2 i 3 dopuści płaszcz zewnętrzny, 26 Fr., 2 zawory Luer-Lock z kranikami, obrotowy, kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami, z kompatybilnym płaszczem wewnętrznym z końcówką ceramiczną oraz obturatorem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 486 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Zestawy do cystoskopii zabiegowej 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 4 dopuści element pracujący, aktywny do zestawu TUR, uchwyt dla palców prowadzących i dla kciuka zamknięty, dla kciuka obrotowy, przyłącze kabla od góry, demontaż elementu roboczego z płaszczem wewnętrznym za pomocą złącza obrotowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 487 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Zestawy do cystoskopii zabiegowej 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 6 dopuści kabel monopolarny do elementu pracującego, długość 3 m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 488 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Ureterorenofiberoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 1 dopuści ureterorenofiberoskop o wymiarze zew. 7,5Fr, a więc o parametrze znacznie przewyższającym wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 489 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Ureterorenofiberoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 3 dopuści ureterorenofiberoskop o wygięciu końcówki góra/ dół 270°, a więc w zakresie przewyższającym wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 490 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Ureterorenofiberoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 4 dopuści ureterorenofiberoskop o długości roboczej 670mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 491 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Ureterorenofiberoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 5 dopuści ureterorenofiberoskop o długości całkowitej około 1050mm? Producent nie podaje dokładnej długości całkowitej w dostępnej dokumentacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 492 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Ureterorenofiberoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 6 dopuści ureterorenofiberoskop o kącie widzenia 88° ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 493 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Ureterorenofiberoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktów 7,8 i 9 dopuści w zestawie: walizkę transportową, tester szczelności z manometrem, szczoteczkę czyszczącą do kanału roboczego, adapter z kompletem uszczelek zapasowych, kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów z pokrywą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 494 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Cystoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 1 dopuści optykę o kącie patrzenia 30°, długości roboczej 30 cm i średnicy zew. 4mm, z oznaczeniem kolorystycznym, autoklawowalną, z pojemnikiem do transportu i sterylizacji w komplecie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 495 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Cystoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 2 dopuści płaszcz cystoskopowy o śr. 17 Fr z dwoma przyłączami typu Luer-Lock, z obturatorem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 496 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Cystoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 4 dopuści kleszcze giętkie biopsyjne, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 497 Pakiet nr 31 – Zestaw do Endourologii Zabiegowej i Diagnostycznej – 1 kpl.

Cystoskop 1 szt.

Czy Zamawiający w ramach punktu 5 dopuści kleszcze giętkie chwytające, obie bransze ruchome, 5Fr, długość 40cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 498 Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2180 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 499 Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 500 Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling z możliwością mocowania haczyków na ręczniki i uchwytu kubka z możliwością przesuwania na całej długości relingu?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 501 Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie bocznym 1160 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 502 Grupa 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 503 Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 504 Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane pilotem przewodowym bez podświetlanych klawiszy?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 505 Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami odejmowanymi, wykonanymi z płaskowników stalowych, lakierowanych proszkowo, wypełnionymi nieodejmowaną płytą tworzywową hpl o grubości 8 mm, której nie można wykorzystać jako deski reanimacyjnej?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 506 Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 507 Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 508 Grupa 6

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad, otwartej półki między nimi oraz otwartą półkę pod dolną szufladą, nie zamykaną, z dostępem do niej tylko od frontu szafki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 509 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 800 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 510 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wykonanym z płyty hpl, przezierniej dla promieni RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 511 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko nie przeziernie dla promieni RTG?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 512 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 513 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji oparcia pleców?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 514 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 515 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami aluminiowymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 516 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół, gdzie jedno z kół posiada blokadę kierunkową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 517 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 518 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 225 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 519 Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad, otwartej półki między nimi oraz otwartą półkę pod dolną szufladą, nie zamykaną, z dostępem do niej tylko od frontu szafki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 520 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko jednosegmentowe?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 521 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji jak pokazuje zdjęcie poniżej?



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 522 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 80 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 523 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 167 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 524 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości całkowitej 170,1 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 525 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 75-91 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 526 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 7° i anty-Trendelenburgiem 7°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 527 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 69 x 135 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 528 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi opuszczanymi ręcznie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 529 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dostępem do pacjenta po stronie, po której barierka boczna została opuszczona?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 530 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez elementów z hpl?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 531 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez osłony podwozia, z kuwetą na rzeczy pacjenta znajdującą się pod leżem (zdjęcie powyżej)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 532 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 533 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach: materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości ok. 13-15cm; materac przeciwdleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: 25kg/m³ – warstwa górna, 28/kg/m³ – warstwa dolna. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. Osłona na materac odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C, komora dezynfekcyjna 120°C)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 534 Grupa 8

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad, otwartej półki między nimi oraz otwartą półkę pod dolną szufladą, nie zamykaną, z dostępem do niej tylko od frontu szafki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 535 Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 536 Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości przedłużenia leża?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 537 Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji oparcia pleców?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 538 Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół, gdzie jedno z kół posiada blokadę kierunkową?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 539 Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami, z metalowymi osłonami?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 540 Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 541 Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach: materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości ok. 13-15cm; materac przeciwdleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: 25kg/m³ – warstwa górna, 28/kg/m³ – warstwa dolna. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. Osłona na materac odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C, komora dezynfekcyjna 120°C)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 542 Grupa 9

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad, otwartej półki między nimi oraz otwartą półkę pod dolną szufladą, nie zamykaną, z dostępem do niej tylko od frontu szafki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 543 Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją zagłówka w zakresie od -30° do +45°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 544 Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o długości całkowitej 1850 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 545 Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości 550 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 546 Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o bezpiecznym obciążeniu 175 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 547 Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści kozetkę wykonaną z metalowych rur, lakierowanych proszkowo?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 548 Grupa 18

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 549 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 730 mm (barierki boczne są przymocowane na stałe)?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 550 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2050 mm?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 551 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65°?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 552 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek z Trendelenburgiem 20°?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 553 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z profili stalowych pokryty lakierem proszkowym bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź: *Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ*

Pytanie 554 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek bez tworzywowej obudowy podwozia?

Odpowiedź: *Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ*

Pytanie 555 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek z przeziernym leżem, bez możliwości współpracy z ramieniem C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 556 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek z jednym tunelem na kasetę RTG o długości 155 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 557 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac bez właściwości bakterio i grzybobójczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 558 Grupa 19

Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 559 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 650x660x1685 mm przy zachowaniu wymaganej pojemności 8-10 tac DIN ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 560 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności komory 200 litrów przy zachowaniu wymaganej pojemności 8-10 tac DIN ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 561 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Czy ze względu na wymóg suszenia wsadu Zamawiający wymaga aby myjnia była wyposażona w kondensator oparów, który nie wymaga podłączania myjni do instalacji wentylacyjnej i tym samym zwalania personelu z utrudnionej dezynfekcji przewodów odprowadzających gorące powietrze.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 562 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści zamiast wyświetlacza 5,5 cala bezpieczny i łatwy w obsłudze system kontrolny z kolorowym wyświetlaczem LCD prezentującym wszystkie niezbędne parametry myjni. ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 563 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym wybór 3 programów odbywa się bezpośrednio za pomocą klawiszy lub pól na ekranie a pozostałe programy wybierane są z listy rozwijanej za pomocą przycisków góra/dół?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 564 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie równoważne polegające na systemie wózka wsadowego w którym półki z dyszami myjącymi są swobodnie wyjmowane w celu dywersyfikacji wielkości załadunku? System zapewnia płynną regulację przestrzeni pomiędzy półkami w zakresie 95-510 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 565 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Prosimy o doprecyzowanie czy myjnia ma mieć możliwość podłączenia do wymienionych pomp kanistrów z środkiem chemicznym o pojemności 5 litrów i być zamykane w obrysie myjni pod komorą mycia? (opakowania tej pojemności są stosowane przez wszystkich producentów środków chemicznych do mycia maszynowego)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 566 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pompą cyrkulacyjną o wydajności 600 l/min? Proponowana przez Nas wydajność pompy zapewnia skuteczność mycia potwierdzoną certyfikatem zgodności z normą 15883-1 oraz 2.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 567 Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Lokalizacja punktu serwisowego na terenie województwa nie jest gwarantem dostępności serwisu ponieważ serwis ten może być oddelegowany w inne miejsce w kraju lub nie posiadać wszystkich niezbędnych części zamiennych. Serwis centralny producenta natomiast posiada większą liczbę inżynierów serwisu oraz niezbędne części zamienne bez konieczności sprowadzania ich z placówki podległej tak jak w przypadku punktu serwisowego, ponadto w żadnym innym zadaniu Zamawiający nie postawił takiego warunku co może świadczyć o wskazaniu jednego wykonawcy ww. pakietu. W związku z powyższym prosimy o rezygnację wymogu z pkt 29- Serwis-autoryzowany serwis na terenie województwa zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt. 29 z załącznika nr 2 odnośnie grupy 32, który został wpisany omyłkowo.

Pytanie 568 Dotyczy wzoru umowy §9 pkt.8, pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego.

Mikroskop operacyjny będący przedmiotem zamówienia, jest urządzeniem wysoce wyspecjalizowanym, produkowanym na konkretne zamówienie klienta, konfigurowany zgodnie z jego oczekiwaniami, dlatego Wykonawca nie jest w stanie zapewnić urządzenia zastępczego o którym mowa, w tak krótkim terminie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis, ale wydłuża termin do 7 dni roboczych

Pytanie 569 Dotyczy wzoru umowy §9 pkt. 4, pakiet 21

Zamawiający w w/w punkcie projektu umowy wymaga wymiany urządzenia na nowe w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej. Oferowane przez nas urządzenia zbudowane są w systemie modułowym. W razie awarii naprawiany jest odpowiedni moduł, a naprawa polega przeważnie na jego wymianie na nowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zapis mówiący tylko o wymianie podzespołu/modułu na nowy w przypadku jego 3-krotnej awarii, bez wymiany sprzętu na nowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia brzmienie §9 pkt. 4 jak niżej:

„Wykonawca zapewni Zamawiającemu wymianę elementu/ części/ modułu urządzenia na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych tego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”

Pytanie 570 Dotyczy wzoru umowy §10, pkt 1 ppkt a, pakiet 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna za opóźnienie w dostawie, w tym instalacji i uruchomieniu Urządzeń stanowiących przedmiot umowy wynosiła 0,5% ceny brutto, określonej w §2 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 571 Dotyczy wzoru umowy §10, pkt 1 ppkt g, pakiet 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy wynosiła 10% ceny brutto?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 572 dot. Grupa 17

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół z regulacją przechyłu anty - Trendelenburga do 30°?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 573 dot. Grupa 7 szafki przyłóżkowe poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szkielet szafki, boki korpusu oraz podstawa wykonaną ze stali malowanej proszkowo, a drzwiczki oraz blat do karmienia pacjenta z tworzywa ABS? Dopuszczenie umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo przez naszą firmę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 574 dot. Grupa 7 szafki przyłóżkowe poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę oraz kontener zamykany drzwiczkami na magnes wyposażony w półkę dzielącą wolną przestrzeń na dwie posiadającą miejsce na butlę?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 574 dot. Grupa 7 szafki przyłóżkowe poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę o podanych wymiarach:

- wysokość: 760 mm
- szerokość: 440 mm
- głębokość: 460 mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ

Pytanie 575 dot. Grupa 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

L.p.	OPIS FUNKCJONALNOŚCI
1.	4- częściowy Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki.
2.	Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem oraz oparciem.
3.	Podgłówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta.

4.	Regulacja wzdłużna podglówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta.
5.	Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie min 580-880 mm
6.	Możliwość niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem, oparciem oraz zagłówkiem.
7.	Regulacji pilotem nożnym ruchu stołu góra/dół oraz ruchu zagłówka.
8.	Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego.
9.	Możliwość zapamiętania 4 pozycji stołu.
10	Regulowane podłokietniki z możliwością zmiany kąta nachylenia oraz ich całkowitego demontażu (opcja)
11	Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
12	Szerokość całkowita stołu- 835 mm Szerokość leża- 610 mm Długość całkowita stołu- 1950 mm Rozmiar podstawy- 805 x 605 mm
13	Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie stołu operacyjnego.
14	Zakres regulacji podpory pleców- 85° Zakres regulacji zagłówka- 50° Zakres regulacji podpory nóg- 77° Zakres regulacji siedziska- 40 °
15	Podstawa chromowo-niklowa.
16	Zasilanie bateryjne z awaryjnym wyłącznikiem prądu. Świetlna i dźwiękowa informacja o rozładowaniu baterii.
17	Nośność- 250 kg
18	Waga- 135 kg

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie jak poniżej :

1) pkt. II SIWZ

Jest : Grupa 14 – ssak jezdny Basic – 1 szt.

Powinno być: Grupa 14 – ssak jezdny – 1 szt.

2) pkt. III SIWZ – dopisuje:

Kody CPV: 33.19.00.00 – 8 -Różne urządzenia i produkty medyczne

33.12.32.30 – 9 – kardiografy

33.19.21.20 - 9 - łóżka szpitalne

33.12.32.10 – 3 – urządzenia do monitorowania czynności serca

33.19.20.00 - 2 - Meble medyczne

33.19.41.10- 0 – Pompy infuzyjne

38.31.00.00 – 1 - Wagi precyzyjne

33.11.20.00 – 8 – sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski

33.19.22.30- - 3 – stoły operacyjne

33.19.30.00- - 9 – pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

33.12.41.00- - 6 – urządzenia diagnostyczne

38.51.80.00 – 9 – Mikroskopy optyczne szerokokątne, stereo lub rozcinające

33.11.22.00 – 0 – aparaty ultrasonograficzne

33.12.11.00 – 5 – Elektroencefalografy

33.12.13.00 – 0 - Elektromiografy

33.12.30.00- 8 – Urządzenia do diagnostyki sercowo – naczyniowej

33.19.10.00 – 5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

33.12.41.31 – 2 – paski odczynnikowe

3) pkt. VII SIWZ. - dodaje pkt. 12

Oświadczania wykonawcy, że glukometr, spełnia normę EN ISO 15107:2015

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 31.07.2017 roku. Godzina składania ofert: 10:00

Godzina otwarcia: 11:30

Zatwierdził Dyrektor Szpitala

dr n. med. Jerzy friediger

