



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego<sup>^</sup>  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Krakowie  
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala  
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala  
12 644- 08-65

FAX  
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl  
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028  
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



Nasz znak : ZP.271- 476.35/2017

Kraków, dnia 02.10.2017 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego na*

***Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie defibrylatorów, ogrzewacza płynów  
osocza i krwi oraz monitorów medycznych wraz z infrastrukturą  
informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu  
„Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze  
szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego  
Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w  
Krakowie”***

***Nr sprawy ZP 35/2017***

*wg rozdzielnika*

***PISMO ZAMAWIAJĄCEGO***

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania oraz zmienia zapisy SIWZ.

### **1. Pytanie dotyczy Grupy 3**

W nawiązaniu do postępowania nr ZP35/2017 , część 3 – monitory medyczne, Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści monitor medyczny którego zużycie energii jest zależne od ustawionych parametrów wyświetlania i maksymalnie może wynosić 75.5 W, przy zachowaniu optymalnych parametrów ostrości oraz kątów widzenia co zapewni maksymalny komfort pracy dla operatora(użytkownik ma również wpływ na zredukowanie zużycia energii poprzez modyfikację ustawień oraz parametrów monitora). Ponad to Zamawiający wymaga panelu LCD co wiąże się z nieco wyższym zużyciem prądu.

**Odpowiedź:**

### **2. Pytanie dotyczy Grupy 2**

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza do ogrzewania płynów infuzyjnych/krwi - Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody, składającego się z jednostki sterującej i aktywnego drenu grzewczego, nie wymagającego wymiennych kartridży, gdzie podgrzewanie płynu odbywa się w ogrzewaczu – jednostce sterującej i aktywnym drenie grzewczym o długości 150 cm, różniącego się od opisanego w SIWZ, następującymi parametrami:

1) Ogrzewacz:

- wymiary 90 x 60 x 160mm
- waga: 1,3 kg
- napięcie wejściowe jednostki sterującej: 230 VAC, 50 Hz,
- Klasa (IEC 601-1) modułu sterującego – IP X2
- Fabrycznie ustawiona temperatura w jednostce sterującej: 39°C
- możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5ml do 25ml/min przy początkowej temperaturze wynoszącej 20°C
- przedział temperatury początkowej: 5-30°C
- możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt zintegrowany śrubowy)
- przyciski funkcyjne na przedniej ściance urządzenia
- wskaźniki LED pokazujący temperaturę podawanego płynu oraz pierścień świetlny wskazujący stan urządzenia
- wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia temperatury płynów
- Trzy niezależne czujniki temperatury
- Zabezpieczenie drenu grzewczego przed nadmierną temperaturą na poziomie 43,0°C ± 1,0°C
- kabel zasilający
- tryb działania – ciągły

2) aktywny dren grzewczy:

- długość 150 cm
- pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych (odpowiedni dla średnicy drenów od 4 do 7 mm)

3) Prosimy o odstąpienie od konieczności zaoferowania kartridży jednorazowych

**Odpowiedź:**

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 27 września 2017 r.:

1. Punkt VI część B ppkt. 6 1) zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: ... „

2. Punkt XII. SIWZ „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ofertę należy złożyć do dnia **6 października 2017 r. do godz. 9.30** w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”

3. Punkt XIII. SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 6 października 2017r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.”

4. W załączniku nr 8 do SIWZ wykaz dostaw zmienia się nazwę tematu na „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie defibrylatorów, ogrzewacza płynów osocza i krwi oraz monitorów medycznych wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie””
5. Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy – strona 1 dodaje się „... i 8) ... „
5. W załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy - z § 1 pkt. 1 wykreśla się sformułowanie: stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowych  
*Golań-Beltowicz*  
mgr Doroła Golań-Beltowicz

W załączeniu:

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

***Powyższe odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.***

*W załączeniu:*

*Załącznik nr 1 – załącznik nr 5 do SIWZ*

*Załącznik nr 2 – załącznik nr 8 do SIWZ*