



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego ®
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nasz znak : ZP.271- 477.35/2017

Kraków, dnia 03.10.2017 r.

*Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na
**Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie defibrylatorów, ogrzewacza płynów
osocza i krwi oraz monitorów medycznych wraz z infrastrukturą
informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu
„Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w
Krakowie”***

Nr sprawy ZP 35/2017

wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania oraz zmienia zapisy SIWZ.

1. Pytanie dotyczy Grupy 3

W nawiązaniu do postępowania nr ZP35/2017 , część 3 – monitory medyczne, Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści monitor medyczny którego zużycie energii jest zależne od ustawionych parametrów wyświetlania i maksymalnie może wynosić 75.5 W, przy zachowaniu optymalnych parametrów ostrości oraz kątów widzenia co zapewni maksymalny komfort pracy dla operatora(użytkownik ma również wpływ na zredukowanie zużycia energii poprzez modyfikację ustawień oraz parametrów monitora). Ponad to Zamawiający wymaga panelu LCD co wiąże się z nieco wyższym zużyciem prądu.

Odpowiedź:

Tak.

2. Pytanie dotyczy Grupy 2

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza do ogrzewania płynów infuzyjnych/krwi - Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody, składającego się z jednostki sterującej i aktywnego drenu grzewczego, nie wymagającego wymiennych kartridży, gdzie podgrzewanie płynu odbywa się w ogrzewaczu – jednostce sterującej i aktywnym drenie grzewczym o długości 150 cm, różniącego się od opisanego w SIWZ, następującymi parametrami:

1) Ogrzewacz:

- wymiary 90 x 60 x 160mm
- waga: 1,3 kg
- napięcie wejściowe jednostki sterującej: 230 VAC, 50 Hz,
- Klasa (IEC 601-1) modułu sterującego – IP X2
- Fabrycznie ustawiona temperatura w jednostce sterującej: 39°C
- możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5ml do 25ml/min przy początkowej temperaturze wynoszącej 20°C
- przedział temperatury początkowej: 5-30°C
- możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt zintegrowany śrubowy)
- przyciski funkcyjne na przedniej ściance urządzenia
- wskaźniki LED pokazujący temperaturę podawanego płynu oraz pierścień świetlny wskazujący stan urządzenia
- wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia temperatury płynów
- Trzy niezależne czujniki temperatury
- Zabezpieczenie drenu grzewczego przed nadmierną temperaturą na poziomie 43,0°C ± 1,0°C
- kabel zasilający
- tryb działania – ciągły

2) aktywny dren grzewczy:

- długość 150 cm
- pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych (odpowiedni dla średnicy drenów od 4 do 7 mm)

3) Prosimy o odstąpienie od konieczności zaoferowania kartridży jednorazowych

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie dotyczy Grupy 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy przepływowego ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych (2 szt.), jako alternatywnego rozwiązania do opisanego w SIWZ, o niżej wymienionych parametrach.

Lp	Opis parametru	Wymóg graniczny
I	WYMAGANIA OGÓLNE:	
1	Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych.	TAK
2	Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących.	TAK

3	System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów, które mogą być potencjalnie źródłem bakterii.	TAK
4	Urządzenie posiadające zintegrowany uchwyt do przenoszenia.	TAK
5	Ogrzewania płynu na drodze: ogrzewacz - dren grzewczy	TAK
6	Prędkość przepływu min. 6000 ml/h.	TAK
7	Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury płynu 38.5°C od temperatury pokojowej max. 1 minuta.	TAK
8	Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem.	TAK
9	Masa urządzenia max. 2.0 kg.	TAK
10	Wymiary: 230 x 230 x 135 mm +/- 5mm	TAK
11	Urządzenie Klasy 1, uziemione, Typ B, sprzęt odporny na wilgoć – klasa IPX4.	TAK
12	Przystosowany do pracy ciągłej.	TAK
13	Kompatybilność elektromagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi	TAK
14	Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym.	TAK, opisać
15	Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej < 36.5° C	TAK, opisać
16	Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 42°C wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym.	TAK, opisać
17	Możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu w zakresie od 37 do 41°C. Skok co 0.5°C.	TAK
18	Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0.5°C.	TAK
19	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
20	W zestawie 25 szt. wymienników ciepła do wyboru przez Zamawiającego do jednego ogrzewacza.	TAK

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ z dnia 27 września 2017 r.:

1. Punkt XII. SIWZ „Miejsce i termin składania ofert” ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć do dnia **9 października 2017 r. do godz. 9.30** w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66.”
2. Punkt XIII. SIWZ „ Miejsce i termin otwarcia ofert” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej **w dniu 9 października 2017r. o godz. 10.00** w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego.”

Powyższe odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.