



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego ^
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



Ogłoszenie nr 500037860-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 594034-N-2017

Data: 27/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000, ul. os. Na Skarpie 66, 31913 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail zpubl@interia.pl, faks (012) 6444756.

Adres strony internetowej (url):

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mml=10567

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-05, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-10, godzina: 09:30

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załączniki część 2

Punkt: 1)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza:

I. podgrzewacz do ogrzewania płynów infuzyjnych/krwi - Sucha technika ogrzewania podawanego płynu bez udziału wody, składającego się z jednostki sterującej i aktywnego drenu grzewczego, nie wymagającego wymiennych kartridży, gdzie podgrzewanie płynu odbywa się w ogrzewaczu – jednostce sterującej i aktywnym drenie grzewczym o długości 150 cm, różniącego się od opisanego w SIWZ, następującymi parametrami: 1) Ogrzewacz: – wymiary 90 x 60 x 160mm – waga: 1,3 kg – napięcie wejściowe jednostki sterującej: 230 VAC, 50 Hz, – Klasa (IEC 601-1) modułu sterującego – IP X2 – Fabrycznie ustawiona temperatura w jednostce sterującej: 390C – możliwość pracy z prędkościami przepływu od 5ml do 25ml/min przy

początkowej temperaturze wynoszącej 200C – przedział temperatury początkowej: 5-300C – możliwość przymocowania do statywu, poręczy łóżka (uchwyt zintegrowany śrubowy) – przyciski funkcyjne na przedniej ścianie urządzenia – wskaźniki LED pokazujący temperaturę podawanego płynu oraz pierścień świetlny wskazujący stan urządzenia – wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia temperatury płynów – Trzy niezależne czujniki temperatury – Zabezpieczenie drenu grzewczego przed nadmierną temperaturą na poziomie $43,0^{\circ}\text{C} \pm 1,0^{\circ}\text{C}$ – kabel zasilający – tryb działania – ciągły 2) aktywny dren grzewczy: – długość 150 cm – pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych (odpowiedni dla średnicy drenów od 4 do 7 mm) 3) odstępuje od konieczności zaoferowania kartridży jednorazowych II. Podgrzewacz 1 Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych. 2 Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwyty do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. 3 System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów, które mogą być potencjalnie źródłem bakterii. 4 Urządzenie posiadające zintegrowany uchwyt do przenoszenia. 5 Ogrzewania płynu na drodze: ogrzewacz - dren grzewczy 6 Prędkość przepływu min. 6000 ml/h. 7 Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury płynu 38.50C od temperatury pokojowej max. 1 minuta. 8 Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem. 9 Masa urządzenia max. 2.0 kg. 10 Wymiary: 230 x 230 x 135 mm +/- 5mm 11 Urządzenie Klasy 1, uziemione, Typ B, sprzęt odporny na wilgoć – klasa IPX4. 12 Przystosowany do pracy ciągłej. 13 Kompatybilność elektromagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi 14 Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym. 15 Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej $< 36,5^{\circ}\text{C}$ 16 Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 42oC wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. 17 Możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu w zakresie od 37 do 41oC. Skok co 0.50C. 18 Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0.50C. 19 Instrukcja obsługi w języku polskim 20 W zestawie 25 szt. wymienników ciepła do wyboru przez Zamawiającego do jednego ogrzewacza.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik część 3

Punkt: 1)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza monitor medyczny którego zużycie energii jest zależne od ustawionych parametrów wyświetlania i maksymalnie może wynosić 75.5 W, przy zachowaniu optymalnych parametrów ostrości oraz kątów widzenia co zapewni maksymalny komfort pracy dla operatora

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Im. Stefana Żeromskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Dr n. med. Jerzy Friediger