

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

Kraków dnia, 21.10.2016 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego
poniżej 209 000 euro
ogłoszonego przez

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie, os. Na Skarpie 66
na

**„Zakup, dostawę i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej ”**

ZP 34/2016

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm), zwanej dalej „ustawą”,

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (12) 644-47-56
e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

I. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, REGON: 000630161, NIP: 678-26-80-028, adres poczty elektronicznej kancelaria@zeromski-szpital.pl, strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl, <http://www.bip.krakow.pl>

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, gdzie część stanowi:

Grupa 1 - Wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym - 39 szt.

Grupa 2 - Materac podstawowy – 15 szt

Grupa 3 – Bariery ciągłe – 20 szt.

Grupa 4 - Stolik przy łóżkowy – 10 szt.

Grupa 5 - Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej (jeden w wersji XL) – 5 szt

Grupa 6 - Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt

Grupa 7 - Wózek do czystej i brudnej bielizny – 1 szt.

Grupa 8 - Wózek na odpady i śmieci z pokrywą – 2 szt.

Grupa 9 - Wózek reanimacyjny – 3 szt.

Grupa 10 - Wózek wielofunkcyjny – 5 szt.

Grupa 11 – Wózek zabiegowy – 2 szt.

Grupa 12 – parawan na kółkach – 14 szt.

Grupa 13 – Podest jednostopniowy – 17 szt.

Grupa 14 – Regał na baseny i kaczki – 4 szt.

Grupa 15 – Stelaże na kroplówki przyściennie – 40 szt.

Grupa 16 – Stojak kroplówki mobilny – 11 szt.

Grupa 17 – Podnośnik Pacjenta plus nosidełko bariatryczne – 1 szt

Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone

Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zgodnie art 24aa Zamawiający zastosuje „procedurę odwróconą” tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 33100000-1, 33000000-0

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (12) 644-47-56
e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

1. Przedmiotem zamówienia jest **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej** dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, o parametrach opisanych w załączniku o nazwie „Zestawienie parametrów technicznych”, stanowiącym załączniki nr 1. do niniejszej SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2016), nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

3. Przedmiot zamówienia opisany w grupach 1 – 7, 9-11, 15-17 musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:

- deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
- certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
- zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

5. W ramach zamówienia w grupach 18-32 Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich

6. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego w okresach zalecanych przez producenta wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów eksploatacyjnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

8. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) wymagania dotyczące serwisu

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.). Ponadto na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5 dniowym terminie Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników wykonujących prace serwisowe;
- możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00
- forma zgłoszeń reklamacji i napraw -pocztą, fax, poczta elektroniczna
- czas reakcji serwisu max. 72 godziny
- maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia;
- weryfikacja złożonej reklamacji poprzez telefon lub e-mail lub fax itp. w ciągu 12 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu);

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej w dniu dostawy

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

W przypadku wykonania zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca zobowiązany jest do podania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 36 b ustawy Pzp

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawa zrealizowana będzie do 12 grudnia 2016 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy którzy:

1/ nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

2/ spełniają warunki udziału, dotyczące

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- c) zdolności technicznej lub zawodowej

2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

a) **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:** Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.

b) **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:** Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku

c) **Zdolność techniczna lub zawodowa:** Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.

3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - c) skarbowe,
 - d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
- 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

- zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 20) wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub płatnościami lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

2. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

3. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 1.2 pkt 3-5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 pkt. 1.2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1 pkt 1.2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. C.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt. VI.3.2.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI.1 pkt. 1-5 oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są współnikami spółki cywilnej. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj.:

- a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),
- b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
- c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczy te dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. - nie dotyczy grupy 8,12,13,14

2. Oświadczenie, że łóżko jest przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 Wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczy te dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

– dot. Grupy 1

3. Oświadczenie, że podnośnik pacjenta z nosidełkiem bariatrycznym posiada zgodność elektromagnetyczną 2004/108/EC Wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczy te dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

– dot. Grupy 17

4. Oświadczenie, że podnośnik pacjenta z nosidełkiem bariatrycznym jest zgodny z normami BS EN 60601-1 : 2007 ; BS EN 60601-1-2 : 2007 ; BS EN ISO 10535 : 2007 Wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczy te dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

– dot. Grupy 17

5. Do oferty dołączyć należy katalogi/opracowania firmowe producenta ze zdjęciem producenta zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 13795,00 złotych, z uwzględnieniem podziału na grupy:

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

L.p	Nr Grupy	Kwota Wadium
1	Grupa 1	9 300,00 zł
2	Grupa 2	130,00 zł
3	Grupa 3	750,00 zł
4	Grupa 4	160,00 zł
5	Grupa 5	100,00 zł
6	Grupa 6	620,00 zł
7	Grupa 7	85,00 zł
8	Grupa 8	90,00 zł
9	Grupa 9	480,00 zł
10	Grupa 10	650,00 zł
11	Grupa 11	140,00 zł
12	Grupa 12	80,00 zł
13	Grupa 13	45,00 zł
14	Grupa 14	300,00 zł
15	Grupa 15	500,00 zł
16	Grupa 16	65,00 zł
17	Grupa 17	300, 00 zł

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) :

DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

„Wadium – Zakup, dostawę i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej 34 /2016 .”

W pozostałych przypadkach (pkt. VIII.3. b, c, d, e) wymagane jest dołączenie do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie zszywając go z nią. Dokumenty, o których mowa w punkcie VIII.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upęłnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp

7. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium:

1. Wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.8.1.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach wskazanych w pkt VIII.7.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane);
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, kierując zapytanie na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

2. Wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji przekazany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na fax: 12/644-47-56, e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

4. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:

1. złożonych odwołaniach
2. zmianach terminu składania i otwarcia ofert

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

^{3.} unieważnieniu przetargu

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie
7. Oferty, dokumenty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 oraz wyjaśnienia treści oferty jak również wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 składa się wyłącznie w formie pisemnej. Złożenie dokumentu w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art 26 ust. 3, wyjaśnienia treści oferty oraz wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, faksem lub drogą elektroniczną, a dokument w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie później niż 2 dni po terminie wskazanym powyżej.

X. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą – samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.
3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
2. Oferta musi zawierać
 - a) formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ
 - b) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - wskazane w pkt VII, XI/5 (jeśli dotyczy) SIWZ.
 - c) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnie ręcznie), w języku polskim, oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6. Po dokonaniu oceny ofert Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, wskazane w SIWZ, w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Każda kserokopia dokumentu wymaga takiego potwierdzenia
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w zewnętrznej, zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego oraz oznaczonej: oferta na

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej
(ZP 34/2016)"**

nie otwierać przed dniem..... r. godzina (termin otwarcia ofert)

10. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
11. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211, ze zm.) nie mogą być udostępniane z tym, że musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien złożyć takie informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
12. Informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę nie ujawnia się.
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt XII SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z wskazówkami zawartymi w pkt 8, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
16. Wykonawca nie może.
17. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. wprowadzać do oferty zmian po upływie terminu składania ofert

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia **2.11.2016 r. do godz. 10:00** w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2.
2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu **2.11.2016 r. o godz. 10:30** w sali konferencyjnej, pawilon C Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
 - 1/. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2/. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
 - 3/. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, które będą poniesione przez

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Cena podana w ofercie ma być ceną ostateczną, obliczoną z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych rabatów.

3. Wykonawca zobowiązany jest podać wartość całkowitą zamówienia netto i brutto w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Ceny muszą być podane w walucie polskiej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, które będą poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym:

1. koszty transportu,
2. koszty rozładunku towaru,
3. koszty opakowania,
4. koszty gwarancji,
5. koszty przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet
6. koszty części zamiennych w okresie gwarancji,
7. koszty serwisu,
8. opłaty skarbowe,
9. koszty należności celnych,
10. koszty ubezpieczenia towaru,
11. podatek VAT,

6. Zamawiający poprawi w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub kosztu zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie

XV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT

Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

- | | |
|--|-----------|
| 1. cena oferty C_{of} | waga 60% |
| 2. termin dostawy T_{of} | waga 20 % |
| 3. długość okresu gwarancyjnego G_{of} | waga 20 % |

RAZEM: 100%

Punkty oferty zsumowane wg wzoru:

$$S_{of} = C_{of} + J_{of} + G_{of}$$

gdzie:

S_{of} – suma punktów badanej oferty

C_{of} – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena oferty”

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

J_{of} – ilość punktów uzyskanych za kryterium „termin dostawy”

G_{of} – ilość punktów uzyskanych za kryterium „długość okresu gwarancji”

Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

1. Wartość punktowa kryterium „cena oferty”:

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą zawierającą najniższą cenę i otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów wyliczoną wg wzoru:

$$C_{of} = 60 \times (C_{min} / C)$$

C_{of} – wartość punktowa kryterium „cena oferty”

C_{min} – najniższa wartość brutto spośród oferowanych

C – cena badanej oferty

Ceny w powyższym wzorze rozumiane są, jako ceny brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium 60 pkt

2. Wartość punktowa kryterium „termin dostawy”.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ a liczba punktów badanej oferty zostanie wyliczona według wzoru

$$J_{of} = 20 \times (J / J_{max})$$

J_{of} – wartość punktowa kryterium parametry techniczne

J_{max} – maksymalna ilość punktów

J – suma punktów badanej oferty

Punkty za termin dostawy przydzielane będą następująco

Termin dostawy: 5.12.2016 r. - 10 pkt.

Termin dostawy: 12.12.2016 r. - 0 pkt.

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta w kryterium 20 pkt

3. Wartość punktowa kryterium „długość okresu gwarancyjnego”.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o warunki gwarancji i serwisu tj. załącznik nr 3 do SIWZ a liczba punktów badanej oferty zostanie wyliczona według wzoru

$$G_{of} = 20 \times (G / G_{max})$$

G_{of} – wartość punktowa kryterium długość okresu gwarancyjnego

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

Gmax - maksymalna ilość punktów

G – suma punktów badanej oferty

Punkty za okres gwarancji przydzielane będą następująco:

36 miesięcy – 10 pkt

24 miesięcy – 0 pkt

XVII. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZILENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- a) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm)
- b) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ.
- c) Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

XVIII. POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy dostawy o czas niezbędny na zrealizowanie umowy w całym jej zakresie przedmiotowym.

XIX. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W SPECYFIKACJI

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
2. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

XX. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5,
 - 4) unieważnieniu postępowania –podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 pkt 1 i 5 – 7, na stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

16. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy.

17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu – zgodnie z przepisami ustawy.

18.

XXII. SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnił się na stronie internetowej od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Zatwierdził

Dyrektor Szpitala Dr med. Zbigniew J. Król

Załączniki:

Wzór oferty – załącznik nr

Zestawienie parametrów granicznych – załącznik nr 2

Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Lista kapitałowa – załącznik nr 5

Wzór umowy – załącznik nr 6

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

*Załącznik Nr 1 do specyfikacji
z dnia. 21.10.2016*

**OFERTA
(WZÓR)**

na

**Zakup, dostawę i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób
Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej oraz Oddziału Otolaryngologicznego
(ZP 34/2016)**

Nazwa

Wykonawcy

Adres ul. kod miejscowość
województwo..... powiat

Nr telefonu..... Nr faksu..... E-mail

http://
NUMER NIP NUMER REGON

NUMER KRS

Nr rachunku
bankowego

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **Zakup, dostawę i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej** w BZP (Numer ogłoszenia:), zamieszczonego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, my niżej podpisani po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oferujemy wykonanie zamówienia za łączną kwotę:

Grupa 1

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi	39 szt.			8%			
2	szafka	39 szt			8%			

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (12) 644-47-56
e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

	przyłóżkowe z blatem bocznym							
RAZEM								

Grupa 2

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Materac podstawowy	15 szt.			8%			
RAZEM								

Grupa 3

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Barierki ciągłe	20 szt.			8%			
RAZEM								

Grupa 4

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Stolik przy łóżkowy	10 szt.			8%			
RAZEM								

Grupa 5

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
------	-------	-------	------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------------------	---

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej	4 szt.			8%			
			RAZEM					

Grupa 6

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej	4 szt.			8%			
			RAZEM					

Grupa 7

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Wózek do czystej i brudnej bielizny	1 szt.			8%			
			RAZEM					

Grupa 8

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

1	Wózek na odpady i śmieci z pokrywą	2 szt.			23%			
RAZEM								

Grupa 9

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Wózek reanimacyjny	3 szt.			8%			
RAZEM								

Grupa 10

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Wózek wielofunkcyjny	5 szt.			8%			
RAZEM								

Grupa 11

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Wózek zabiegowy	2 szt.			8%			
RAZEM								

Grupa 12

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy
------	-------	-------	------------------	---------------------------	------------	-------------------------	--------------------------------	--

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Parawan na kółkach	14 szt.			23%			
			RAZEM					

Grupa 13

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Podest jednostopniowy	17 szt.			23%			
			RAZEM					

Grupa 14

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Regał na baseny i kaczki	4 szt.			23%			
			RAZEM					

Grupa 15

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Stelaże na kroplówki przyściennie	40 szt.			8%			
			RAZEM					

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

Grupa 16

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Stojak na kroplówki mobilny	11 szt.			8%			
RAZEM								

Grupa 17

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto (kol 2 x 3)	Stawka VAT	Wartość VAT (kol 4 x 5)	Wartość brutto (kol 3 + kol 5)	Producent, nazwa i typ/model/numer katalogowy
	1	2	2	4	5	6	7	8
1	Podnośnik pacjenta plus nosidełko bariatryczne	1 szt.			8%			
RAZEM								

W załączeniu przedstawiamy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Dokument ten stanowi integralną część oferty i jego niezłożenie stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Ponadto:

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do
2. Oświadczam, że na dzień składania ofert;
 - a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 - b) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu
3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantując bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.
4. Oświadczamy, że termin płatności wynosi max. 30 dni
5. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację całości przedmiotu zamówienia jest: tel.:
6. Oświadczamy, że powierzmy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

dotyczącej/ , że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców * **niepotrzebne skreślić**

7. Elementami integralnymi oferty są :

L.p.	dokumenty, oświadczenia i informacje:	strona w ofercie
1		
2		
3		
4		
5		
itp		

.....
Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

*Załącznik Nr 2 do specyfikacji
z dnia. 21.10.2016r.*

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 1 - Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi – 39 sztuk

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2016	TAK PODAĆ	
2.	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.	TAK	
3.	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach).	TAK PODAĆ	
4.	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.	TAK PODAĆ	
5.	Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (± 50 mm)	TAK PODAĆ	
6.	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome	TAK PODAĆ	
7.	Zasilanie elektryczne 220/230 V	TAK	
9.	Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału.	TAK	
10.	Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° ($\pm 5^\circ$) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° ($\pm 5^\circ$), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-20° ($\pm 2^\circ$),	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

	- kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° ($\pm 2^\circ$), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.		
11.	Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 380 do 820 mm (± 30 mm)	TAK	
12.	Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny.		
13.	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szkowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego	TAK	
14.	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym Autokontur segmentu oparcia pleców Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta	TAK	
15.	Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odemowane bez użycia narzędzi.		
18.	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego	TAK	
19.	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm	TAK PODAĆ	
20.	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 8 mm , odemowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna.	TAK	
21.	Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe bariery boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

	barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52		
22.	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka	TAK	
23.	W narożnikach leżą 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej.	TAK.	
24.	Łóżko wyposażone w tworzywowe uchwyty do trzymania materaca.	TAK	
25.	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.	TAK PODAĆ	
26.	Bezpieczne obciążenie min. 250 kg	TAK	
27.	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary.	TAK PODAĆ	
28.	Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 13cm – 17 cm Materac przeciwodłęzynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m³ – warstwa górna Min. 28/kg/m³ – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 5. Uchwyt na worek urologiczny	TAK	

Szafka Przyłóżkowa z Białym Bocznym – 39 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

	Rok produkcji: 2016		
2.	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Błat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).	TAK	
3.	Błat z trzema relingami aluminiowymi. Tylne części blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C.	TAK	
4.	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.	TAK PODAĆ	
5.	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ	
6.	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ	
7.	Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30 mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30 mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 30 mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 30 mm) - głębokość - 470 mm (± 30 mm)	TAK PODAĆ	
9.	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.	TAK	
10.	Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

11.	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Powierzchnia blatu bocznego gładka bez elementów mocujących. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.	TAK	
12.	Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm ($\pm$ 20mm)	TAK PODAĆ	
13.	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.	TAK PODAĆ	
14.	Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.	TAK	
15.	Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi)	TAK	
16.	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.	TAK PODAĆ	
17.	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach	TAK	
18.	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 8 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.	TAK PODAĆ	

Grupa 2 - Materac podstawowy – 15 szt

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

Producent:
Kraj pochodzenia
Oferowany model
Rok produkcji

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wymiary: 200 x 83 x 10 cm (+/-10mm)	TAK podać	
2.	Materac w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym	TAK podać	

Grupa 3 – Barierki ciągłe – 20 szt

Producent:
Kraj pochodzenia
Oferowany model
Rok produkcji

Barierki zabezpieczające na całej długości leża, wykonane z aluminium, malowane proszkowo. Opuszczane poniżej linii materaca. Montowane to szczytów za pomocą tworzywowych zacisków. Możliwość wyboru min. 2 kolorów.

Grupa 4 – Stolik przy łózkowy – 10 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ:	TAK	
2.	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
3.	Uchylny blat wykonany z płyty HPL, wyposażony z dwóch stron w ranty zabezpieczające przedmioty przed zsuwaniem	TAK	
4.	Wysokość blatu z możliwością regulacji	TAK	
5.	Możliwość zmiany kąta pochylenia blatu za pomocą dźwigni o kąt 30 i 60 stopni w obie strony	TAK PODAĆ	
6.	Wymiary blatu: 750 x 400 mm (± 30 mm)	TAK PODAĆ	
7.	Zakres regulacji wysokości: 750 - 1100 mm (± 30 mm)	TAK PODAĆ	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

8.	Dopuszczalne obciążenie stolika: min. 10 kg	TAK PODAĆ	
9.	Możliwość najazdu blatu stolika nad łóżko pacjenta	TAK	
10.	Podstawa stolika jezdna, wyposażona w 4 koła, z których min. dwa posiadają blokadę jazdy	TAK	

Grupa 5 - Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej – 5 szt

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej składany	TAK	
2.	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję oraz promieniowanie UV	TAK	
3.	Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych oraz niepalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK	
4.	Wytrzymałość wózka min. 120 kg	TAK PODAĆ	
4a	(do 175 kg w wersji XL)	TAK PODAĆ	
5.	Szerokość siedziska 50 cm (+/- 1 cm)	TAK PODAĆ	
5a	wózek wersji XL – 60 cm (+/- 1 cm)	TAK PODAĆ	
6.	Całkowita szerokość wózka max. 70 cm	TAK PODAĆ	
7.	Podłokietniki długie, podpierające całe przedramię, odchylane i demontowalne	TAK	
8.	Podnóżki uchylne i demontowane, posiadające regulację długości dla osób o różnym wzroście	TAK	
9.	Płyty podnóżka aluminiowe, zaopatrzone w kółka odbojowe	TAK	
10.	Koła tylne o średnicy 24 cali, pełne bezdętkowe	TAK	
11.	Koła przednie o średnicy 200 x 50 mm, pełne bezdętkowe	TAK	
12.	Koła bez tzw. szybkozłazek	TAK	
13.	Możliwość zainstalowania pasów zabezpieczających	TAK	
14.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
15.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat	TAK	
16.	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

Grupa 6 - Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt

Producent:
Kraj pochodzenia
Oferowany model
Rok produkcji

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Szerokość całkowita 740 mm (+/- 50 mm)	TAK podać	
2.	Długość całkowita: 2050 mm(+/- 50 mm)	TAK podać	
3.	Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm (+/- 50mm)	TAK podać	
4.	Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym	TAK	
5.	Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 60°	TAK podać	
6.	Przechył Trendelenburga min. 20°	TAK	
7.	Przechył anty – Trendelenburga min.12°	TAK	
8.	Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi	TAK	
9.	Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji.	TAK	
10.	Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości	TAK	
11.	Dopuszczalne obciążenie wózka min.250 kg	TAK	
12.	Cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową, rozmiar kół 150mm.	TAK	
13.	Wyposażenie standard: - dwie barierki boczne chromowane - wieszak kroplówki – 1 szt. • materac – 1 szt. • kosz na ubrania pacjenta- 1 szt.	TAK	

Grupa 7 - Wózek do czystej i brudnej bielizny – 1 szt.

Producent:

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

Kraj pochodzenia

Oferowany model

Rok produkcji

Lp.	Parametry i warunki techniczne	Wymagania TAK/ NIE	Parametry oferowane
1	Wózek złożony z części przedniej w postaci szafki z drzwiczkami z dwoma półkami w środku oraz części tylnej/bocznej zawierającej 2 stelaże na odpady.	TAK	
2	Szafka zbudowana ze stelaża z zamkniętych profili aluminiowych/stalowych i złączek ABS lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL	TAK	
3	wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej	TAK	
4	blat z 3 stron obudowany rantem, zabezpieczającym przed zsuwaniem się przedmiotów oraz w części przedniej relingiem, który jednocześnie służy jako uchwyt do prowadzenia.	TAK	
5	podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą; odboje na narożach podstawy	TAK	
6	obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunieniem się worka, z pokrywą z tworzywa ABS otwieraną ręcznie, worek o pojemności 120 l.	TAK	
7	Wymiary całkowite:(wys. x głęb .x szer.) 1050 -1300x500 – 580 x 900 - 1080 mm.	TAK	

Grupa 8 - Wózek na odpady i śmieci z pokrywą – 2 szt

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
1.	Wózek na odpady i śmieci z pokrywą podnoszoną pedałem. Pokrywa plastikowa min 3 kolory do wyboru	TAK	
2.	Stelaż metalowy ocynkowany zabezpieczony powłoką poliuretanową, mieszczący dwa worki o pojemności 120 l., zaciski plastikowe lub inny sposób zabezpieczenia worka przed zsuwaniem	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

3.	Podstawa wózka z metalowych pręseł	TAK	
4.	Cztery kółka skrętne, osłony boczne na podstawie wózka zabezpieczające przed uszkodzeniem	TAK	

Grupa 9 - Wózek reanimacyjny – 3 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:

Typ:

Model:

Rok produkcji: 2016

Producent.....

Kraj pochodzenia:

I.p.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
1	Wymiary zewnętrzne szafki wózka (mm)	7000x600(±100mm)	
2	Wysokość od podłoża do blatu (mm)	1000 mm (±50mm)	
3	Wysokość całkowita wózka (mm)max	1700 (±50 mm)	
4	Wózek wykonany ze stali, lakierowany proszkowo, lub z polipropylenu w tym:	TAK	
4.1	Blat górny z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami	TAK	
4.2	Podstawa z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami	TAK	
4.3	Cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; Opony nie brudzące podłoża;	TAK	
5.	Szafka wyposażona w 2 szuflady, wysuwany roboczy blat boczny oraz pod szufladami w otwartą od frontu komorę	TAK	
6.	Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

	wózka ; uchwyt umieszczony od frontu wózka;		
7.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA REANIMACYJNEGO		
7.1	Co najmniej trzy odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, o przekroju 25x10 mm $\pm$ 10 mm i długości nie mniejszej niż 400mm, służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu	TAK	

Grupa 10 - Wózek wielofunkcyjny – 5 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:

Typ:

Model:

Rok produkcji:

Producent

Kraj pochodzenia:

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
1	Wymiary zewnętrzne szafki wózka (mm)	600x500($\pm$ 20mm)	
2	Wysokość od podłoża do blatu (mm)	1000 mm ($\pm$ 20mm)	
4	Wózek wykonany ze stali, lakierowany proszkowo, w tym:	TAK	
4.1	Blat górny z osłoną z tworzywa ABS, otoczony z 3 stron bandami	TAK	
4.2	Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami	TAK	
4.3	Cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; Oponki nie brudzące podłoże;	TAK	
5	Szafka wózka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach łożyskowych.	TAK	
5.1	Szuflady o różnej wysokości; podać wysokość (mm)Szuflady o różnej wysokości frontów	TAK	
6.	Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka ; uchwyt umieszczony od frontu wózka;	TAK	
7.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA		
7.1	Co najmniej dwa odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, o przekroju 25x10mm $\pm$ 10 mm i długości nie mniejszej niż 400mm, służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

7.2	Kosz na odpady z tworzywa , z pokrywą wahadłową, w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę, wykonanymi z anodowanego aluminium – 1 szt.	TAK	
8.	Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach	TAK	

Grupa 11 – Wózek zabiegowy – 2 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:

Typ:

Model:.....

Rok produkcji:

Producent

Kraj pochodzenia:

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
1.	Wymiary zewnętrzne stolika (mm)	500x500x900 mm	
2.	Wysokość od podłoża do blatu (mm)	850mm(+/-50 mm)	
3.	Wymiary blatu	450 x 500 mm	
4.	Wózek posiada szafkę z 3 szufladami, 1 blat, 1 stelaż na odpady	TAK	
5.	Szafka wózka wyposażona w trzy szuflady na prowadnicach kulowych	TAK	
6.	Wymiary frontów szuflad:	- szer.: 410 +/- 5mm - wys.: 110 +/- 3mm	
7.	Blat górny z pogłębieniem, rama wózka wykonana z kształtownika 25 x 25 x 1,5 mm ,wystająca ponad blat, spełniająca funkcję rączki do przetaczania	TAK	
8.	Tył blatu zabezpieczony relingiem o przekroju okrągłym z pręta fi 8mm	Tak	
9.	Cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; Opony nie brudzące podłoża;	TAK	
10.	Podstawa z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami	TAK	
11.	Szyna instrumentalna- 2 szt. umożliwiającej zawieszenie osprzętu o długości nie mniejszej niż 400mm	TAK	
12.	Wymiary szyn instrumentalnych	25 x 10mm (płaskownik)	
13.	Stelaż na odpady stalowy, lakierowany proszkowo, pokrywa z tworzywa	Tak	
14.	Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej	Tak	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

dziesięciu różnych kolorach		
-----------------------------	--	--

Grupa 12 – parawan na kółkach – 14 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:	TAK	
2.	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK	
3.	Szerokość całkowita: 1000 mm ($\pm$ 20 mm)	TAK PODAĆ	
4.	Wysokość: 1650 mm ($\pm$ 20 mm)	TAK PODAĆ	
5.	Metalowy szkielet parawanu pokryty lakierem proszkowym, wypełnienie zmywalne/plastikowe	TAK PODAĆ	
6.	Możliwość spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków	TAK	
8.	Parawan mobilny, wyposażony w kółka	TAK	

Grupa 13 – Podest jednostopniowy – 17 szt.

Producent:
Kraj pochodzenia
Oferowany model
Rok produkcji

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Szerokość całkowita 260 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
2.	Długość całkowita 480 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
3.	Wysokość całkowita 220 mm (+/- 20 mm)	TAK podać	
4.	Szkielet wykonany z profili stalowych pokryty lakierem proszkowym	TAK	
5	Stopień podestu wyłożony wykładziną antypoślizgową	TAK	

Grupa 14 – Regał na baseny i kaczki – 4 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:
Typ:
Model:.....

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

Rok produkcji:

Producent.....

Kraj pochodzenia:

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
1.	Regał wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9	TAK	
2.	Regał posiada dwie listwy nośne montowane do ściany, wyposażone w zaczepy do zawieszenia akcesoriów	TAK	
3.	Regał wyposażony w listwę z zaczepami do powieszenia kacek szpitalnych. Listwa o wymiarach: (840x80x350mm) ±20 mm	TAK, PODAĆ	
4.	Regał wyposażony w suszarkę do powieszenia basenów szpitalnych. Suszarka o wymiarach: (840x350x400mm) ± 20 mm	TAK, PODAĆ	
4.	Regał wyposażony w suszarkę na pokrywki do basenów szpitalnych. Suszarka o wymiarach: (840x350x250mm) ±20 mm	TAK, PODAĆ	
5.	Regał wyposażony w suszarkę na miski szpitalnych. Suszarka o wymiarach: 840x350x400mm	TAK, PODAĆ	
6.	Regał wyposażony w komplet ociekaczy tworzywowych pod suszarki	Tak	

Grupa 15 – Stelaże na kroplówki przyściennie – 40 szt.

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych
4.	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej OH18N9	Tak	
5.	Składanie teleskopowe	Tak	
6.	Długość wysięgnika w stanie złożonym: 700mm,(+-20mm) w stanie rozłożonym 2000mm (+-50mm)	Tak	
7.	Konstrukcja montowana do ściany, regulacja pochylenia za pomocą odboju	Tak	
8.	Możliwość obrotu wysięgnika o 180°		
9.	Głowica wyposażona w 3 haczyki	Tak	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

Grupa 16 – Stojak kroplówki mobilny – 11 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:	TAK	
2.	Stabilna, pięcioramienna podstawa pokryta lakierem proszkowym, przejezdna na kółkach	TAK	
3.	Min. 2 kółka z hamulcem	TAK	
4.	Średnica podstawy: 600 mm ($\pm$ 50 mm)	TAK PODAĆ	
5.	Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne - chromowany	TAK	
6.	Wysokość regulowana od 1350 do 2220 mm ($\pm$ 50 mm)	TAK PODAĆ	

Grupa 17 – Podnośnik Pacjenta plus nosidełko bariatryczne – 1 szt

Nazwa oferowanego urządzenia:

Typ:

Model:.....

Rok produkcji:

Producent.....

Kraj pochodzenia:

Lp	Parametr /warunek	Wymagania	Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych
1	Podnośnik pacjenta umożliwiający transfer z łóżka, krzesła, toalety, wózka lub z podłogi	TAK	
2	Urządzenie medyczne		
3	Elektrycznie otwierana podstawa nóg	TAK	
4	Udźwig do 300 kg	TAK	
5	Możliwość stosowania nosidełek różnej wielkości i różnego przeznaczenia (w tym do toalety oraz prysznicowego)	TAK	
6	Minimalna wysokość podnoszenia 650 mm	TAK / Podać	
7	Maksymalna wysokość podnoszenia 1650 mm	TAK / Podać	
8	Regulacja szerokości podstawy w zakresie min. 650-1000 mm	TAK / Opisać	
9	Podstawa na podwójnych kółkach wyposażonych w łożyska kulkowe	TAK / Opisać	
10	Promień skrętu min. 1370 mm	TAK, podać	
11	Wysokość podstawy max. 110 mm	TAK, podać	
12	4 punktowy wieszak, umożliwiający równomierny	TAK	

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

	rozkład ciśnienia		
13	Pilot zdalnego sterowania	TAK	
14	Cyfrowy wyświetlacz	TAK	
15	Licznik cykli / czasu pracy	TAK	
16	Waga podnośnika maks. 60kg	TAK, podać	
17	Wykonany ze stali malowanej epoksydowo	TAK	
18	Poziom głośności max. 58 dB z odległości 1 m	TAK, podać	
19	Przycisk awaryjnego zatrzymania	TAK	
20	Moc siłownika przy podnoszeniu min. 10 000N	TAK	
21	Wymienny akumulator	TAK	
22	Zasilający kabel do ładowania	TAK	
23	Ochrona przed przeciążeniem	TAK	
24	Niskie napięcie 24V, generowane przez silnik	TAK	
25	Klasa ochronności: IPX 4	TAK	
26	Nosidełko wykonane w 100% z tkaniny poliestrowej przeznaczonej do prania w 70 st. C, przeznaczone dla pacjentów bariatrycznych o wadze do 300 kg, w trzech rozmiarach: 2XL, 3XL, 4XL - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. – 1 szt.	TAK	

.....
Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

*Załącznik Nr 3 do specyfikacji
z dnia. 21.10.2016r.*

Warunki gwarancji i serwisu

Grupa 1 , 17

L.p.	OPIS	Parametr wymagana	Parametr oferowany	Ocena
1	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru na przedmiotu zamówienia).	TAK, podać		24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt
2	Gwarancja min. 10-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji	Min. 10 lat	Liczba lat:.....	-
3	Czas reakcji serwisu max 72 h od chwili przyjęcia zgłoszenia	TAK		-
4	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, fax, poczta elektroniczna, (podać)		-
5	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny.	TAK	Nazwa:..... Adres; tel.:..... fax:..... .	-

Grupa 2 , 3, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

L.p.	OPIS	Parametr wymagana	Parametr oferowany	Ocena
1	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru na przedmiotu zamówienia).	TAK, podać		24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt

Grupa 4 - Stolik przy łóżkowy – 10 szt.

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

L.p.	OPIS	Parametr wymagana	Parametr oferowany	Ocena
1	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru na przedmiotu zamówienia).	TAK, podać		24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt
2	Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji	Min. 10 lat	Liczba lat:.....	-
3	Czas reakcji serwisu max 72 h od chwili przyjęcia zgłoszenia	TAK		-
4	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, fax, poczta elektroniczna, (podać)		-
5	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny.	TAK	Nazwa:..... Adres; tel.:..... fax:..... .	-

Grupa 5 - Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej (jeden w wersji XL) – 4 szt

L.p.	OPIS	Parametr wymagana	Parametr oferowany	Ocena
1	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy (liczone od daty podpisania protokołu odbioru na przedmiotu zamówienia).	TAK, podać		24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt
2	Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji	Min. 10 lat	Liczba lat:.....	-

.....

*Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

*Załącznik Nr 4 do specyfikacji
z dnia. 21.10.2016r.*

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....

.

/miejscowość i data/

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup, dostawę i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej** ZP 34/2016 prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego , os. Na Skarpie 66, Kraków

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

..... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

.....

..... (miejscowość), dnia r.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (12) 644-47-56
e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

.....
(podpis)

**Załącznik Nr 4 do specyfikacji
z dnia. 04.10.2016r.**

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. VI SIWZ

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpi

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

*Załącznik Nr 5 do specyfikacji
z dnia. 21.10.2016r.*

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....

/miejscowość i data/

Oświadczenie wykonawcy

Składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na System kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków ZP 29/2016 prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, Kraków, po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

(jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

....., dnia.....r.

(Miejscowość)

.....

(podpis)

(jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:

1)

.....

2)

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (12) 644-47-56
e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

*Załącznik Nr 5 do specyfikacji
z dnia. 21.10.2016r.*

.....
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
.....
.....

....., dnia.....r.

(Miejscowość)

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

....., dnia.....r.

(Miejscowość)

.....

(podpis)

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

*Załącznik nr 6 do specyfikacji
z dnia. 21.10.2016r.*

**UMOWA DOSTAWY
(PROJEKT)**

zawarta w dniu 2016 r. w Krakowie, pomiędzy
Szpitałem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP:678-26-80-028, REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą”, w imieniu i na rzecz którego działa:

.....

a

.....

wpisaną do Rejestru prowadzonego przez pod numerem, NIP:....., REGON:..... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na rzecz której działa/ją:

.....

.....

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej grupa nr** (ZP 34/2016), po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm).

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do **dostawy i montażu wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej** zwane dalej „towarem” bądź „produktem”, w Grupach, dla Odbiorcy zgodnie z ofertą z dnia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowy wykaz towaru, jego ilość i cena oraz parametry techniczne zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (dostawa i montaż) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.12.2016r.
3. Dostawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
4. Dostawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, każdy towar oznaczony jest znakiem CE oraz posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczające go do eksploatacji i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjny, Sekcja Zamówień Publicznych
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
fax: (12) 644-47-56
e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

§ 2.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania umowy wynosi : zł brutto
/słownie :brutto/.
2. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje:koszty transportu, koszty rozładunku towaru, koszty opakowania, koszty gwarancji, koszty przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet, koszty części zamiennych w okresie gwarancji, koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia towaru, podatek VAT,inne.

§ 3.

Termin wykonania umowy

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Odbiorcy, z w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2016 r. od dnia podpisania umowy. Odbiór towaru odbędzie się po jego zamontowaniu i ustawieniu przez Wykonawcę, po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanego przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazaniu dokumentacji technicznej i instrukcji w języku polskim.

§ 4.

Dostawa sprzętu i wykonanie umowy

1. Towar ma być opakowane w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem, na opakowaniu ma znajdować się informacja o rodzaju i ilości dostawy.
2. Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty sprzętu, aż do chwili podpisania przez Strony protokołu przekazania do użytkowania, o którym mowa w § 3.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko do Szpitala w godz. od 07:30 do 14:00, gdzie nastąpi potwierdzenie odbioru przesyłki przez upoważnionego pracownika Szpitala.
4. W przypadku gdy montaż towaru odbywać się będzie w tym samym dniu bezpośrednio po jego dostawie, Wykonawca może dostarczyć towar bezpośrednio do miejsca montażu sprzętu wskazanego przez Dyrektora ds. Ekonomiczno Technicznych po uprzednim poinformowaniu osób wymienionych w ust. 1 powyżej.
5. Po zakończeniu montażu towaru Wykonawca usunie wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci.
W przypadku dokonania w trakcie instalacji towaru zniszczeń lub uszkodzeń w pomieszczeniach Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.
6. Termin dostawy, montażu i uruchomienia Urządzenia Dostawca obowiązany jest uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed dostarczeniem i instalacją towaru.
7. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Dostawcy jest:

§ 5.

Warunki płatności

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy należność stanowiącą cenę określoną w § 4 ust. 1, przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności wskazanej w § 2 ust. 1 w terminie do 30 dnia na podstawie prawidłowo wypełnionego oryginału faktury od Dostawcy wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2 powyżej.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
6. W przypadku nie wywiązywania się przez Odbiorcę z terminu płatności określonego w ust. 4, Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych kapitałowych zgodnie z art. 359 § 1 k.c.

§ 6.

Rękojmia za wady i gwarancja

1. Dostawca gwarantuje, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2016), nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadający prawem wymagane świadectwa i rejestracje.
2. Dostawca ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 2 lat od daty odbioru prac, na zasadach określonych w KC.
3. Dostawca udziela na dostarczony sprzęt gwarancji na okres: (min. 24 m-cy) licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu przekazania do użytkowania, o którym mowa w § 3.

§ 7.

1. Wszelkie naprawy serwisowe dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela Urządzenia i mają na celu prawidłową i bezpieczną konserwację, obsługę serwisową, przeglądy okresowe, naprawy; zgodnie z instrukcją używania wyrobu medycznego.
2. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:
 1. weryfikacji złożonej reklamacji poprzez telefon lub e-mail lub fax itp. w ciągu 72 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu);
 2. usunięcia wszystkich wad urządzenia, jakie się ujawnią, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Dostawca zapewni niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia awarii sprzętu, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż ten w posiadaniu Zamawiającego,
3. Dane adresowe : Forma zgłoszenia: poczta, fax, poczta elektroniczna,
4. Dostawca zobowiązuje się do zapewniania możliwości zgłoszeń awarii Urządzenia od poniedziałku do piątki w godz.: 8:00 – 15:00.
5. Każdorazowy przyjazd serwisu winien być uzgodniony z bezpośrednim użytkownikiem i pracownikiem Zamawiającego.
6. Naprawa odbywa się w obecności bezpośredniego użytkownika i pracownika Zamawiającego, i musi zostać potwierdzona protokołem serwisowym, podpisanym przez każdą ze stron.
7. Dostawca gwarantuje min. (10 – letni) dostęp do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do Urządzenia licząc od daty odbioru.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie w okresie gwarancji, Zamawiający zobowiązuje się wysłać pisemne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.
9. Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

§ 7.

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:
 - a) za nieterminową dostawę, instalację i uruchomienie Urządzeń stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 1% ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej

b) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek produktów stanowiących przedmiotu umowy w okresie gwarancji – w wysokości 0,5 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

c) w wysokości 25 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.

3. Kara umowna należna na podstawie umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Odbiorcę z żądaniem zapłaty. Może być również potrącona z należnego Dostawcy wynagrodzenia.

4. Naliczenie bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 8.

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Odbiorca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Odbiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odbiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym jeżeli Dostawca:

a. nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym ____ dniowym terminie nie zadośćuczyni żądaniu Odbiorcy,

b. dokonuje cesji Umowy lub jej części,

c. w razie wszczęcia postępowania określonego w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2003r., nr 60, poz 535 z późn. zmianami) lub w ustawie z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r., poz.978) wobec Dostawcy chyba, że przepisy powyższych ustaw stanowią inaczej.

§ 9.

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

2. Dostawca zobowiązuje się do zamieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze informacji o treści ust. 1.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego.

2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala.

§ 11.

**Zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Pracowni Endoskopowej**

1. Strony ustalają, że adresy wskazane na str. 1 umowy są ich adresami do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy).

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ww. adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§ 12.

Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Odbiorcy.

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA:

ODBIORCA: