



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego^A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Nr .271 – 310-34/2016

Kraków, dnia 28.10.2016

” Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Zakup, dostawę i montaż wyposażenia medycznego dla I i III Oddziału Chorób
Wewnętrznych i Pracowni Endoskopowej ”**

ZP 34/2016

W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz 2164 ze zm) udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do opublikowanej Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na m.in.

1. Parawany na kółkach (grupa 12):

- wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może i lepsze od lakieru proszkowego) - dotyczy punktu 2 i 5,
- o szerokości parawanu 960 mm - dotyczy punktu 3,
- z możliwością łączenia w zestawy za pomocą łączników z pokrętkiem - dotyczy punktu 6,

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Prosimy o zmianę stawki VAT dla tej pozycji. Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego nie wymaga się dostawy parawanów medycznych ze stawką VAT 8% tak jak w przypadku pozostałego sprzętu (stawka 23% sugeruje odstępianie od tego wymogu).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parawany na kółkach

- wykonane z rur stalowych chromowanych dotyczy punktu 2 i 5
- o szerokości parawanu 960 mm - dotyczy punktu 3
- z możliwością łączenia w zestawy za pomocą łączników z pokrętkiem - dotyczy punktu 6

pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT

Pytanie nr 2:

W nawiązaniu do opublikowanej Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na m.in.

Stelaże na kroplówki przyściennie (grupa 15):



-długość wysięgnika w stanie złożonym 800 mm - dotyczy punktu 3,

-o konstrukcji gwarantującej utrzymanie ramienia w pozycji równoległej do podłogi, bez konieczności stosowania jakichkolwiek regulacji (bo chyba o to chodzi w punkcie 7 – chociaż pojęcie odbój wg Słownika Języka Polskiego PWN to «element ograniczający ruch części ruchomych jakiegoś urządzenia»),

Jednocześnie prosimy podać rodzaje ścian do których będą montowane stelaże (czy ściany z płyty kartonowo-gipsowej, czy wykonane metodą tradycyjną). Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Stelaże na kroplówki przyściennne o :

- długość wysięgnika w stanie złożonym 800 mm - dotyczy punktu 3
- o konstrukcji gwarantującej utrzymanie ramienia w pozycji równoległej do podłogi, bez konieczności stosowania jakichkolwiek regulacji

pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ

Ściany , do których będą montowane stelaże wykonane są w systemie mieszanym

Pytanie nr 3: Pytanie dotyczące Grupy nr 9 – Wózek reanimacyjny 3 szt.:

1. Czy Zamawiający może wyjaśnić czy wysokość całkowita wózka 1700(±50) mm podana w Lp. 3 zależy od wyposażenia dodatkowego, które nie zostało wymienione czy zapis ten został omyłkowo dodany do opisu wózka reanimacyjnego?

Odpowiedź: Całkowita wysokość wózka bez wyposażenia: 1000 ±

Pytanie nr 4: Pytanie dotyczące Grupy nr 9 – Wózek reanimacyjny 3 szt.:

1. Czy Zamawiający dopuści w Lp. 7.2 uchwyty na szynę wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w Lp. 7.2 uchwyty na szynę wykonane ze stali nierdzewnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 5: dot. projekt umowy §7 pkt. 1a

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §7 pkt. 1A z 1% na 0,5 % ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych, który posiada pod leżem tunele na kasety RTG umieszczoną w trzech sekcjach leża – w oparciu pleców, segmencie siedzenia oraz segmencie nóg, bez możliwości przesuwania kasety na całej długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych, który posiada 4 pojedyncze koła z centralną blokadą, z jednym kołem do jazdy na wprost, średnicą kół wynoszącą Ø 200 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych, który posiada 4 pojedyncze koła z centralną blokadą, z jednym kołem do jazdy na wprost, średnicą kół wynoszącą Ø 200 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 8: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych, w którym funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta spełnia odpowiednio wyprofilowana tworzywowa osłona podstawy wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych, w którym funkcję kosza na podręczne rzeczy pacjenta spełnia odpowiednio wyprofilowana tworzywowa osłona podstawy wózka, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 9: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2110mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2110mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 10: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o przechyle Trendelenburga min. 12°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym 180kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową, rozmiar kół 200mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową, rozmiar kół 200mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 13: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu przy segmencie oparcia pleców?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane przewodowym pilotem z czytelnymi piktogramami bez podświetlanych klawiszy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne oraz działanie UV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z płyty HPL odpornej na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne oraz działanie UV, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ

Pytanie nr 16: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS odpornego na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne oraz działanie UV?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS odpornego na działanie wysokiej temperatury, środki dezynfekcyjne oraz działanie UV, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ grubości 6 mm?

Pytanie nr 17: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowany na stałe, bez możliwości ich demontażu bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SIWZ

Pytanie nr 19: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe, tym samym bez możliwości wykorzystania, jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na 70% długości leża (tylko przy długości standardowej), pozostawiające wolną (bezpieczną dla pacjenta) przestrzeń pomiędzy szczytem a barierką przy długości standardowej jak i przy wydłużonym leżu, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą tylko w przypadku standardowej długości leża (leże niewydłużone), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w aluminiowe opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą tylko w przypadku standardowej długości leża (leże niewydłużone), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w 4 narożnikach leża w krążki odbojowe jednoosiowe, chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji horyzontalnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 24: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 26: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła bez właściwości antystatycznych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28: dot Grupa nr 1 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi – 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac przeciwośluzowy wykonany z jednej warstwy nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej jednorodnej o gęstości 30 kg/m³ posiadającej system naciąg zapewniając w ten sposób redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała oraz efektywny przepływ powietrza?

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac przeciwośluzowy wykonany z jednej warstwy nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej jednorodnej o gęstości 30 kg/m³ posiadającej system naciąg zapewniając w ten sposób redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała oraz efektywny przepływ powietrza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 29: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat z trzema relingami metalowymi lakierowanymi?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat z trzema relingami metalowymi lakierowanymi pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 30: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy reling, z metalowymi haczykami na ręczniki pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 31: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem posiadającym relingi bez uchwytu na szklankę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bez zabezpieczenia aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada górna wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 34: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której szuflada dolna wyposażona jest w uchwyt na butelki mocowany na stałe, bez możliwości jego demontażu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 36: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu bocznego umieszczonym w górnej metalowej części – podporze blatu, w postaci metalowego przycisku, nie wymuszając konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 37: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z mechanizmem blatu bocznego, którego wspornik osłonięty jest prostokątną osłoną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z mechanizmem blatu bocznego, którego wspornik osłonięty jest prostokątną osłoną, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 38: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającym w górnej krawędzi wycięty uchwyt niewystający poza obrys blatu? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającym w górnej krawędzi wycięty uchwyt niewystający poza obrys blatu, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 40: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy 50 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 41: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której piąte koło do stabilizacji blatu bocznego znajduje się na końcu poziomego wspornika sprężyny gazowej zwiększając stabilność całej szafki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której piąte koło do stabilizacji blatu bocznego, znajduje się na końcu poziomego wspornika sprężyny gazowej zwiększając stabilność całej szafki, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 42: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 43: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z układem jezdnym posiadającym cztery koła jezdne o średnicy 200 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z układem jezdnym posiadającym cztery koła jezdne o średnicy 200 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 44: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w dwie barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w dwie barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 45: dot Grupa nr 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 39 szt

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w rozdziale VII pkt. 2 na następujący: Oświadczenie, że łóżko zostanie przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczy te dokumenty wraz z łóżkiem na etapie realizacji zamówienia. Pragniemy pokreślić, że postawiony wymóg jest niemożliwy do spełnienia przy obecnym zapisie gdyż raport z badania musi odnosić się do konkretnego produktu wraz z podaniem jego numeru seryjnego, w sytuacji gdy produkcja łóżek rozpocznie się po podpisaniu umowy z Zamawiającym, wyrobów fizycznie nie istnieje na etapie składania ofert tak więc niemożliwym jest wykonanie jego badania.

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapis w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ na Oświadczenie, że łóżko zostanie przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczy te dokumenty wraz z łóżkiem na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 46: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o szerokości całkowitej 830 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści do postępowania wózek do transportu chorych o szerokości całkowitej 830 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 47: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o długości całkowitej 2130 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o długości całkowitej 2130 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 48: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych z możliwością regulacji przechyłu Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą pompy hydraulicznej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o dopuszczalnym obciążeniu 250 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych o dopuszczalnym obciążeniu 250 kg, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 51: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych wyposażony w cztery koła o średnicy 20 mm i jedno (kierunkowe) o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do postępowania wózek do transportu chorych wyposażony w cztery koła o średnicy 20 mm i jedno (kierunkowe) o średnicy 125 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 52: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych ze składanymi stalowymi poręczami bocznymi pokrytymi warstwą lakieru epoksydowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 53: dot Grupa nr 6 – Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości wózek do transportu chorych, którego podstawa wyposażona jest w obudowę z tworzywa ABS z uchwytem na butle gazowe i przestrzenią na osobiste rzeczy pacjenta, zamiast oddzielnego koszyka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do postępowania wózek do transportu chorych, którego podstawa wyposażona jest w obudowę z tworzywa ABS z uchwytem na butle gazowe i przestrzenią na osobiste rzeczy pacjenta, zamiast oddzielnego koszyka, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 54: dot Grupa nr 10– pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie wózka wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych szafki wózka 690 x 518 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych szafki wózka 690 x 518 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 55: dot Grupa nr 10– pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie wysokości od podłoża do blatu 927 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wysokości od podłoża do blatu 927 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 56: dot Grupa nr 10– pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie wózka wyposażonego w uchwyt do prowadzenia umieszczony z boku wózka.

Odpowiedź: Tak, dopuści wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony z boku wózka, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 57: dot Grupa nr 10– pkt. 7.1.

Prosimy o dopuszczenie szyny instrumentalnej wykonanej z aluminium o dł. 45 cm, wys. 5 cm, grubości (średnicy) 1 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szynę instrumentalną wykonaną z aluminium o dł. 45 cm, wys. 5 cm, grubości (średnicy) 1 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 58: dot Grupa nr 10– pkt. 7.2.

Prosimy o dopuszczenie obudowy wykonanej ze stali malowanej proszkowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59: dot Grupa nr 10– pkt. 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w kolorze biało-szarym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 60: dot Grupa nr 1 -Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 16°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 61: dot Grupa nr 1 -Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga 16°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 62: dot Grupa nr 1 -Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 63: dot Grupa nr 1 -Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 64: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 65: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami (głównym i bocznym) wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 66: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad i drzwiczkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 67: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tylnej części w metalowy reling posiadający haczyki na ręcznik i uchwyt na szklankę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tylnej części w metalowy reling posiadający haczyki na ręcznik i uchwyt na szklankę, pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 68: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy szufladami 110 mm z dostępem z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą górną o wysokości 95 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 70: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 71: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 420 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 420 mm, pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 72: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości przy rozłożonym blacie 1100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę o szerokości przy rozłożonym blacie 1100 mm, pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 73: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną pod dolną szufladą w półkę na rzeczy podręczne pacjenta wykonaną z metalu lakierowanego proszkowo z dostępem z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 74: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający wymaga szafkę z blatem bocznym z możliwością regulacji kąta pochylecia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem bocznym z możliwością regulacji kąta pochylenia, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 75: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z mechanizmem unoszenia oraz zwalniani blatu umieszczonym w metalowej osłonie na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 76: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w metalowej kolumnie, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w metalowej kolumnie, lakierowanej proszkowo, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 77: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 78: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę ze wspornikiem blatu nieosłoniętym aluminiową osłoną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 79: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez uniesieni dolnej krawędzi blatu do góry?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 80: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem półki bocznej wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS, w kolorze białym, z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed zsunięciem się z blatu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 81: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę otwierana dwustronnie z blatem bocznym przymocowanym na stałe? Przy otwieraniu dwustronnym szafki odejmowany blat jest zbędny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 82: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w dodatkowe 5-te koło? Przy blacie przymocowanym na stałe do szafki piąte koło jest zbędne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 83: dot Grupa nr 1 - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w tworzywowy pojemnik np. na gazety z możliwością mocowania z obu stron szafki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 84: dot Grupa nr 4 - Stolik przyłóżkowy – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w 2 blaty: stały o wymiarach 210 x 430 mm i blat z możliwością zmiany kąta pochylecia o kąt 30 i 60 stopni w obie strony o wymiarach 660 x 430 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 85: dot Grupa nr 6 -Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłu Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 86: dot Grupa nr 6 -Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o udźwigu 220 kg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wózek o udźwigu 220 kg, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 87: dot Grupa nr 6 -Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła o średnicy 200 mm z centralną blokadą i kołem kierunkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła o średnicy 200 mm z centralną blokadą i kołem kierunkowym, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 88: dot Grupa nr 6 -Wózek leżący do transportu chorych – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki wykonane ze stali nierdzewnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 89: dot Grupa nr 5 -Wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej

Czy Zamawiający dopuści wózek w wersji XL w, którym przy szerokości siedziska równej 60 cm całkowita szerokość wózka będzie wynosić 78 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wózek w wersji XL w, którym przy szerokości siedziska równej 60 cm całkowita szerokość wózka będzie wynosić 78 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie 90: dot. Grupa 1 - wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał łóżka z barierkami na całej długości leża, chroniące pacjenta od szczytu głowy do szczytu nóg, metalowe, dzielone, składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca za pomocą przycisku umieszczonego w górnej poprzeczce (na ergonomicznej wysokości) z dodatkową barierką w części nożnej z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi? Rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi oraz komfort i wygodę pracy personelu. Konstrukcja barierki zapewnia możliwość składania bez konieczności pochylania się pod leże. Personel w pozycji wyprostowanej, jedną ręką opuszcza barierkę, cały czas obserwując i zabezpieczając pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżka z barierkami na całej długości leża, chroniące pacjenta od szczytu głowy do szczytu nóg, metalowe, dzielone, składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca za pomocą przycisku umieszczonego w górnej poprzeczce (na ergonomicznej wysokości) z dodatkową barierką w części nożnej z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi? Rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi oraz komfort i wygodę pracy personelu. Konstrukcja barierki zapewnia możliwość składania bez konieczności pochylania się pod leże. Personel w pozycji wyprostowanej, jedną ręką opuszcza barierkę, cały czas obserwując i zabezpieczając pacjenta, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 91: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z białym białym – 39 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dodatkowa barierka w części nożnej posiadała zabezpieczenie przed przypadkowym wyjęciem poprzez konieczność zwolnienia blokady za pomocą przycisku umieszczonego w górnej części barierki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby dodatkowa barierka w części nożnej posiadała zabezpieczenie przed przypadkowym wyjęciem poprzez konieczność zwolnienia blokady za pomocą przycisku umieszczonego w górnej części barierki, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 92: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z białym białym – 39 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby panel sterowania posiadał przyciski pogrupowane wg funkcjonalności i umieszczone w strefach odróżniających się kolorystycznie w celu łatwej i szybkiej lokalizacji przycisków odpowiadających na konkretną regulację? Rozwiązanie jest istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy życie pacjenta jest zagrożone, w momencie, gdy liczy się każda sekunda i nie ma czasu na poszukiwanie przycisków np. do pozycji antyszokowej lub CPR na panelu sterowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 93: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z białym białym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-34°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 94: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z białym białym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 15°?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 95: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z białym białym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 96: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z białym białym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji egzaminacyjnej za pomocą dwóch przycisków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 97: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z białym białym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS? Jest to rozwiązanie tożsame.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 98: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 99: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o grubości min 20mm, odcinane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, a dzięki wytrzymałej konstrukcji leża nie ma potrzeby wykorzystywania szczytu jako deska reanimacyjna?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o grubości min 20mm, odcinane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, a dzięki wytrzymałej konstrukcji leża nie ma potrzeby wykorzystywania szczytu jako deska reanimacyjna, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 100: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe, lakierowane proszkowo, składające się wzdłuż ramy leża, zabezpieczające leże na $\frac{1}{4}$ długości, wyposażone w elastyczne listwy odbojowe oraz z dodatkowymi odcinanymi barierkami, dzięki którym leże zabezpieczone jest na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 101: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko w 4 jednoosiowe krążki odbojowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 102: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 103: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 104: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze bieli szpitalnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 105: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 12cm, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej z krawędziami i dolną warstwą z twardej piany dla stabilizacji oraz z nacięciami typu Gofer na całej powierzchni materaca w celu redukcji nacisku i równomiernego rozłożenia ciężaru całego ciała oraz efektywnego przepływu powietrza?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 12cm, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej z krawędziami i dolną warstwą z twardej piany dla stabilizacji oraz z nacięciami typu Gofer na całej powierzchni materaca w celu redukcji nacisku i równomiernego rozłożenia ciężaru całego ciała oraz efektywnego przepływu powietrza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 106: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 107: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę, której blat oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 108: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem z dwoma metalowymi, lakierowanymi relingami oraz tworzywowymi listwami w kształcie litery C na krawędziach, które zabezpieczają przedmioty przed wsuwaniem się?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 109: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę, która nie posiada przy blacie haczyka na ręcznik oraz uchwytu na szklankę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 110: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z górną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 strefy o wysokości 83mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 111: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 112: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 części?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 części, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 113: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wykonanym z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm z dwoma krawędziami zabezpieczonymi tworzywowymi relingami w kształcie litery C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym wykonanym z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm z dwoma krawędziami zabezpieczonymi tworzywowymi relingami w kształcie litery C, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 114: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach:

- szerokość szafki 510mm

-szerokość z zamontowanym, złożonym blatem bocznym 510mm?

Pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach:

- szerokość szafki 510mm

-szerokość z zamontowanym, złożonym blatem bocznym 510mm?

Pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 115: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z metalowej, lakierowanej siatki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 116: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 117: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 118: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 119: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę z ramą w kolorze bieli szpitalnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 120: dot Grupa nr 5 -wielofunkcyjne łóżka elektryczne wraz z materacami i poręczami bocznymi i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 39 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową spełniającą poniższy opis?

Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka
Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego
Szerokość całkowita: 475 mm
Długość całkowita: 475 mm
Wysokość całkowita: 810 mm
Blat szafki wykonany z tworzywa
Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki
Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki
Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp.
Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 50 mm , w tym 2 z blokadą

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 121: dot Grupa nr 9 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach zewnętrznych 620x530mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach zewnętrznych 620x530mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 122: dot Grupa nr 9 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z uchwytami do prowadzenia wózka zintegrowanymi z blatem głównym, montowanymi po obu stronach wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny z uchwytami do prowadzenia wózka zintegrowanymi z blatem głównym, montowanymi po obu stronach wózka, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 123: dot Grupa nr 9 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w dolną półkę pod szufladami z przestrzenią dostępną z wszystkich stron wózka? Przestrzeń zabezpieczona z trzech stron przed spadaniem przedmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 124: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach zewnętrznych 620x530mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 125: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny z blatem górnym wykonanym ze wzmocnionego polimeru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny z blatem górnym wykonanym ze wzmocnionego polimeru, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 126: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny z podstawą wykonaną ze stali wyposażoną w odboje w narożnikach wózka nad kołami o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 127: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wyposażony w 3 szuflady na prowadnicach łożyskowych, szuflady o różnej wysokości

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 128: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny z uchwytami do prowadzenia wózka zintegrowanymi z blatem głównym, montowanymi po obu stronach wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny z uchwytami do prowadzenia wózka zintegrowanymi z blatem głównym, montowanymi po obu stronach wózka, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 129: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wyposażony w kosz na odpady wykonany z tworzywa, z pokrywą wahadłową, z możliwością odjęcia, mocowany na uchwycie do ściany wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wyposażony w kosz na odpady wykonany z tworzywa, z pokrywą wahadłową, z możliwością odjęcia, mocowany na uchwycie do ściany wózka, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 130: dot Grupa nr 9 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny z blatem ze stali nierdzewnej o wymiarach zewnętrznych wózka: - Szerokość: 650 mm, - Głębokość: 475 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny z blatem ze stali nierdzewnej o wymiarach zewnętrznych wózka: - Szerokość: 650 mm, - Głębokość: 475 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 131: dot Grupa nr 9 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny z 4 kołami o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą; Opony nie brudzące podłoża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny z 4 kołami o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą; Opony nie brudzące podłoża, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 132: dot Grupa nr 9 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w 5 szuflad, wysuwany z boku blat roboczy i blat górny wykonany ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 133: dot Grupa nr 93 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony z lewej lub prawej strony wózka (w zależności od życzenia Zamawiającego)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony z lewej lub prawej strony wózka (w zależności od życzenia Zamawiającego), pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 134: dot Grupa nr 9 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w trzy odcinki aluminiowej szyny instrumentalnej o przekroju 40x10 mm i długości 400mm, służącego zawieszenia dodatkowego osprzętu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w trzy odcinki aluminiowej szyny instrumentalnej o przekroju 40x10 mm i długości 400mm, służącego zawieszenia dodatkowego osprzętu, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 135: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny o wymiarach zewnętrznych- Szerokość: 650 mm, - Głębokość 475 mm i wysokości: 900 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny o wymiarach zewnętrznych- Szerokość: 650 mm, - Głębokość 475 mm i wysokości: 900 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 136: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny z blatem górnym wykonanym ze stali nierdzewnej otoczony z 3 stron bandami zapobiegającymi spadaniu przedmiotów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 137: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny którego podstawa wykonana jest z tworzywa ABS z wyprofilowanymi odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 138: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny z 4 kołami o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą; Opony nie brudzące podłoża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny z 4 kołami o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą; Opony nie brudzące podłoża, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 139: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny - 5 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony z prawej lub lewej strony (do ustalenia z Zamawiającym)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka umieszczony z prawej lub lewej strony (do ustalenia z Zamawiającym), pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 140: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny - 5 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w dwa odcinki aluminiowej szyny instrumentalnej o przekroju 40x10 mm i długości 400mm, służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w dwa odcinki aluminiowej szyny instrumentalnej o przekroju 40x10 mm i długości 400mm, służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 141: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny - 5 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w dwoma tworzywowymi koszami z pokrywą wahadłową montowane do szyny aluminiowej z boku wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny wyposażony w dwoma tworzywowymi koszami z pokrywą wahadłową montowane do szyny aluminiowej z boku wózka, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 142: dot Grupa nr 16 – stojak na kroplówki mobilny - 5 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wieszak kroplówki, którego stabilna, 5-ramienna podstawa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 143: dot Grupa nr 16 – stojak na kroplówki mobilny - 5 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wieszak kroplówki, którego stabilna, 5-ramienna podstawa wykonana jest ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wieszak kroplówki, którego stabilna, 5-ramienna podstawa wykonana jest ze stali nierdzewnej, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 144: dot Grupa nr 9 -wózek reanimacyjny - 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w składany blat boczny? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 145: dot Grupa nr 10 -wózek wielofunkcyjny - 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wyposażony w 5 szuflady na prowadnicach łożyskowych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 146: dot Grupa nr 6 -wózek leżący do transportu chorych - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych o wymiarach zewnętrznych 2200x840mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych o wymiarach zewnętrznych 2200x840mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 147: dot Grupa nr 6 -wózek leżący do transportu chorych - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 660mm do 960mm? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 660mm do 960mm? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 148: dot Grupa nr 6 -wózek leżący do transportu chorych - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych z funkcją Trendelenburga 15°? Przechyły wzdłużne w wózku realizowane są nożnie dźwigniami umieszczonymi w podstawie wózka

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 149: dot Grupa nr 6 -wózek leżący do transportu chorych - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych o obciążeniu 240kg

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych o obciążeniu 240kg, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 150: dot Grupa nr 6 -wózek leżący do transportu chorych - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych z kołami o średnicy 200mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych z kołami o średnicy 200mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

Pytanie nr 151: dot Grupa nr 6 -wózek leżący do transportu chorych - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych z barierkami bocznymi wykonanymi z aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 152: dot Grupa nr 6 -wózek leżący do transportu chorych - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych z miejscem na osobiste rzeczy pacjenta w wyprofilowanej podstawie wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek leżący do transportu chorych z miejscem na osobiste rzeczy pacjenta w wyprofilowanej podstawie wózka, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w SIWZ

W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 3.11.2016 roku. Godziny pozostają bez zmian.