



Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego^A
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Kraków 23.08.2017

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne

2017/S 160-330071

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Kraków

31-913

Polska

Osoba do kontaktów: Barbara Urban

Tel.: +48 126229487

E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Faks: +48 126444756

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zeromski-szpital.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na następujący adres:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

Kraków

31-913

Polska

Osoba do kontaktów: Barbara Urban

Tel.: +49 126229487

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl



E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl

Faks: +49 126444756

Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup, dostawa, montaż i instalacja pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego.

Numer referencyjny: ZP 26/2017

II.1.2) Główny kod CPV

33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, montaż i instalacja pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, o parametrach opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

4. Przedmiot musi spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych

5. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 1 – Laser laryngologiczny CO2 z wyposażeniem operacyjnym

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33169100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Laser CO2 z zamkniętym rezonatorem wzbudzany DC

Zastosowanie w:

- tonsillektomia;
- bezdech;
- stapedektomia;
- chirurgia nosa;
- chirurgia krtani;
- myringotomia.

3.Moc 30 W

4.Długość fali: 10,6 μ m, podczerwień

5.Tryby pracy: Ciągły (CW), Impuls Pojedynczy, Impuls powtarzalny, Super Pulse

6.Funkcja automatycznego doboru parametrów pracy lasera w zależności od wybranej specjalizacji, procedury operacyjnej i oprzyrządowania operacyjnego

7.Sterowanie: kolorowy panel dotykowy wysokiej rozdzielczości z możliwością odchylenia od obudowy urządzenia

8.Urządzenie wyposażone w oprogramowanie z demonstracją przedstawiającą podłączenie i możliwości wykorzystania oprzyrządowania operacyjnego w zależności od wybranej procedury operacyjnej

9.Dostęp do konfiguracji poszczególnych użytkowników chroniony hasłem

10.Wiązka celownika:

- czerwona dioda laserowa 5 mW,
- długość fali wiązki: 635 nm,
- regulowana intensywność świecenia.
- tryby pracy: świecenie ciągłe i migotanie

11.Sygnalizacja pracującego lasera:

- świetlna;
- dźwiękowa (brzęczyk)

12.Budowa urządzenia:

- kompaktowa;
- sprężynowe ramie z włókna węglowego
- możliwość obrotu o 360 stopni

13.Pamięć ustawień parametrów: min. 100

14.Chłodzenie: własne, obieg zamknięty

15.Parametry zasilania: 220 V, 50/60 Hz, 10A,

16.Wyposażenie urządzenia:

- włącznik nożny;

— okulary ochronne 5 sztuk;

— znaki ostrzegawcze

Wyposażenie operacyjne:

— skaner do wykonywania cięć w linii prostej, po łuku i do odparowywania warstwy tkanki.

— Mikromanipulator kompatybilny z mikroskopem Carl Zeiss

— Możliwość obrotu kształtu skanera przy pomocy joysticka mikromanipulatora

2 końcówki do pracy z wolnej ręki- ogniskowa 125 mm

Zestaw końcówek do nosa:

— końcówka prosta

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st. dla praworęcznych

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st. dla leworęcznych

— końcówka prosta z możliwością podłączenia ewakuacji dymu

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st. dla praworęcznych z możliwością podłączenia ewakuacji dymu

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st. dla leworęcznych z możliwością podłączenia ewakuacji dymu

— końcówka zakrzywiona pod kątem 20 st

— końcówka zakrzywiona pod kątem 20 st z możliwością podłączenia ewakuacji dymu

Zestaw końcówek do gardła i krtani:

— końcówka prosta

— 3x przedłużacz do końcówki prostej

— 3x końcówki z zabezpieczeniem tylnej ściany nosogardła (backstop)

— 3x końcówka do małżowin nosowych

— 3xkończówka do tonsillektomii

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st.

18.Możliwość podłączenia giętkiego światłowodu Co2 o długości min 2 metry i średnicy płamki na wyjściu min 295 um.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 11 819 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Grupa 2 – Neuromonitor do monitorowania integralności nerwów

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33169500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Aparat do neuromonitoringu nerwów do zastosowania śródoperacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych

2. System składający się z monitora interfejsu pacjenta do podłączenia elektrod, symulatora pacjenta

3. Elektrody odbiorcze jak i stymulacyjne podłączane do interfejsu pacjenta (brak konieczności podłączania elektrod bezpośrednio do monitora)

4. Monitor wyposażony w min. 4 kanały robocze

5. Aparat wyposażony w 2 stymulatory stałoprądowe z szerokim zakresem stymulacji od min 0-30 mA i zakresem regulacji częstotliwości impulsów 1, 4, 7 i 10 Hz do wyboru za pomocą oprogramowania. Aparat o napięciu 80 V oraz regulacji impulsu stymulacyjnego w zakresie 50-250 us do wyboru za pomocą oprogramowania

6. Dokładność wyjściowego impulsu stymulującego min. +/- 0,01 mA

7. Zdefiniowane procedury dla poszczególnych specjalności bez konieczności zmiany ustawień parametrów; tworzenie indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika

8. Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja na ekranie monitora

9. Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu - min. wizualny lub głosowy

10. Regulacja stymulacji z panelu dotykowego i pokrętelem nawigacyjnym

11. Automatyczna detekcja i eliminacja zakłóceń – artefaktów

12. Stymulacja elektrodą stymulacyjną sygnalizowana dźwiękowo

13. Dźwiękowa i wizualna odpowiedź mięśniowa (EMG) po stymulacji elektrycznej

14. Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG – przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora

15. System umożliwiający pracę z ciągłym monitorowaniem nerwu błędnego, z możliwością zastosowania co najmniej dwóch rozmiarów elektrod

16. Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych przy wykresach

17. Raportowanie stymulacji ciągłej w formie histogramów 3D

18. Kolorowy ekran dotykowy o średnicy min. 26 cm, dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG.

19.Zatrzymania widoku całego ekranu – funkcja freeze

20.Zapis raportów na zewnętrznym urządzeniu USB

21.Możliwość zapisywania raportu z zabiegu do pliku min. PDF

22.Alarmy wizualne kodowane kolorami i dźwiękowe o potencjalnym zagrożeniu uszkodzenia nerwu podczas zastosowania elektrody ciągłej

23.Osprzęt do zastosowania z neuromonitorem: Rurki intubacyjne dotchawicze ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Rurki dostępne w różnych rozmiarach: o przekroju 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9. Brak konieczności naklejania elektrod odbiorczych na rurki intubacyjne w celu wykluczenia błędów pomiaru.

24.Osprzęt do zastosowania z neuromonitorem: elektrody jednorazowe odbiorcze czterokanałowe sparowane izolowane do ok. 5 mm od końcówki. Odległość między elektrodami 2,5 mm. Długość 12 mm.

25.Osprzęt do zastosowania z neuromonitorem: sonda monopolarna jednorazowa do stymulacji, końcówka o średnicy 0,5 mm

26.Osprzęt do zastosowania z neuromonitorem: jednorazowe elektrody podwójne igłowe podskórne do monitorowania 4 – kanałowego, 12 mm – 5 sztuk

27.Osprzęt do zastosowania z neuromonitorem: sonda monopolarna jednorazowa do stymulacji, końcówka o średnicy 0,5 mm – 5 sztuk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 175 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grupa 3 – Zestaw do chirurgii laryngologicznej z torem wizyjnym HD

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33169500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródłem światła LED – 1 szt.

1.Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem

2.Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4

3.Źródło światła LED z czterema diodami

4.Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem – funkcja włączona lub wyłączona

5.Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia

6.Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej

7kompatibilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR

8.Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych

9.Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu

10.Tryb „laser” – do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera

11.Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną

12.Wyjścia cyfrowe min. 2x HD-SDI oraz 1xDVI

13.Wyjścia analogowe: min. 1xCOMP, 1xY/C

14.Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury

15.Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego

16.Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka

17.Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash

18.Pamięć zewnętrzna w komplecie

19.Pamięć wewnętrzna urządzenia

20.Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff

21.Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD

22.możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej

23.Automatyczny dobór ekspozycji min.17 stopni

24w zestawie przewód sygnałowy SDI

25.Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni

26.Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu

27. Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego

28. Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od min. -8 do +8

29. Ręczne dostosowanie jasności obrazu w przedziale min. -17 do +17

30. Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8)

31.3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3)

32.2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR

33. Możliwość przypisania ustawień dla min. 20. użytkowników

34. Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania

35. Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej min. do 50. rekordów

36. Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych

37. Możliwość ochrony danych hasłem

38. Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć

39. Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz

40. Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora

41. Trzy wartości ustawienia przysłony – automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego

42. Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)

43. Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu

44. Dwa tryby ustawienia czułości przysłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 260 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grupa 3 – Zestaw do chirurgii laryngologicznej z torem wizyjnym HD – cd.

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33169500

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, SP ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

45.3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła

46.Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy)

47.Filtr moire – dwustopniowy

48.3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)

49.Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR

50.Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika

51.Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off

52.Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji – funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)

53.Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)

54.Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego

55.Wyświetlanie kodów błędów

56.Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty

57.Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym – klasa I

Głowica kamery endoskopowej, trzyprzetwornikowa CMOS – 1 szt.

58

Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej

59.Typ ochrony BF

60.Minimum 3 programowalne przyciski funkcyjne

61.Zoom optyczny oraz ostrość sterowane pokrętkami

62. możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym

Monitor medyczny 27" – 1 szt.

Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie – 1 szt.

63. śr. wiązki 2,8 mm; średnica zewnętrzna 6,8 mm

64.długość 3 m

Sinuskop, 4 mm, 0 st, min.177 mm dł. rob. Rozdzielczość wystarczająca dla systemów 4K UHD. Z soczewkami o ultra-niskiej rozpraszalności – 2 szt.

Sinuskop, 4 mm, 30 st, min. 177 mm dł. rob. Rozdzielczość wystarczająca dla systemów 4K UHD. Z soczewkami o ultra-niskiej rozpraszalności – 2 szt

Pojemnik z tworzywa sztucznego, mieści dwa teleskopy, przezroczysta pokrywa, kompatybilna z endoskopami – 2 szt.

Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych – 1 szt.

65.Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA

66.Cztery koła, w tym dwa z blokadą

67.Cztery półki na urządzenia

System ssąco-płuczący do śródoperacyjnego przemywania czoła optyki podczas otorynolaryngologicznych operacji endoskopowych – 1 sz.

68.System wykorzystujące jednorazowe, sterylne, dreny ssąco płuczące do podłączenia do płaszcza na optykę

69.System wykorzystujące jednorazowe, sterylne, płaszcze płuczące z aluminium

70.Dostępne płaszcze do optyk różnych producentów

71.Dostępne płaszcze do optyk standardowych, HD i 4K

72.Dostępne płaszcze do optyk 0, 30, 45, 70 stopni

73.Sterowanie z przycisku nożnego

74.Konsola wyposażona w pokrętkę ustawiającą przepływ w cyklu płukania

75.Konsola wyposażona w jeden zacisk na dren płuczący i ssący. Podczas pracy urządzenia zaciskany jest odpowiednio każdy z drenów w odpowiedniej fazie cyklu

76.Konsola przeznaczona do powieszenia na stojaku na kroplówki

Przełącznik nożny do systemu ssąco-płuczącego – 1 szt.

77.Jednoprzyciskowy, dwustopniowy przycisk nożny do sterowania konsolą ssąco-płuczącą

78.Jedno przyciśnięcie przycisku powoduje jeden cykl płukania z odessaniem płynu

Płaszcz do płukania optyk Rudolf – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 260,00 zł.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grupa 4 – Zestaw do diagnostyki wideoendoskopowej NBI

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33168100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL213

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, SP ZOZ w Krakowie, os. na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Procesor wideo umożliwiający podłączenie głowic kamer 1CCD, wideolaryngoskopów, wideocystoskopów HDTV, wideogastroskopów i wideokolonoskopów. Procesor wyposażony w zintegrowane LEDowe źródło światła – 1 szt.

1.Format obrazu 16x9

2.Wyjścia wideo S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI

3.Możliwości jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów

4.Balans bieli aktywowany z przycisku na panelu czołowym urządzenia, na głowicy kamery oraz definiowanym na jednym z przycisków wideoendoskopu

5.Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała

6.Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania zdjęcia najlepszej jakości spośród kilku sąsiednich klatek.

7.Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła, filtrowanie światła odbywa się z zastosowaniem mechanicznego filtra w źródle światła oraz filtrów cyfrowych obrazu, celem uwidocznienia struktur i tkanek zawierających hemoglobinę

8.Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów

9.Możliwość zapisu zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB lub w pamięci wewnętrznej procesora

10.Zapis zdjęć w formacie TIFF, JPEG

11.W zestawie klawiatura i pamięć przenośna

12.Rozpoznawanie podłączonych wideoendoskopów i głowic kamery

13.Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu dla różnych użytkowników lub specjalności

14.Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów

15. Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego

16. Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu i głowicy kamery

Wideoendoskop CCD HDTV – 1 szt.

17. Pole widzenia min. 110 st

18. Głębina widzenia 5-50 mm

19. Śr. końcówki 3,8 – 4,5 mm

20. Śr. sondy 3,5 – 4,2 mm

21. Dł. robocza 300 mm

22. Dł. całkowita 510 mm

23. Zagięcie końcówki góra/dół 130 st

24. Endoskop wyposażony w min. 4 przyciski funkcyjne, programowalne

25. Kierunek patrzenia 0 st

26. Końcówka dystalna endoskopu przezroczysta aby zapewnić rozszerzenie wiązki światła i maksymalne oświetlenie badanej tkanki

27. Format obrazu 16x9

28. Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła.

Wideoendoskop CCD – 1 szt.

29. Pole widzenia min. 90 st

30. Głębina widzenia 5-50 mm

31. Śr. końcówki 3,0 do 3,4 mm

32. Śr. sondy 3,2 do 3,6 mm

33. Dł. robocza 300 mm

34. Dł. całkowita 528 mm

35. Zagięcie końcówki góra/dół 130 st

36. Kierunek patrzenia 0 st

37. Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła.

Wózek endoskopowy – 1 szt.

38. Wózek na kółkach

39. Wózek wyposażony w pułki na sprzęt

40. Wysokość 1200 mm

Uchwyt do monitora do wózka TC-NE – 1 szt.

Monitor medyczny 24' – 1 szt.

41. Matryca LED

42. Ratio 16:10

43. Rozdzielczość 1920x1200

Komputer z monitorem do oprogramowania – 1 szt.

Oprogramowanie do archiwizacji foto/video – 1 szt.

Tester szczelności do endoskopów giętkich, z certyfikatem medycznym – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 100 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże minimalną wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; na poziomie 840 000,00 z uwzględnieniem podziału na grupy:

Grupa 1 – 390 000 PLN

Grupa 2 – 72 000 PLN

Grupa 3 – 208 000 PLN

Grupa 4 – 170 000 PLN

Dokumentem potwierdzającym jest informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełnia jeden z wykonawców.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 1 dostawę sprzętu medycznego w tym
(sprzęt medyczny w danej grupie, w której wykonawca składa ofertę, wymienić) zgodnie z tabelą poniżej o wartości nie mniejszej niż 830 000 PLN z uwzględnieniem podziału na grupy, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana należycie.

Grupa 1 – Laser laryngologiczny CO2 z wyposażeniem operacyjnym – 390 000 PLN

Grupa 2 – Neuromonitor do monitorowania integralności nerwów – 70 000 PLN

Grupa 3 – Zestaw do chirurgii laryngologicznej z torem wizyjnym HD – 200 000 PLN

Grupa 4 – Zestaw do diagnostyki wideoendoskopowej NBI – 170 000 PLN

Dokumentem potwierdzającym są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z wykonawców.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Projekt wzoru umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/10/2017

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 02/10/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

W sali konferencyjnej, pawilon C Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego, SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1.informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – pkt. VI SIWZ

2.Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego – pkt VII SIWZ

3.Wymagania dotyczące wadium

Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 25 354 PLN, z uwzględnieniem podziału na grupy:

Grupa 1 – 11 819 PLN

Grupa 2 – 2 175 PLN

Grupa 3 – 6 260 PLN

Grupa 4 – 5 100 PLN

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt. VIII SIWZ

4.Oferta musi zawierać

a)formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ

b)Zestawienie warunków i parametrów wymaganych – załącznik nr 2

c)Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3

d)oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ – wskazane w pkt VI.1 SIWZ.

c)upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

d)dowód wniesienia wadium

e)Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7

5.Termin związania ofertą wskazany w ogłoszeniu jako 2 miesiące rozumiemy jako 60 dni.

6.Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy najpóźniej do 28.11.2017 r.

2. W ramach zamówienia w grupach Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich i wydaniu świadectwa uczestnictwa dla każdego z uczestników szkolenia.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru, z uwzględnieniem pkt. XVI SIWZ

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

5. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) wymagania dotyczące serwisu

1. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211).

2. możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00

3. forma zgłoszeń reklamacji i napraw -pocztą, fax, poczta elektroniczna

4. czas reakcji serwisu max. 36 godziny w dni robocze – z uwzględnieniem pkt. XVI SIWZ

5. maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia;

6. weryfikacja złożonej reklamacji poprzez telefon lub e-mail lub fax itp. w ciągu 12 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu);

7. W przypadku trzykrotnej naprawy danego elementu/podzespołu Wykonawca wymieni ten element/podzespół na nowy. W razie dalszego wadliwego działania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenie o nie gorszych parametrach (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)

b) Aparaty winny być pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych niż tzw. autoryzowany serwis producenta.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6 zdanie

drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/08/2017

ZASTĘPCA DYREKTORA
dś. Finansowych
Dorota Gołąb-Beltowicz
mgr Dorota Gołąb-Beltowicz

