

Wyjaśnienie Nr 1
oraz
zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dostawy pn. :

Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z póź. zm.)

na pytania Wykonawców

Wykonawca nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2190 mm?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest metalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5 cm, z pręta o średnicy 5 mm, montowaną na stałe?

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat wykonany jest z odpornego na wilgoć i zarysowania, łatwego do dezynfekcji tworzywa ABS z wyprofilowanymi krawędziami zapobiegającymi spadaniu przedmiotów i rozlewaniu się płynów na podłogę?

Wykonawca nr 2

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu SIWZ z dnia 02 lutego 2018 r. w Rozdziale V – ust. 2 pkt. 2.3 Warunki udziału w postępowaniu t.j. :

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę (Umowę) odpowiadającą swoim rodzajem, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi lub dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych **lub inny sprzęt rehabilitacyjny dla osób starszych i niepełnosprawnych**) na kwotę nie mniejszą niż: **75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)** (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz potwierdził, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Powyższa zmiana pozwoliłaby naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty. Nasza firma od niedawna jest dystrybutorem łóżek wielofunkcyjnych, natomiast posiada wieloletnie doświadczenie w dystrybucji i sprzedaży wysokospecjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych, czyli dla tej samej grupy odbiorców, dla której przeznaczone są łóżka wyspecyfikowane przez Zamawiającego.

Łóżka, które chcielibyśmy zaproponować Państwu w naszej ofercie spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, dodatkowo realizujemy duże dostawy sprzętu dla osób starszych i niepełnosprawnych, zatem bezzasadne byłoby wykluczenie naszej firmy z postępowania wyłącznie na podstawie braku doświadczenia w jednorazowej sprzedaży dużej partii łóżek wielofunkcyjnych.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o długości całkowitej 2190 mm. Na taki wymiar łóżka nie pozwalają wymiary pomieszczeń, w których będą ustawione łóżka.

Pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o szerokości całkowitej 1020 mm.

Pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza łóżko, którego leże wypełnione jest metalową siatką o wymiarach oczek 5x5 cm, z prętą o średnicy 5 mm, montowaną na stałe.

Pytanie nr 4

Zamawiający nie dopuszcza szafki, której blat jest wykonany z tworzywa ABS z wyprofilowanymi krawędziami.

Pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu SIWZ w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2.3, zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 02 lutego 2018 r. w następujących Rozdziałach oraz punktach SIWZ:

1. Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu:

Ust. 2 pkt. 2.3 – otrzymuje brzmienie:

Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę (Umowę) odpowiadającą swoim rodzajem, dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych wraz z szafkami przyłóżkowymi lub dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych lub dostawa i montaż innego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych) na kwotę nie mniejszą niż: 75 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz potwierdził, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania Oferty:

1) Pkt. 18 – otrzymuje brzmienie:

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

- 1) Adres do korespondencji Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2
- 2) Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
- 3) Nr postępowania: DPS.271.1.4.2018
Tytuł: „Dostawa i montaż łóżek wielofunkcyjnych oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie”
Nie otwierać przed **14 lutego 2018 r. godz. 9.00**

3. Rozdział XII. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1) Pkt. 1 –otrzymuje brzmienie:

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L.A. HELCLÓW,
31-148 KRAKÓW, UL. HELCLÓW 2 – nie później niż do dnia

14 lutego 2018 roku do godz. 8:30.

Sekretariat DPS im. Helclów jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

2) Pkt. 2 – otrzymuje brzmienie:

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **14 lutego 2018 roku o godz. 9:00**, w budynku Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2 – parter, Dział Organizacyjny, pokój nr 27a.

4. **Załącznik Nr 6 do SIWZ “Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę dostaw”** otrzymuje brzmienie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Zatwierdzam:

Dyrektor Józefa Grodecka