

**Dotyczy: Zamówienie publiczne Nr 2/PZP/2020 pn.: Dostawa środków ochrony indywidualnej pracowników i mieszkańców DPS**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedstawia treść zapytań, które wpłynęły dnia 07.09.2020 r. wraz wyjaśnieniami:

**Zapytanie 1:**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kombinezon który **nie spełnia** wymogów Ministerstwa Zdrowia gdyż ma słabszą klasę ochrony i jest **niezgodny** z wymogami w zakresie środków ochrony biologicznej używanej przez służby medyczne i mundurowe do walki z Covid tz. kombinezon klasy III kategorii 5 lub 6 zamiast wymaganej klasy III kat. co najmniej 4 ?
2. Czy kombinezon powinien posiadać w zestawie ochraniacze na obuwie?
3. Czy zaoferowany kombinezon ma posiadać certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą taką jak CIOP potwierdzający zgodność z wymogami?
4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane kombinezony posiadały szwy dodatkowo wzmocnione / podklejone taśmą termiczną zwiększającą wytrzymałość i szczelność kombinezonu ?

**Odpowiedź:**

Ad. 1

Opisany w zapytaniu kombinezon nie spełni wymagań Zamawiającego, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych odzież ochronna do walki z COVID-19 powinna mieć co najmniej klasę 4 w zakresie odporności na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego i najlepiej typ 4 wg klasyfikacji EN 14605.
- Zgodnie z Informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 na stronie Ministerstwa Zdrowia:

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19> , kombinezony (odzież ochronna) powinny spełniać wymagania zgodności z normami:

- ✓ PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004),
- ✓ posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425,
- ✓ posiadać oznakowanie CE.

Ad. 2

Zamawiający nie wskazał w zestawie ochraniaczy na obuwie jako warunek konieczny do spełnienia.



Ad. 3  
Tak.

Ad. 4

Jeżeli kombinezon bez uszczelnionych szwów posiada certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganiami normy EN 14126, wówczas zastosowanie taśmy uszczelniającej nie jest konieczne.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Skwarek