

Dotyczy: Zamówienie publiczne Nr 2/PZP/2020 pn.: Dostawa środków ochrony indywidualnej pracowników i mieszkańców DPS

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedstawia treść zapytań, które wpłynęły dnia 10.09.2020 r. oraz 11.09.2020 r. wraz wyjaśnieniami:

Zapytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie rękawic 3g, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga produktu o właściwościach opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga gramatury min. 4 g STRONG.

Zapytanie 2:

części VII

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, produktu na bazie 45g etanolu i 30g propan-2-olu, nie zawierającego barwników, skuteczny wobec B, MRSA, F, Tbc (M. terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, adeno, noro, polio). Przedłużony czas działania do 2h.

Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 3 min. Produkt biobójczy, opakowanie 5 L

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga produktu o właściwościach opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zaoferowany produkt ma mniej niż 70% alkoholu etylowego/izopropylowego.

Zapytanie 3:

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Z umowy wynika obowiązek naliczania kar umownych od wartości wynagrodzenia umownego. Kary winny być naliczane od wartości brutto rozumianej jako cena oferty. Za powyższym przemawia przede wszystkim zawarta w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej PZP, definicja ceny.

Zgodnie z jej brzmieniem ceną w rozumieniu przepisów PZP, jest cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), czyli wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący



jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, uwzględniająca podatek od towarów i usług.

Zapytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza zrealizować zamówienie w ramach jednorazowej dostawy.

Odpowiedź:

Termin wykonania zamówienia obejmuje dostawę w okresie 30 dni od podpisania umowy (pkt IV. SIWZ). Zamawiający w tym okresie dopuszcza jednorazową dostawę.

Zapytanie 5:

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §8 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą w sposób nadmierny równowagę stron

(https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający informuje, iż podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Zapytanie 6:

Część nr V

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termometrów o dokładności pomiaru

$\pm 0.2^{\circ}\text{C}/0.4^{\circ}\text{F}$ w zakresie $35.5^{\circ}\text{C}-42.9^{\circ}\text{C}$ ($95.0^{\circ}\text{F}-107.6^{\circ}\text{F}$);

$\pm 0.3^{\circ}\text{C}/0.5^{\circ}\text{F}$ w zakresie $34.0^{\circ}\text{C}-35.4^{\circ}\text{C}$ ($93.2^{\circ}\text{F}-95.7^{\circ}\text{F}$) i $42.1^{\circ}\text{C}-42.9^{\circ}\text{C}$ ($107.8^{\circ}\text{F}-109.2^{\circ}\text{F}$)

Przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga produktu o właściwościach opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Skwarek